



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Број: 5/18/2-3506

Дана: 09.11.2018.

На основу члана 63 став 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), Комисија за јавну набавку број 105-2018-О-01, сачињава

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (измене основне верзије)

Назив: БОЛЕСНИЧКИ КРЕВЕТИ И НАТКАСНЕ ЗА ОДЕЉЕЊЕ ХИРУРГИЈЕ

Број јавне набавке: 105-2018-О-01

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: добра

БРОЈ 1

На страни 1 од 43, додају се подаци о изменама конкурсне документације: " Број и датум измена: 5/18/2-3506 од 09.11.2018."

БРОЈ 2

На странама 4 и 5 од 43, у документу 2 – Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл., у тачки 1.1.:

- ставка 1 – електрични кревет, захтевана техничка карактеристика под редним бројем 8. мења се и сада гласи: „Странице узглавља и узножја израђене од ливеног полипропилена, полиетилена или материјала бољих карактеристика и веће издржљивости, израђеног уз примену антибактеријске технологије, могу се скинути са кревета“

- ставка 2 –болнички кревет, захтевана техничка карактеристика под редним бројем 4. мења се и сада гласи: „Странице узглавља и узножја израђене од ливеног полипропилена, полиетилена или материјала бољих карактеристика и веће издржљивости“

- ставка 2 –болнички кревет, захтевана техничка карактеристика под редним бројем 11. мења се и сада гласи: „Кревет мора поседовати једноsegmentне металне бочне заштитне ограде које се могу спуштати“

Образложење за измену конкурсне документације, садржано је у одговору заинтересованом лицу број 5/18/2-3505 од 09.11.2018. године.

Комисија за јавну набавку број 105-2018-О-01