



Dana: 26.07.2013.

Broj: 13/2013-O-01/1441/k

Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" broj 124/2012), Komisija za javnu nabavku obrazovana Rešenjem broj 13/2013-O-01/1107/k od 12.06.2013. godine, sačinila je

**IZMENE I DOPUNE
KONKURSNE DOKUMENTACIJE
ZA JAVNU NABAVKU DOBARA – KREKETI I DUŠECI ZA INTENZIVNU NEGU
U OTVORENOM POSTUPKU, BROJ JAVNE NABAVKE 13/2013-O-01**

Vrše se izmene i dopune konkursne dokumentacije, za javnu nabavku dobara – kreveti i dušeci za intenzivnu negu, broj javne nabavke 13/2013-O-01, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 18.07.2013. godine.

Navedene izmene i dopune konkursne dokumentacije bez odlaganje objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

Izmene i dopune Konkursne dokumentacije izvršene su u roku predviđenom za podnošenje ponuda.

O b r a z l o ž e n j e

U otvorenom postupku javne nabavke dobara – kreveti i dušeci za intenzivnu negu, broj javne nabavke 13/2013-O-01, Instituta za onkologiju Vojvodine, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 18.07.2013. godine, od strane zainteresovanog lica dostavljen je Zahtev za pojašnjenje od 23.07.2013. godine (u IOV zaveden pod brojem 1998 od 24.07.2013).

Komisija Naručioca izvršila je izmene i dopune konkursne dokumentacije zbog usvajanja dela predloga i zahteva zainteresovanog lica, kao i zbog preciznijeg definisanja konkursne dokumentacije.

Izmene i dopune su izvršene u Dokumentu broj 4 - Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl., u delu koji se odnosi na obavezne tehničke karakteristike za dobro iz stavke broj 1

Broj tačke	Dosadašnji tekst	Novi, važeći tekst
3	Konzola treba da ima najmanje jednu fioku , minimalne dubine 15 cm ;	Konzola treba da ima najmanje jednu fioku , minimalne dubine 15 cm±2cm ;
21, podtačka z	izbor grafičkog prikaza krivulja respiratorne mehanike na LCD displeju: protok-volumen ili pritisak-volumen ili protok-pritisak, uz mogućnost memorisanja radi poređenja	izbor grafičkog prikaza krivulja respiratorne mehanike na LCD displeju: protok-volumen ili pritisak-volumen, uz mogućnost memorisanja radi poređenja
22	Disajni sistem kompaktan, integrisan u konzoli, zapremine do 2,7 litara	Disajni sistem kompaktan, integrisan u konzoli, zapremine manje od 3 litre

U svemu ostalom, konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 13/2013-O-01 ostaje nepromenjena.

Ponuđači su u obavezi da u svojoj konkursnoj dokumentaciji izvrše zamenu navedenog dokumenta.

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

Komisija za javnu nabavku 13/2013-O-01

dipl. pravnik Ljubica Jovančić, zamenik predsednika