



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>

Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs

PIB 100804613

Dana: 10.02.2015.

Broj: 5/213

Na osnovu člana 63 stav 1. i člana 54. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, u daljem tekstu ZJN), Komisija za javnu nabavku broj 60-2014-O-02, sačinjava

IZMENE I DOPUNE

KONKURSNE DOKUMENTACIJE

za javnu nabavku dobara – dušeci, broj javne nabavke 60-2014-O-02

prema sledećem:

broj 1

Na strani 1 od 39, **dodaju se** podaci o prvim izmenama i dopunama konkursne dokumentacije, prema sledećem:

"Broj i datum izmena i dopuna broj 1: 5/213 od 10.02.2015."

broj 2

Na strani 15 od 39, u Dokumentu broj 5 - Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu, pod tačkom 2) u tabelarnom delu, posle reda 9 dodaje se red 10 koji glasi:

10	Prilog uz dokument broj 6 - Obrazac ponude	Ponuđač je u obavezi da uz ponudu dostavi uzorak ponuđenog dobra, fotokopiju važećeg uverenja o kvalitetu proizvoda, u svemu prema podacima iz tačke 9) podtačke 9.3. dokumenta broj 5 - Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu.
----	---	---

broj 3

Na strani 18 od 39, u Dokumentu broj 5 - uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu, u tački 9), posle podtačke 9.2 dodaje se nova podtačka 9.3. Dosadašnja podtačka 9.3. postaje podtačka 9.4, i shodno tome menjaju se brojevi narednih podtački.

broj 4

Na strani 28 od 39, u Dokumentu broj 6 - Obrazac Ponude, tačka 6, Partija broj 1, u tabeli ZAHTEVANE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, **menjaju se** zahtevane tehničke karakteristike prema sledećem:

R.br.	ZAHTEVANE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: DUŠEK ZA BOLNIČKI KREKET STANDARDNI
1	Pogodan za pacijente sa niskim rizikom od razvoja dekubitusa
2	Jednodelni dušek
3	Gornji sloj 2cm memori pene, gustine 50-55 kg/m ³

4	Donji sloj od visokootporne pene (HR pena), gustine 30-35 kg/ m ³ , debljine 12cm
5	Debljina duška: 14cm
6	Dužina duška: 200cm
7	Širina duška: 86cm
8	Nosivost duška: minimum 100kg
9	Navlaka laka za skidanje sa trostranim rajfešlusom koji ima zaštitu, 100% poliuretan, periva na 95°C, otporna na vodu i dezinfekciona sredstva, propusna za paru, elastična u dva smera

U prilogu dostavljamo:

- uzorak – 1 komad
- Rešenje ALIMIS
- fotokopiju važećeg uverenja o kvalitetu proizvoda (za dušek i navlaku)

broj 5

Na strani 29 od 39, u Dokumentu broj 6 - Obrazac Ponude, tačka 6, Partija broj 2, u tabeli ZAHTEVANE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, **menjaju se** zahtevane tehničke karakteristike prema sledećem:

R.br.	ZAHTEVANE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: DUŠEK ANTIDEKUBITALNI PASIVNI
1	Preventivni antidekubitalni dušek
2	Prilagodljiv ležećoj ploči kreveta i svim zahtevanim položajima kreveta
3	Jednodelni dušek
4	Gornji sloj 6cm memori pene, gustine 50-55 kg/m ³
5	Donji sloj od visokootporne pene (HR pena), gustine 30-35 kg/ m ³ , debljine 8cm
6	Debljina duška: 14cm
7	Dužina duška: 200cm
8	Širina duška: 86cm
9	Nosivost duška: minimum 120kg
10	Navlaka laka za skidanje sa trostranim rajfešlusom koji ima zaštitu, 100% poliuretan, periva na 95°C, otporna na vodu i dezinfekciona sredstva, propusna za paru, elastična u dva smera

U prilogu dostavljamo:

- uzorak – 1 komad
- Rešenje ALIMIS
- fotokopiju važećeg uverenja o kvalitetu proizvoda (za dušek i navlaku)

Komisija za javnu nabavku broj 60-2014-O-02