



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Дана: 20.03.2017.

Број: 5/17/479

На основу члана 63 став 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), Комисија за јавну набавку број 17-2017-О-02, сачињава

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (измена верзије од 14.03.2017.)

за јавну набавку добара ПОТРОШНИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ број јавне набавке 17-2017-О-02

Измене и допуне конкурсне документације врше се према следећем:

БРОЈ 1

На страни 1 од 55, **додају се** подаци о:

- изменама и допунама конкурсне документације, према следећем:
" Број и датум измена број 2: 5/17/479 од 20.03.2017."
- продужењу рока за поднеошење понуда

„Рок за подношење понуда: **НОВИ РОК: 31.03.2017. до 09,00 часова**

(основна верзија до 24.03.2017; обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 5/17/478 од 20.03.2017. године) “

- Продужењу рока за отварање понуда, према следећем:

„Датум и време отварања понуда: **31.03.2017. до 09,10 часова**

(основна верзија до 24.03.2017; обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 5/17/478 од 20.03.2017. године)“

БРОЈ 2

На страни 3 од 55 у Документу број 1 – Општи подаци о јавној набавци, тачка (5) назив партије број 3 **мења се и гласи:**

„Игле за биопсију абдоминалне регије“.



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

БРОЈ 3

На страни 17 од 55, образац број 1 – Образац понуде, тачка 6, подтачка 6.2, **партија број 1**,

А. назив ставке број 2 : **мења се и гласи:** „Игла 18 G x 12- 13 cm“

Б. обавезне техничке карактеристике за ставке 1-5, текст се **мења и гласи:**

„-изузетно оштар троакар и кошуљица игле

- кошуљица игле градуисана, у размацама од 1cm

- врх игле са великом рефлексijом под ултразвуком, дужине 2cm

- повећан простор за смештај узорка на игли, дужине 18 -19 mm

- игле за биопсију у различитим бојама у односу на величину ("G" - gauge) ради лакше оријентације

-компатибилне са пиштољем произвођача Бард

- захтевана минимална количина за испоруку један комад.“

БРОЈ 4

На страни 18 од 55, образац број 1 – Образац понуде, тачка 6, подтачка 6.3, **партија број 2**, обавезне техничке карактеристике, текст се **мења и гласи:**

„Коаксијал - водич за игле, компатибилан по дужини и ширини са Chiba иглама димензија 20Gx10cm и/или 20Gx11cm, 20gx15cm и 20gx20cm, за аспирационе биопсије/пункције течних колекција.

Захтевана минимална количина за испоруку један комад.“

БРОЈ 5

На страни 19 од 55, образац број 1 – Образац понуде, тачка 6, подтачка 6.4, **партија број 3**, **мења и гласи:**

Игле за биопсију абдоминалне регије	
Брст	Назив ставке
1	Игла за биопсију абдоминалне регије, полуаутоматска, 18 G x10cm
2	Игла за биопсију абдоминалне регије, полуаутоматска, 20 G x10cm



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

бр. ст.	обавезне техничке карактеристике
1	Полуаутоматска игла са могућношћу избора две различите дубине узорковања. Узорак се узима приликом „повратка“ из лезије. Са интерним ехо-маркером, центиметарска скала, клизним стопером, атрауматском иглом, за употребу једном руком. Димензија 18G и дужина минимално 10 cm а максимално 15cm. Захтевана минимална количина за испоруку један комад.
2	Полуаутоматска игла са могућношћу избора две различите дубине узорковања. Узорак се узима приликом „повратка“ из лезије. Са интерним ехо-маркером, центиметарска скала, клизним стопером, атрауматском иглом, за употребу једном руком. Димензија 20G и дужина минимално 10 cm а максимално 15cm. Захтевана минимална количина за испоруку један комад.

БРОЈ 6

На страни 21 од 55, образац број 1 – Образац понуде, тачка 6, подтачка 6.6, **партија број 5**, **обавезне техничке карактеристике**, текст се **мења и гласи:**

„Биопсиона игла компатибилна за Магнум пиштољ;
Изузетно оштар троакар и кошуљица игле;
Кошуљица игле градуисана, у размацама од 1cm;
Врх игле са великом рефлексijом под ултразвуком, дужине 2cm;
повећан простор за смештај узорка на игли, дужине 18 -19 mm;
14 G (1,7mm)
дужине 12 - 13cm (120 - 130mm);
Захтевана минимална количина за испоруку један комад.“

БРОЈ 7

На страни 22 од 55, образац број 1 – Образац понуде, тачка 6, подтачка 6.7, **партија број 6**, **обавезне техничке карактеристике ставка број 1 и ставка број 2**, текст се **мења и гласи:**

бр. ст.	обавезне техничке карактеристике
1	Игла за илијачну аспирацију са ергономском ручком, лимитатором дужине, врх са троструком оштрицом димензије: 14G, 15G, 16G, 18G, дужине: 10/50mm, 10/75mm, 25/65-68mm, 25/90-102mm - по захтеву наручиоца. Захтевана минимална количина за испоруку један комад.
2	Игла за биопсију коштане сржи са ергономском ручком и мандреном, са резервном ручком, са или без бочних рупа димензије: 8G, 9G, 11G, 13G, дужине: 10-10,2cm, 15-15,2cm - по захтеву наручиоца, са или без система за одвајање узорка. Захтевана минимална количина за испоруку један комад.

БРОЈ 8

На страни 27 од 55, образац број 1 – Образац понуде, тачка 6, подтачка 6.12, **партија број 11**,



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

А. назив ставке број 1 : **мења се и гласи:** „Игла за преоперативно обележавање на стереотаксији са водичем 20 G, дужине 12,5 - 15 cm“

Б. назив ставке број 2 : **мења се и гласи:** „Игла за преоперативно обележавање на стереотаксији са водичем 20 G, дужине 9 - 10 cm“

В. ставка 1 - обавезне техничке карактеристике , текст се **мења и гласи:**
„Игла за преоперативно обележавање на стереотаксији са водичем 20G, дужине 12,5 - 15 cm, са сјајним маркером на врху, који олакшава прецизно позиционирање. Захтевана минимална количина за испоруку један комад.“

Г. ставка 2 - обавезне техничке карактеристике , текст се **мења и гласи:**
„Игла за преоперативно обележавање на стереотаксији са водичем 20G дужине 9 - 10 cm, са сјајним маркером на врху, који олакшава прецизно позиционирање. Захтевана минимална количина за испоруку један комад.“

БРОЈ 9

На страни 31 од 55, образац број 5 – Овлашћење носиоца уписа у регистар медицинских средстава за учествовање понуђача у јавној набавци број 17-2017-О-02, назив партије број 3 **мења се и гласи:**
„Игле за биопсију абдоминалне регије“.

БРОЈ 10

На страни 33 од 55, документ број 6 – Модел оквирног споразума, члан број 2. назив партије број 3 **мења се и гласи:**
„Игле за биопсију абдоминалне регије“.

БРОЈ 11

У документу број 7 – Модел уговора о јавној набавци:

А. на страни 41 од 55, члан број 2. назив партије број 3 **мења се и гласи:**
„Игле за биопсију абдоминалне регије“;

Б. на страни 42 од 55, члан 4, датум отварања понуда **мења се и гласи:**
„31.03.2017. године“



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

БРОЈ 12

У Документу број 8 – Упутство понуђачима како да сачине понуду

А. На страни 46 од 55, тачка 2) став 3 **мења се и гласи:**

„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 31.03.2017. године до 09,00 часова (основна верзија до 24.03.2017; обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 5/17/478 од 20.03.2017. године).“

Б. На страни 50 од 55, тачка 9), подтачка 9.2, у табеларном делу, назив партије број 3, **мења се и гласи:** „Игле за биопсију абдоминалне регије“.

В. На страни 53 од 55, тачка 15) став 1, последњи дан рока за подношење захтева за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде **мења се и гласи:**

„27.03.2017. године (последњи дан рока пада у недељу 26. марта, те се рок помера на први радни дан)“

Г. На страни 54 од 55, тачка 19) став 7 речи, рок за подношење захтева за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације **мења се и гласи:**

„24.03.2017. године“

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је одговорима заинтересованим лицима број 5/17/471 од 17.03.2017. и број 5/17/472 од 17.03.2017. године, дефинисао измене конкурсне документације на горе описан начин.

Комисија за јавну набавку број 17-2017-О-02