



Dana: 27.08.2013.

Broj: 19/2013-O-02/1674/k

Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" broj 124/2012), Komisija za javnu nabavku obrazovana Rešenjem broj 19/2013-O-02/1459/k od 29.07.2013. godine, sačinila je

**DRUGE IZMENE
KONKURSNE DOKUMENTACIJE
ZA JAVNU NABAVKU DOBARA – POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL
U OTVORENOM POSTUPKU, BROJ JAVNE NABAVKE 19/2013-O-02**

Vrše se druge izmene konkursne dokumentacije, za javnu nabavku dobara – potrošni medicinski materijal, broj javne nabavke 19/2013-O-02, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 08.08.2013. godine.

Navedene izmene konkursne dokumentacije bez odlaganje objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

Izmene Konkursne dokumentacije izvršene su u roku predviđenom za podnošenje ponuda.

O b r a z l o ž e n j e

U otvorenom postupku javne nabavke dobara – potrošni medicinski materijal, broj javne nabavke 19/2013-O-02, Instituta za onkologiju Vojvodine, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 08.08.2013. godine, Komisija Naručioca izvršila je izmene konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na obavezne tehničke karakteristike za partiju broj 25. Zaštitni zatvarač za bocu, u cilju preciznijeg definisanja tehničkih karakteristika za predmetnu partiju.

Izmene su izvršene u Dokumentu broj 4 (*tačka (1), partija broj 25, kolona "Obavezne tehničke karakteristike"*) i Dokumentu broj 7 (*tačka 4, podtačka 4.2. partija broj 25, kolona "Zahtevane tehničke karakteristike"*), prema sledećem: posle reči „korišćenja“ reč „do“ zamenjuje se rečju „minimum“; posle reči „filterom“ dodaje se reč „maksimum“; broj "45" zamenjuje se brojem "0,45":

Dosadašnji tekst	Novi, važeći tekst
sa zaštitnom kapicom, postavlja se u bocu i preko njega se izvlači potrebna količina rastvora, višekratni - mogućnost korišćenja do 4 dana, sa antibakterijskim filterom 45µm. Ponuđač je dužan da ponudi dobro koje je apsolutno bezbedno i komforno za sve korisnike, u svim medicinskim procedurama i koje u potpunosti odgovara svojoj nameni.	sa zaštitnom kapicom, postavlja se u bocu i preko njega se izvlači potrebna količina rastvora, višekratni - mogućnost korišćenja minimum 4 dana, sa antibakterijskim filterom maksimum 0,45µm. Ponuđač je dužan da ponudi dobro koje je apsolutno bezbedno i komforno za sve korisnike, u svim medicinskim procedurama i koje u potpunosti odgovara svojoj nameni.

U svemu ostalom, konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 19/2013-O-02 ostaje nepromenjena.

Ponuđači su u obavezi da u svojoj konkursnoj dokumentaciji izvrše zamenu navedenih dokumenata.

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
dipl. pravnik Ljubica Jovančić, član komisije