



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>

Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs

PIB 100804613

Dana: 20.07.2015.

Broj: 5/981

Na osnovu člana 63 stav 1. i člana 54. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012 i 14/2015, u daljem tekstu ZJN), Komisija za javnu nabavku broj 32-2015-O-01, sačinjava

IZMENE I DOPUNE II

KONKURSNE DOKUMENTACIJE

za javnu nabavku dobara – ultrazvučni aparat sa vaginalnom, rektalnom i abdominalnom sondom, broj javne nabavke 32-2015-O-01

Izmene i dopune konkursne dokumentacije vrše se prema sledećem:

BROJ 1

Na strani 1 od 40, **dodaju se** podaci o:

- drugim izmenama i dopunama konkursne dokumentacije, prema sledećem:

" Broj i datum izmena i dopuna broj 2: 5/981 od 20.07.2015."

- Produženju roka za podnošenje ponuda, prema sledećem

„Rok za podnošenje ponuda: NOVI ROK: 05.08.2015. do 10,00 časova (Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda broj 5/969 objavljeno dana 17.07.2015.)
(osnovna verzija: 21.07.2015. do 10,00 časova“

- Produženju roka za otvaranje ponuda, prema sledećem:

„Datum i vreme otvaranja ponuda: 05.08.2015. u 10,10 časova
(osnovna verzija: 21.07.2015. do 10,10 časova)“

BROJ 2

Na strani 4 od 40, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl, tačka (1) u tabelarnom delu, stavka broj 1, **tekst**:

"Stacionaran, kolor dopler ultrazvučni aparat nove generacije, sa dve sonde, na točkovima, glavna jedinica maksimum 65kg "

menja se i glasi:

„Stacionaran, kolor dopler ultrazvučni aparat nove generacije, sa tri sonde, na točkovima, glavna jedinica maksimum 65kg“

i

Na strani 27 od 40, u Dokumentu broj 6 Obrazac ponude, tačka 6, podtačka 6.2. Obavezne tehničke karakteristike, stavka broj 1, **tekst:**

"Stacionaran, kolor dopler ultrazvučni aparat nove generacije, sa dve sonde, na točkovima, glavna jedinica maksimum 65kg "

menja se i glasi:

„Stacionaran, kolor dopler ultrazvučni aparat nove generacije, sa tri sonde, na točkovima, glavna jedinica maksimum 65kg“

BROJ 3

Na strani 4 od 40, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl, tačka (1) u tabelarnom delu, stavka broj 2, **tekst:**

"Abdominalna sonda, 128 elemenata, opseg 3.0-7.0 MHz, 65° ugao skeniranja"

menja se i glasi:

„Abdominalna sonda, 128 elemenata, opseg 3.0-7.0 MHz, 65° ±10% ugao skeniranja“

i

Na strani 27 od 40, u Dokumentu broj 6 Obrazac ponude, tačka 6, podtačka 6.2. Obavezne tehničke karakteristike, stavka broj 2, **tekst:**

" Abdominalna sonda, 128 elemenata, opseg 3.0-7.0 MHz, 65° ugao skeniranja "

menja se i glasi:

„Abdominalna sonda, 128 elemenata, opseg 3.0-7.0 MHz, 65° ±10% ugao skeniranja“

BROJ 4

Na strani 4 od 40, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl, tačka (1) u tabelarnom delu, **dodaje se nova stavka broj 4,**

" Rektalna sonda, 128 elemenata, opseg 4.0-9.0 MHz, ugao skeniranja minimum 145 ° "

Dosadašnja stavka broj 4 postaje stavka broj 5, te se shodno tome menjaju i redni brojevi ostalih stavki, tako da tabela sa obavezanim tehničkim karakteristikama sada ima 18 stavki.

Na strani 27 od 40, u Dokumentu broj 6 Obrazac ponude, tačka 6, podtačka 6.2. Obavezne tehničke karakteristike, u tabelarnom delu, **dodaje se nova stavka broj 4,**
"Rektalna sonda, 128 elemenata, opseg 4.0-9.0 MHz, ugao skeniranja minimum 145° "

Dosadašnja stavka broj 4 postaje stavka broj 5, te se shodno tome menjaju i redni brojevi ostalih stavki, tako da tabela sa obaveznim tehničkim karakteristikama sada ima 18 stavki"

BROJ 5

Na strani 8 od 40 i 9 od 40, u Dokumentu broj 4 - Obrazac Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. ZJN i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova, u koloni obavezni uslovi, pod rednim brojem 2 i 4, u delu Posebni zahtevi u pogledu starosti dokaza i datuma izdavanja dokaza, za ponuđače koji nisu upisani u registar ponuđača, **tekst:**

Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda, tj. ne stariji od 21.05.2015. godine.
menja se i glasi:

Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda, tj. ne stariji od 05.06.2015. godine.

BROJ 6

Na strani 13 od 40, u Dokumentu broj 5 Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu, tačka 2) stav 3, **datum:**
"21.07.2015." **menja se i glasi:** "05.08.2015."

BROJ 7

Na strani 20 od 40, u Dokumentu broj 5 Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu, tačka 14) stav 1, **datum:**
"16.07.2015." **menja se i glasi:** "31.07.2015."

BROJ 8

Na strani 22 od 40, u Dokumentu broj 5 Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu, tačka 14) stav 1, **datum:**
"14.07.2015." **menja se i glasi:** "29.07.2015."