



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>
Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs
PIB 100804613

Dana: 27.08.2013.

Broj: 19/2013-O-02/1675/k

Poštovani,

U otvorenom postupku javne nabavke broj 19/2013-O-02, Instituta za onkologiju Vojvodine, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 08.08.2013. godine, zainteresovano lice dostavilo je putem elektronske pošte Zahtev za dodatne informacije, od 26.08.2013. godine. Zahtev je kod Naručioca zaveden pod brojem 2256 od 26.08.2013. godine.

Zainteresovano lice, postavlja sledeća pitanja:

- nepotrebno izostavljeno-
- zatvarač za bocu koju bi ponudio nema poklopac koji Naručilac zahteva u konkursnoj dokumentaciji. To bi ujedno bilo i naše prvo pitanje – da li je poklopac isključujući faktor?
- U nastavku zahteva Naručioca stoji da se zaštitni zatvarač može koristiti višekratno, tačnije **do 4 dana**. Naše pitanje je isto kao i prethodno, da li je to isključujući faktor, budući da zaštitni zatvarač koji bi ponudio se može koristiti **do 7 dana ili 600 aktivacija**?
- Dalje Naručilac traži da zaštitni zatvarač poseduje antibakterijski filter od 45 µm. **Prvo pitanje vezano za ovaj deo specifikacije je da li je u pitanju greška budući da svi svetski proizvođači imaju antibakterijske filtere sa vrednostima od 0,2 do maksimalno 5 µm za neke spoljašnje filtere. Drugo pitanje je da li bi se prihvatila ponuda budući da zatvarač koji bi mi ponudili ima antibakterijski filter od 0,2 µm, što je dosta bolje i od 0,45 µm a neuporedivo bolje od 45 µm koje je Naručilac tražio**
- nepotrebno izostavljeno-

Odgovori Naručioca

1. Zahteva se da ponuđeno dobro ima poklopac.
2. Naručilac je izvršio izmenu konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na obavezne tehničke karakteristike za partiju broj 25, tako da to nije isključujući faktor jer se sada zahteva "minimum 4 dana".
3. Naručilac je izvršio izmenu konkursne dokumentacije u delu koji se odnosi na obavezne tehničke karakteristike za partiju broj 25, tako da se sada zahteva "maksimum 0,45µm".

S poštovanjem,

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

Komisija za javnu nabavku 19/2013-O-02

Ljubica Jovančić, dipl. pravnik