



## ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија  
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Дана: 12.06.2017.

Број: 5/17/1138

На основу члана 63 став 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), Комисија за јавну набавку број 37-2017-О-02, сачињава

### ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (измена верзије од 01.06.2017.)

за јавну набавку добара

### ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ И РЕАНИМАЦИЈУ, СТОМА ПРОГРАМ, ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЦТ ИНЈЕКТОР

број јавне набавке 37-2017-О-02

Измене и допуне конкурсне документације врше се према следећем:

#### **БРОЈ 1**

На страни 1 од 85, **додају се** подаци о изменама конкурсне документације, према следећем:

- изменама конкурсне документације, према следећем:  
" Број и датум измена број 2: 5/17/1138 од 12.06.2017."

- продужењу рока за подношење понуда

„Рок за подношење понуда: **НОВИ РОК: 26.06.2017. до 09,00 часова**

(основна верзија до 13.06.2017; обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 5/17/1112 од 08.06.2017. године; друго обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 5/17/1137 од 12.06.2017. године) “

- Продужењу рока за отварање понуда, према следећем:

„Датум и време отварања понуда: **26.06.2017. до 09,10 часова**

(основна верзија до 13.06.2017; обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 5/17/1112 од 08.06.2017. године; друго обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 5/17/1138 од 12.06.2017. године)“

#### **БРОЈ 2**

На странама 3-4 од 85, у документу број 1 - Општи подаци о јавној набавци, тачка 5):

- у ставу 1 уместо броја „37“ партија треба да стоји „38“
- после партије број 37 додаје се партија број 38 - Затворени кружни систем за анестезију са антимикробном заштитом



## ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија  
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

### **БРОЈ 3**

У Документу број 2 – Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. на страни 5 од 85, тачка 1)

- подтачка 1.4. , став 2 **мења се и гласи:**

„Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинални извештај или оверену копију извештаја произвођача о тестирању у складу са стандардом EN 455-1,2,3 (SRPS EN 455-1-2-3) и/или ASTM D6319:10“

- после подтачке 1.4. додаје се подтачка 1.5. , која **гласи:**

„Додатни захтев за партију број 38: Понуђач је дужан да за понуђено добро достави доказ о резистентности понуђеног добра, тестираног Drop или одговарајућом методом на минимум 5 група multi-drug отпорних микроба.“

Досадашње подтачке 1.5, 1.6, 1.7 и 1.8 постају подтачке 1.6, 1.7, 1.8 и 1.9.

### **БРОЈ 4**

У обрасцу број 1 – образац понуде:

- на страни 23 од 85, у партији број 4, брише се ставка број 2. Досадашње ставке 3, 4, 5, 6 и 7 постају ставке број 2, 3, 4, 5 и 6;

- на страни 52 од 85, партија број 37, текст испод техничких карактеристика **мења се и гласи:**  
„У прилогу достављамо: решење АЛИМС; каталог; оригинални извештај или оверену копију извештаја произвођача о тестирању у складу са стандардом EN 455-1,2,3 (SRPS EN 455-1-2-3) и/или ASTM D6319:10. “

- на страни 53 од 85 после партије број 37 додаје се партија број 38, која гласи: Затворени кружни систем за анестезију са антимикуробном заштитом

### **5.39.**

| ПАРТИЈА БРОЈ 38                                                  |                                                                                                                                                        |           |     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Затворени кружни систем за анестезију са антимикуробном заштитом |                                                                                                                                                        |           |     |
| Бр. ст                                                           | Назив ставке                                                                                                                                           | Јед. мере | Кол |
| 1                                                                | Затворени кружни систем за дисање за вишекратну употребу 22F-22M/15F са антимикуробним заштитним слојем, балоном од 2 Л и прибором (конекције) 22M-22M | ком       | 220 |



## ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија  
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

| Бр. ст | Обавезне техничке карактеристике                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Кружни систем за анестезију, антимикробна заштита (јони сребра) резистентност на мин 5 група multi-drug отпорних микроба, без ПВЦ И ДЕХП, дужина 1,6м, конекција према апарату – 22F/22F, две додатне равне конекције 22М-22М у сету, интегрисана паралелна Y конекција, 22М-22М-22М/15 F, према пацијенту са одвојивом коленастом конекцијом 15-22М/ 15 F и сигурносном капицом за затварање система. Додатна грана од 0,8м 22F/22F и балон од 2 литре са грлом против зачепљења. Употреба до 168 сати на мултипацијентима. SILVER KNIGHT* или одговарајући. |

У прилогу достављамо: решење АЛИМС; каталог; доказ о резистентности понуђеног добра, тестираног Drop или одговарајућом методом на минимум 5 група multi-drug отпорних микроба.

### **БРОЈ 5**

У обрасцу број 5 – Овлашћење носиоца уписа у регистар медицинских средстава за учествовање понуђача у јавној набавци број 37-2017-О-02, страна 58 од 85, после партије број 37 додаје се партија број 38, која гласи: Затворени кружни систем за анестезију са антимикробном заштитом

### **БРОЈ 6**

На страни 61 од 85, у документу број 6 – Модел оквирног споразума, у члану број 2. после партије број 37 додаје се партија број 38, која гласи: Затворени кружни систем за анестезију са антимикробном заштитом

### **БРОЈ 7**

На страни 70 од 85, у документу број 7 – Модел уговора, у члану број 2. после партије број 37 додаје се партија број 38, која гласи: Затворени кружни систем за анестезију са антимикробном заштитом.

### **БРОЈ 8**

У Документу број 8 – Упутство понуђачима како да сачине понуду

А. На страни 75 од 85, тачка 2) став 3 **мења се и гласи:**

„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 26.06.2017.године до 09,00 часова (основна верзија до 13.06.2017; обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 5/17/1112 од 08.06.2017. године; друго обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 5/17/1137 од 12.06.2017. године ).“

Б. На страни 77 од 85, тачка 3) став 1, уместо броја „37“партија треба да стоји „38“



## ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија  
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

В. На страни 79 од 85, тачка 9) подтачка 9.2. - став 4, **мења се и гласи:** „Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинални извештај или оверену копију извештаја произвођача о тестирању у складу са стандардом EN 455-1,2,3 (SRPS EN 455-1-2-3) и/или ASTM D6319:10“

- после става 4 додаје се став 5, **који гласи:** „Додатни захтев за партију број 38: Понуђач је дужан да за понуђено добро достави доказ о резистентности понуђеног добра, тестираног Drop или одговарајућом методом на минимум 5 група multi-drug отпорних микроба.“

Досадашњи став 5 постаје став 6.

Г. На страни 82 од 85, тачка 15) став 1, последњи дан рока за подношење захтева за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде **мења се и гласи:** „21.06.2017.“

Д. На страни 83 од 85, тачка 19) став 7, рок за подношење захтева за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације **мења се и гласи:** „19.06.2017. године“

### О б р а з л о ж е њ е

Кроз одговоре заинтересованим лицима број 5/17/1119 од 08.06.2017. године и број 5/17/1058 од 05.06.2017. године, дефинисана је измена конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку број 37-2017-О-02