



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>
Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs
PIB 100804613

Dana: 10.08.2015.

Broj: 5/1134

Na osnovu člana 63 stav 1. i člana 54. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012 i 14/2015, u daljem tekstu ZJN), Komisija za javnu nabavku broj 53-2015-O-01, sačinjava

IZMENE I DOPUNE III KONKURSNE DOKUMENTACIJE (verzije od 07.08.2015.)

za javnu nabavku dobara

DIGITALNI RTG APARAT SA GRAFIJOM I SKOPIJOM I FLAT PANEL DETEKTORIMA ZA INTERVENTNE RADIOLOŠKE PROCEDURE

broj javne nabavke 53-2015-O-01

Izmene i dopune konkursne dokumentacije vrše se prema sledećem:

BROJ 1

Na strani 1 od 48, **dodaju se** podaci o trećim izmenama i dopunama konkursne dokumentacije, prema sledećem:

" Broj i datum izmena i dopuna broj 3: 5/1134 od 10.08.2015."

BROJ 2

Na strani 4 od 48, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl, tačka (1) u tabelarnom delu, tačka 1, podtačka 1.2 **tekst:**

1.2.	Longitudinalno elektromotorno pomeranje sklopa cevi i uređaja za snimanje (SFD): min. 160cm
------	---

menja se i glasi:

1.2.	Longitudinalno elektromotorno pomeranje sklopa cevi i uređaja za snimanje (SFD): min. 160cm sa maksimalnom brzinom pomeraja: min. 180mm/s
------	---

i

Na strani 31 od 48, u Dokumentu broj 6 Obrazac ponude, tačka 6, podtačka 6.2. Obavezne tehničke karakteristike, u tabelarnom delu, tačka 1, podtačka 1.2 **tekst:**

1.2.	Longitudinalno elektromotorno pomeranje sklopa cevi i uređaja za snimanje (SFD): min. 160cm
------	---

menja se i glasi:

1.2.	Longitudinalno elektromotorno pomeranje sklopa cevi i uređaja za snimanje (SFD): min. 160cm sa maksimalnom brzinom pomeraja: min. 180mm/s
------	---

Komisija za javnu nabavku broj 53-2015-O-01