



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>
Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs
PIB 100804613

Dana: 19.08.2015.

Broj: 5/1250

Na osnovu člana 63 stav 1. i člana 54. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012 i 14/2015, u daljem tekstu ZJN), Komisija za javnu nabavku broj 53-2015-O-01, sačinjava

IZMENE I DOPUNE IV KONKURSNE DOKUMENTACIJE (izmena verzije od 10.08.2015.)

za javnu nabavku dobara

**DIGITALNI RTG APARAT SA GRAFIJOM I SKOPIJOM I FLAT PANEL
DETEKTORIMA ZA INTERVENTNE RADIOLOŠKE PROCEDURE**

broj javne nabavke 53-2015-O-01

Četvrte izmene i dopune konkursne dokumentacije vrše se prema sledećem:

BROJ 1

Na strani 1 od 48, **dodaju se** podaci o:

- četvrtim izmenama i dopunama konkursne dokumentacije, prema sledećem:

" Broj i datum izmena i dopuna broj 4: 5/1250 od 19.08.2015."

- Produženju roka za podnošenje ponuda, prema sledećem

„Rok za podnošenje ponuda: NOVI ROK: 31.08.2015. do 10,00 časova

**Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda broj 5/1247 objavljeno dana 18.08.2015.
(osnovna verzija: 20.08.2015. do 10,00 časova)“**

- Produženju roka za otvaranje ponuda, prema sledećem:

„Datum i vreme otvaranja ponuda: 31.08.2015. u 10,10 časova

(osnovna verzija: 20.08.2015. do 10,10 časova)“

BROJ 2

Na strani 4 od 48, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl, tačka (1) u tabelarnom delu, tačka 1, podtačka 1.8 **tekst:**

1.8.	Promenljivo SID rastojanje, opseg 1.100-1.800mm ili širi
------	--

menja se i glasi:

1.8.	Promenljivo SID rastojanje , opseg 1150-1800 mm ili šire
------	--

i

Na strani 31 od 48, u Dokumentu broj 6 Obrazac ponude, tačka 6, podtačka 6.2. Obavezne tehničke karakteristike, u tabelarnom delu, tačka 1, podtačka 1.8 **tekst:**

1.8.	Promenljivo SID rastojanje, opseg 1.100-1.800mm ili širi
------	--

menja se i glasi:

1.8.	Promenljivo SID rastojanje , opseg 1150-1800 mm ili šire
------	--

BROJ 3

Na strani 5 od 48, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl, tačka (1) u tabelarnom delu, tačka 1, podtačka 2.1 **tekst:**

2.1.	Visokofrekventni, frekvencija min. 400kHz
------	---

menja se i glasi:

2.1.	Visokofrekventni generator, frekvencije min. 100 kHz
------	--

i

Na strani 32 od 48, u Dokumentu broj 6 Obrazac ponude, tačka 6, podtačka 6.2. Obavezne tehničke karakteristike, u tabelarnom delu, tačka 1, podtačka 2.1 **tekst:**

2.1.	Visokofrekventni, frekvencija min. 400kHz
------	---

menja se i glasi:

2.1.	Visokofrekventni generator, frekvencije min. 100 kHz
------	--

BROJ 4

Na strani 5 od 48, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl, tačka (1) u tabelarnom delu, tačka 1, podtačka 5.12. **tekst:**

5.12.	Alat za post-procesiranje: "cine-loop", uvećanje (zoom), podešavanje kontrasta i osvetljaja, negativ/pozitiv inverzija, merenja distance, uglova i stenoza, anotacija slike, rotacija slike, gama korekcija, alati za ortopedska merenja, manualna i automatska kolimacija
-------	--

menja se i glasi:

5.12.	Alat za postprocesiranje: „cine-loop“ ili odgovarajuće, uvećanje (zoom), podešavanje kontrasta i osvetljaja, negativ/pozitiv inverzija, merenje distance, merenje uglova, anotacija slike, rotacija slike, gama korekcija, manuelna i automatska kolimacija
-------	---

i

Na strani 33 od 48, u Dokumentu broj 6 Obrazac ponude, tačka 6, podtačka 6.2. Obavezne tehničke karakteristike, u tabelarnom delu, tačka 1, podtačka 5.12. **tekst:**

5.12.	Alat za post-procesiranje: "cine-loop", uvećanje (zoom), podešavanje kontrasta i osvetljaja, negativ/pozitiv inverzija, merenja distance, uglova i stenoza, anotacija slike,
-------	--

	rotacija slike, gama korekcija, alati za ortopedska merenja, manualna i automatska kolimacija
--	---

menja se i glasi:

5.12.	Alat za postprocesiranje: „cine-loop“ ili odgovarajuće, uvećanje (zoom), podešavanje kontrasta i osvetljaja, negativ/pozitiv inverzija, merenje distance, merenje uglova, anotacija slike, rotacija slike, gama korekcija, manuelna i automatska kolimacija
-------	---

Komisija za javnu nabavku broj 53-2015-O-01