



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Дана: 15.11.2016.

Број: 5/1/2178

На основу члана 63 став 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), Комисија за јавну набавку број 02-11-16-д, сачињава

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (измена основне верзије)

за јавну набавку добара

ТРАНСПОРТНА КОЛИЦА (СТРЕЧЕР) ЗА ПАЦИЈЕНТЕ

број јавне набавке 02-11-16-Д

Измене и допуне конкурсне документације врше се према следећем:

БРОЈ 1

На страни 1 од 36, додају се подаци о:

- изменама и допунама конкурсне документације, према следећем:
" Број и датум измена и допуна број 1: 5/1/2178 од 15.11.2016."

- Продужењу рока за подношење понуда, према следећем
„Рок за подношење понуда: **НОВИ РОК: 24.11.2016. до 11,00 часова**
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда број 5/1/2160 објављено дана 10.11.2016.
(основна верзија: 15.11.2016. до 11,00 часова)“

- Продужењу рока за отварање понуда, према следећем:
„Датум и време отварања понуда: **24.11.2016. у 11,10 часова**
(основна верзија: 15.11.2016. до 11,10 часова)“

БРОЈ 2

На страни 6 од 39, у Документу 3 – Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, у табеларном делу, под редним бројем 4, у колони - Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, у делу који се односи на доказ и начин доказивања, **текст се мења и гласи:**



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: важеће решење Министарства здравља Републике Србије којим се издаје дозвола за обављање промета на велико (увоз, извоз, набавка, складиштење и дистрибуција) медицинских средстава за које се подноси понуда у предметном поступку јавне набавке.
Доказивање услова врши се достављем фотокопије важећег решења.

БРОЈ 3

На страни 4 од 39, у Документу 2 - Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл, тачка (1) у табеларном делу, ставка број 3, **текст:**

" Дво-сегментна лежећа плоча транспарентна на икс зраке "

мења се и гласи:

„Двосегментна или тросегментна лежећа плоча транспарентна на икс зраке“

и

На страни 14 од 39, у Образцу 1 - Образац понуде, тачка 6. Подтачка 6.3. у табеларном делу, ставка број 3, **текст:**

" Дво-сегментна лежећа плоча транспарентна на икс зраке "

мења се и гласи:

„Двосегментна или тросегментна лежећа плоча транспарентна на икс зраке“

БРОЈ 4

На страни 4 од 39, у Документу 2 - Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл, тачка (1) у табеларном делу, ставка број 4, **текст:**

" Наслон за леђа подесив: +90 степени и више "

мења се и гласи:

„Наслон за леђа подесив: +85 степени и више“

и

На страни 14 од 39, у Образцу 1 - Образац понуде, тачка 6. Подтачка 6.3. у табеларном делу, ставка број 4, **текст:**

" Наслон за леђа подесив: +90 степени и више "

мења се и гласи:



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

„Наслон за леђа подесив: +85 степени и више“

БРОЈ 5

На страни 4 од 39, у Документу 2 - Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл, тачка (1) у табеларном делу, ставка број 16, **текст:**

"Ширина стречера максимум 80см, дужина максимум 217,5 цм "

мења се и гласи:

„Ширина стречера максимум 80цм±2цм, дужина минимум 206 цм - максимум 218цм“

и

На страни 14 од 39, у Образцу 1 - Образац понуде, тачка 6. Подтачка 6.3. у табеларном делу, ставка број 16, **текст:**

"Ширина стречера максимум 80см, дужина максимум 217,5 цм "

мења се и гласи:

„Ширина стречера максимум 80цм±2цм, дужина минимум 206 цм - максимум 218цм“

БРОЈ 6

На страни 30 од 39, у Документу број 7- Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 2) став 3, **датум:**

"15.11.2016." **мења се и гласи:** "24.11.2016."

БРОЈ 7

На страни 36 од 39, у Документу број 7- Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 15) став 1, **датум:**

"09.11.2016." **мења се и гласи:** "21.11.2016.године (последњи дан рока пада у суботу 19. новембра, те се рок помера на први радни дан)"

БРОЈ 8

На страни 37 од 39, у Документу број 7- Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 19) став 7, **датум:**

"14.11.2016. године (последњи дан рока пада у суботу 12. новембра, те се рок помера на први радни дан)" **мења се и гласи:** "21.11.2016.године"



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Образложење

Комисија Наручиоца за предметну јавну набавку извршила је наведене измене и допуне из следећег разлога:

- Кроз одговоре заинтересованим лицима без броја од 07.11.2016. и број 403/2016 од 09.11.2016. дефинисане су горе наведене измене и допуне конкурсне документације
- Због грешке у одређивању доказа и начина доказивања обавезног услова из члана 75. ст.1 тачка 5). извршена је измена конкурсне документације
- Изменом и допуном конкурсне документације Наручилац је омогућио заинтересованим лицима да припреме прихватљиву понуду.

Комисија за јавну набавку број 02-11-16-д