



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>

Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs

PIB 100804613

Дана: 10.02.2014.

Број: 1/ЗЈН/2013/154/к

Поштовани,

У отвореном поступку јавне набавке добара - линеарни акцелератори са пратећом радиолошком опремом, број јавне набавке 1/ЗЈН/2013, коју заједнички спроводе Институт за онкологију Војводине и Институт за плућне болести Војводине, а за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 31.12.2013. године, заинтересовано лице доставило је путем електронске поште Захтев за појашњење у вези са припремањем понуде број ГРЦ 2796/14 од 06.02.2014. године. Захтев је код Наручиоца ИОВ заведен под бројем 421 од 07.02.2014. године.

Заинтересовано лице, поставља следећа питања:

- непотребно изостављено-

Ћитанjem Odgovora Naručioca uočili so izvesne nejasnoće pa Vas molimo da razmotrite i potvrdite nam sledeće:

1. Da li je za Naručioca prihvatljivo da potencijalni ponuđač ponudi poslednju verziju proizvođačeve proizvodne linije koja u svemu zadovoljava tendersku tehničku specifikaciju, upisana je u Registar Agencije za lekove i medicinska sredstva i u kliničkoj je upotrebi?
2. Ponuđači dostavljaju podatke o podizvođačima u okviru tabele 4 na strani 29 – Podaci o podizvođaču, pri čemu se ta tabela umnožava ukoliko ponuđač angažuje više podizvođača. Molimo Naručioca da radi preglednosti ponude pojasni da li se i Dokument 4 – Uslovi za učešće u postupku javne nabavke – popunjava na isti način, tj. Ponuđač za svakog podizvođača umnožava ovaj dokument, navodi u zaglavlju naziv podizvođača, unosi tražene podatke o angažovanom podizvođaču i prilaže zahtevane dokaze. Tako popunjene obrasce potpisuje i overava ponuđač.

- непотребно изостављено-

Одговори Наручиоца

Одговор на питање број 1:

Наручилац је дана 07.01.2014. године, под бројем 1/ЗЈН/2013/103/к, извршио Измене и допуне Конурсне документације за предметну јавну набавку.

Наведеним изменама и допунама, промењен је текст у:

А. Документу број 6 Образац понуде, подтачка 6.2. Подаци о техничким карактеристикама понуђеног добра у табеларном делу, ставка 1. подставка "опште" под редним бројем 1 колоне "назив/опис", и сада гласи:

"1. Апарат мора да буде последња генерација (верзија) понуђеног модела, која задовољава све захтеване техничке спецификације, без филтра на 6 MV, и са филтром на 6 и 10 MV. Наручиоци не прихватају нулту серију."

Б. Документу број 5 Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 9) подтачка 9.3 и сада гласи:

„У Регистар медицинских средстава Агенције за лекове и медицинска средства Србије морају бити уписани:

- понуђено добро медицински вишеенергетски линеарни акцелератор из ставке 1;
- понуђено добро верификациони информациони систем (РВ систем) из ставке 2, понуђено добро графичку радну станицу са софтверским пакетима за фузију цт, мр и пет слика; мрежни Dicom cd/dvd робот; Dicom принтер сува технологија 35x43cm; за Carestream Vue Pacs систем;
- понуђено добро систем за планирање терапије из ставке 3;
- понуђено добро дозиметрија, контрола квалитета (QA) и верификација из ставке 4 - за опрему за дневну контролу рада акцелератора; за опрему за верификацију IMRT VMAT PLANA; за опрему за релативну дозиметрију;
- понуђена добра имобилизација из ставке 5;
- понуђено добро мултислајсни цт скенер - за процес планирања радио терапије из ставке 6; за графичку радну станицу са софтвером за фузију цт, мр и пет слика.

Понуђач је дужан да достави фотокопије важећих решења о упису понуђених добара у Регистар медицинских средстава Агенције за лекове и медицинска средства Србије."

Одговор на питање број 2:

Да, понуђач је дужан да умножи предметни образац у онолико примерака колико има подизвођача.

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку број 1/ЗЈН/2013