



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>

Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs

PIB 100804613

Dana: 01.06.2015.

Broj: 5/711

Poštovani,

U postupku javne nabavke broj 20-2015-O-01 - Servisno održavanje po pozivu i rezervni delovi za laminarne komore, Instituta za onkologiju Vojvodine, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 22.05.2015. godine, zainteresovano lice dostavilo je putem elektronske pošte Zahtev za dodatnim informacijama bez broja od 25.05.2015. godine (u IOV zaveden pod brojem 2659 od 25.05.2015. godine).

Zainteresovano lice, postavlja sledeća pitanja:

- nepotrebno izostavljeno-

"U vezi JN 20-2015-O-01 imamo sledeća pitanja:

1. U tački 1.2 Rekvalifikacija i rezervni delovi pod c. tražite:

ispitivanje integriteta HEPA filtra (primenom metode SRPS EN ISO 14644-3:2010 Anex B,B.6, metoda skeniranja Hepa filtera sa upotrebom opreme visoke osetljivosti (koristeći fotometar)

Naše pitanje:

Navedeni standard (u koji ste upućeni) definiše dve metode ispitivanja:

jedna je korišćenjem fotometra a druga DPC(korišćenjem laserskog brojača čestica)

U tački B.6.1.3. navedenog standarda se kaže i:

DPC metoda je mnogo osetljivija i sistem filtera se manje kontaminira nego korišćenjem aerosol fotometra.

Kako ste ovu metodu ispitivanja isključili, bez obzira što je pouzdanija.

Na osnovu navedenog tražimo da se briše.. (koristeći fotometar) već da stoji korišćenjem metoda i merne opreme u skladu sa standardom,

A kao dokazi da se traže kalibracije svih uređaja koji se koriste za ispitivanje.

2. U cilju dostavljanja korektne cene: definišite veličine i klase svih Hepa filtera kao i predfiltera koje tražite kao obavezne ponuđene delove.

3. Kadrovski kapacitet:

Tražite dva stalno zaposlena „servisera” visoke stručne spreme: tehnološke ili mašinske struke.

Uz poštovanje vaših zahteva moram da pitam od kada tehnologija ima veze sa servisiranjem laminarnih komora(komore spadaju u termotehničku opremu- filtro ventilacioni uređaj) i do sada (imam preko tridete pet godina iskustav) za servisiranje ovakve opreme su traženi serviseri elektro i mašinske struke.

Molimo vas da peispitate zahtev što se tiče „servisera” tehnološke struke."

- nepotrebno izostavljeno-

Naručilac je dana 27.05.2015. pod brojem 5/699 uputio zainteresovanom licu zahtev za pojašnjenje, prema sledećem:

" Molimo vas da pojasnite vaše pitanje broj dva."

Zainteresovano lice je dana 28.05.2015. godine, dostavilo sledeći odgovor (u IOV zaveden pod brojem 2812 od 28.05.2015. godine):

- nepotrebno izostavljeno –

"Čudan je zahtev da Ponuđač može da ima dva servisera visoke stručne spremlje tehnološkog ili mašinskog smerla.

Na ovaj način Ponuđač koji ima zaposlena dva servisera tehnološkog smerla (bez ijednog zaposlenog mašinske ili elektro struke) formalno ispunjava vaš zahtev a da praktično nema zaposlene stručnjake za servisiranje.

Naš stav je da se u pogledu servisera tražite: dva(ili više) servisera mašinske ili elektro struke, stručne spremlje koju vi kao naručilac smatrate dovoljnom

To jest da se kao zahtev briše serviser sa tehnološkim fakultetom ili da serviser ima završen bilo koji fakultet."

- nepotrebno izostavljeno –

Naručilac je dana 28.05.2015. pod brojem 5/704 ponovo uputio zainteresovanom licu zahtev za pojašnjenje, prema sledećem:

"Molimo vas da pojašnrite vaše pitanje broj 2-U cilju dostavljanja korektnle cene: definišite veličine i klase svih Hepa filtera kao i predfiltera koje tražite kao obavezne ponuđene delove, navedeno u dopisu bez broja od 25.05.2015.godine ."

Zainteresovano lice je dana 28.05.2015. godine, dostavilo sledeći odgovor (u IOV zaveden pod brojem 2823 od 28.05.2015. godine):

- nepotrebno izostavljeno –

"Svaka laminarna komora ima Hepa filter i predfilter odgovarajućih dimenzija i klase.

Verovatno ste već menjali filtere na komorama i trebalo bi da imate taj podatak

Ako nemate taj podatak dostavite nam tačne podatke o tipu komore i proizvođaču, ako i to nemate, omogućite nam da naša ekipa obiđe sve komore i definiše

koje su dimenzije filtri."

- nepotrebno izostavljeno –

Odgovori Naručioca

Odgovor na pitanje broj 1:

Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012 i 14/2015, u daljem tekstu: ZJN) izvršiti izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

Na strani 4 od 43, u Dokumentu broj 3, brišaće se tekst „(koristeći fotometar)” , i preciznije se definisati standardi kojima se reguliše rekvalifikacija.

Odgovor na pitanje broj 2:

Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. ZJN izvršiti izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

Na strani 4 od 43, u Dokumentu broj 3, navešće se modeli laminarnih komora:

Redni broj	Naziv/proizvođač	Broj komada
1	Laminarna komora Liberty horizontalna S-403-5	1
2	Laminarna komora Liberty vertikalna	1
3	Laminarna komora Holten vertikalnaHC 36	2
4	Laminarna komora Berner vertikalna HV2-69	1
5	Laminarna komora Iskra Pio vertikalna MC 12-2	1

Odgovor na pitanje broj 3:

Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. ZJN izvršiti izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

Na strani 13 od 43, u Dokumentu broj 4, uslov u pogledu kadrovskog kapaciteta glasiće će:

Kadrovski kapacitet

USLOV: Ponuđač u momentu objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki dana 22.05.2015. godine, i u momentu podnošenja ponude mora imati u radnom odnosu na neodređeno vreme najmanje dva servisera sa visokom stručnom spremom odgovarajuće tehničke struke (tehnoške, elektrotehničke ili mašinske struke).

Takođe, Naručilac će u dokumentu broj 5 pod tačkom 9) uneti tekst kojim se zainteresovanom licu omogućava uvid u opremu koja će biti predmet servisnog održavanja.

S poštovanjem,

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Komisija za javnu nabavku 20-2015-O-01