



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Дана: 08.06.2017.

Број: 5/17/1117

(одговор бр.2 заинтересованом лицу бр.2)

Поштовани,

Поводом захтева без броја од 29.05.2017. године, заинтересованог лица за додатно појашњење, у отвореном поступку јавне набавке добара – потрошни материјал за анестезију и реанимацију, стома програм, потрошни материјал за цт инјектор, број јавне набавке 37-2017-О-02, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 22.05.2017. године, Наручилац је дописом број 5/17/1059 дана 05.06.2017. године, позвао заинтересовано лице да појасни свој захтев за питање број 1:

- *непотребно изостављено-*

Наручилац је у конкурсној документацији одредио захтеване техничке карактеристике према својим потребама, односно захтевима које треба да испуни анестезиолошко респираторни прибор, као клиничка и функционална целина.

Како сте навели да се „ради о специфичној технологији израде црева“, молимо Вас за информацију да ли специфична технологија израде омогућава / не омогућава наручиоцу да набави добра са техничким карактеристикама наведеним у конкурсној документацији.

- *непотребно изостављено-*

Заинтересовано лице је дана 05.06.2017. године, путем електронске поште доставило одговор код Наручиоца заведен под бројем 2651:

„Specifična tehnologija izrade creva sa srebrom bazira se na homogenom rasporedjivanju jona srebra u polimere od kojih je samo crevo izradjeno u toku procesa proizvodnje. Ova tehnologija je specifična za creva koja sadrže antibakterijsku i antivirusnu zaštitu na bazi srebra, i ne primenjuje se na standardnim crevima, a takodje ni na ostalim dobrima koje ste naveli u partiji 4. Zbog specifičnosti ovakvih creva sa antimikrobnom zaštitom na bazi jona srebra, smatramo da bi odvajanje u posebnu partiju obezbedilo da veći broj ponudjaca učestvuje u postupku javne nabavke.

Naša creva sa antimikrobnom zaštitom na bazi jona srebra, u potpunosti zadovoljavaju tražene tehničke karakteristike u partiji 4, pod stavkom 2“

С обзиром на изнето, Наручилац прихвата захтев заинтересованог лица да ставка број 2 партије број 4 чини посебну партију, те ће сходно наведеном извршити измену и допуну конкурсне документације.

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Комисија за јавну набавку 37-2017-О-02