



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>
Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs
PIB 100804613

Dana: 25.07.2013.

Broj: 14/2013-O-01/1436/k

Poštovani,

U otvorenom postupku javne nabavke broj 14/2013-O-01, Instituta za onkologiju Vojvodine, za koju su poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija objavljeni na Portalu javnih nabavki dana 01.07.2013. godine, zainteresovano lice podnelo je zahtev za pojašnjenje broj 483/2013 od 22.07.2013. godine. Zahtev za pojašnjenje zaveden je u IOV pod brojem 1992 dana 23.07.2013. godine.

Zainteresovano lice postavilo je sledeća pitanja:

- nepotrebno izostavljeno -

U okviru dostavljene nam konkursne dokumentacije, konkretno odeljak Dokument br. 4 - Vrsta, tehnicke karakteristike, kvalitet, kolicina i opis robe (strana 4,5,6,7, i 8 od 53), za stavku 1 . - Elektropodesiv krevet za intenzivnu negu:

U tehničkom opisu tačka br. 7 :

"Da li prihvatate bocne zastitne stranice dvodelne spojene specijalnim spojem tako da cine celinu, koje se lako spustaju i podizu.zakljucavaju se neovisno i prednja i zadnja stranica zadovoljavaju najvisu normu za krevete intenzivne nege IEC 60601-2-52 bez koje se ne mogu deklarirati kao kreveti za intenzivnu negu pacijenata u zemljama EU.Stranice koje nudimo sa najnovijim sistemom pružaju najvisu moguću zaštitu pacijentima i nalaze se u Vasoj sredini KC- Vojvodine Urgentni Centar kao i sirom Srbije?"

U tehničkom opisu tačka br.15 :

"Da li prihvatate nosace za drenazu postavljene na bocnim stranama rama kreveta sa oko osam(8) kukica za kacenje drenaznih i urinalnih vrecica U tom slucaju netrebaju yam dodatni nosaci?"

*U okviru dostavljene nam konkursne dokumentacije, konkretno odeljak **Dokument br. 4 - Vrsta, tehnicke karakteristike, kvalitet, kolicina i opis robe** (strana 4,5,6,7, i 8 od 53), za stavku 2 . - Duseci za krevetza intenzivnu negu U tehničkom opisu tačka br.2:*

"Da li prihvatate antidekubitalni dusek izradjen od sundjeraste mase jednake gustine-registrovan kod ALIMS-a od istog proizvođača, Kao i kreveta a koji je u potpunosti kompaktilan I prilagodjen svim funkcijama ponudjenog kreveta.

- nepotrebno izostavljeno -

Naručilac je precizno naveo tehničke specifikacije, tj. karakteristike i funkcionalne zahteve za dobra iz stavke broj 1. i stavke broj 2, u cilju pribavljanja dobara koja su u skladu sa objektivnim potrebama Naručioca, kao i da po svom tehničkom rešenju budu pristupačna, bezbedna i komforna za sve korisnike.

Komisija za predmetnu javnu nabavku, konstatovala je da su navedena pitanja zainteresovanog lica neprecizna, tj. opis tehničkih i funkcionalnih karakteristika je nejasan. Komisiji su neophodna pojašnjenja na osnovu kojih će u skladu sa čl. 63. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ broj 124/2012) odgovoriti zainteresovanom licu.

Stavka 1. tačka 7.

Molimo vas da pojasnite da li se radi o bočnim zaštitnim stranicama koje su manevarski potpuno nezavisne (za podizanje i spuštanje). Da li samo u gornjoj zaštitnoj poziciji imaju mogućnost povezivanja u celinu- specijalnom spojnicom?

Stavka 1. tačka 15.

Vaše pitanje, tj. opis je nejasan. Molimo vas da pojasnite da li se nosač za kačenje kesa za urin/drenažu, postavljen na bočnim stranama rama kreveta, može pokretati duž rama kreveta drenažu i da li je horizontalno pokretljiv?

Stavka 2. tačka 2.

Vaše pitanje, tj. opis je nejasan. Pretpostavljamo da je došlo do greške, te da se vaše pitanje odnosi na tačku broj 1. predmetne stavke. Da li sunderasta masa odgovara tehničkim karakteristikama iz konkursne dokumentacije?

Molimo Vas da u što kraćem roku dostavite odgovore.

S poštovanjem,

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

Komisija za javnu nabavku 14/2013-O-01

dipl. pravnik Ljubica Jovančić, zamenik predsednika