



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Број: 5/19/1-717
Дана: 25.03.2019.

(одговор број 2)

Поштовани,

У отвореном поступку јавне набавке добара – потрошни медицински материјал, број јавне набавке 16-2019-О-02, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 20.03.2019. године, заинтересовано лице је, путем електронске поште, доставило дана 21.03.2019. године захтев за додатно појашњење, без броја, код Наручиоца заведено под бројем 1443/19.

Питање

Molim Vas da mi odgovorite na pitanje vezano za JN 16-2019-O-02, Partija broj 10 - Igle za implantabilni sistem za kontinuirano davanje terapije,

Stavke 1 i 2 - Igle za implantabilni infuzioni port, 19 i 20 G, dužine 2.54cm, non-coring, sa injekcionim mestom.

Molim da se proširi specifikacija za Partiju 10, Stavke 1 i 2, tako da glasi - Igle za implantabilni infuzioni port, 19 i 20 G, dužine 2.5-2.54cm, non-coring, sa injekcionim mestom.

Одговори Наручиоца

Наручилац прихвата као основан захтев заинтересованог лица, те ће извршити измене и допуне конкурсне документације, према следећем:

Бр. ст	Обавезне техничке карактеристике
1.	Игла за имплантибилни инфузиони порт, 19 G, дужине 2,50 - 2,54 cm, non-coring, са инјекционим местом. Захтевана минимална количина за испоруку је један комад.
2.	Игла за имплантибилни инфузиони порт, 20 G, дужине 2,50 - 2,54 cm, non-coring, са инјекционим местом. Захтевана минимална количина за испоруку је један комад.

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Комисија за јавну набавку 16-2019-О-02