



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Дана: 17.03.2017.

Број: 5/17/471

(одговор заинтересованом лицу бр.2)

Поштовани,

У отвореном поступку јавне набавке добара – потрошни медицински материјал, број јавне набавке 17-2017-О-02, Института за онкологију Војводине, за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 03.03.2017. године, заинтересовано лице доставило је путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без броја од 14.03.2017. године (у ИОВ заведен под бројем 1184 од 14.03.2017.) године.

Заинтересовано лице, поставља следеће питање - захтев:

- *непотребно изостављено*-

Povodom Vašeg raspisa za učešće u postupku javne nabavke 17-2017-0-02, molimo Vas za odgovor na sledeća pitanja:

Partija broj 1 - Da li ce biti prihvatljiva igla sa prostorom za smetaj uzoraka duzine 19mm?

Partija broj 3 - Kako je Quick core zasticeno ime proizvoda proizvođaца Cook zamolili bismo vas da stavite ili ekvivalent da biste omogućili jednakost svim ponudjácima.

Stavka br. 1 - Da li ce biti prihvatljiva igla dimenzija 18G x 9cm?

Stavka br.2 - Da li ce biti prihvatljiva igla dimenzija 20G x 9cm?

Partija broj 4, Stavka br. 1 - Da li ce biti prihvatljiva igla dimenzija 20G x 9cm?

Partija broj 5 - Da li ce biti prihvatljiva igla sa prostorom za smetaj uzoraka duzine 19mm?

Partija broj 6, Stavka br. 1 - Da li ce biti prihvatljive igle dimenzija 15G i 16G, sa ekstenzijom do 68mm i 102mm?

Partija broj 6, Stavka br.2 - Da li ce biti prihvatljive igle dimenzija 8G, 11c i 13G, duzine 10,2cm i 15,2cm?

Partija broj 11, Stavka br. 1 - Da li ce biti prihvatljiva igla duzine 12,5cm?

Partija broj 11, Stavka br.2 - Da li ce biti prihvatljiva igla duzine 10 cm?

непотребно изостављено



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Одговори Наручиоца

Број 1

Питање: Partija broj 1 - Da li ce biti prihvatljiva igla sa prostorom za smetaj uzoraka duzine 19mm?

Одговор Наручиоца: Да. У складу са наведеним наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Број 2

Питање: Partija broj 3 - Kako je Quick core zasticeno ime proizvoda proizvoђjaca Cook zamolili bismo vas da stavite ili ekvivalent da biste omogucili jednakost svim ponudјjacima.

Одговор Наручиоца:

Наручилац ће изменити конкурсну документацију у делу који се односи на партију број 3, на начин који ће омогућити већу конкуренцију и једнакост понуђача, а имајући у виду сврху и намену добара која се набављају.

Број 3

Питање: Partija broj 3 -

Stavka br. 1 - Da li ce biti prihvatljiva igla dimenzija 18G x 9cm?

Stavka br.2 - Da li ce biti prihvatljiva igla dimenzija 20G x 9cm?

Одговор Наручиоца:

За ставку број 1 и ставку број 2 партије број 3 није прихватљиво понудити иглу димензије 18G x 9cm и иглу димензије 20G x 9cm, због дубина лезија које ће се узорковати овим начином (паренхиматозни органи, органи и патолошке лезије абдоминалне дупље).

Број 4

Питање: Partija broj 4, Stavka br. 1 - Da li ce biti prihvatljiva igla dimenzija 20G x 9cm?

Одговор Наручиоца:

За ставку број 1 партије број 4 није прихватљиво понудити иглу димензије 20G x 9cm, због дубина лезија које ће се узорковати овим начином (паренхиматозни органи, органи и патолошке лезије абдоминалне дупље).



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Број 5

Питање: Partija broj 5 - Da li ce biti prihvatljiva igla sa prostorom za smetaј uzoraka duzine 19mm?

Одговор Наручиоца: Да. У складу са наведеним наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Број 6

Питање: Partija broj 6, Stavka br. 1 - Da li ce biti prihvatljive igle dimenzija 15G i 16G, sa ekstenzijom do 68mm i 102mm?

Одговор Наручиоца: Да. У складу са наведеним наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Број 7

Питање: Partija broj 6, Stavka br.2 - Da li ce biti prihvatljive igle dimenzija 8G, 11c i 13G, duzine 10,2cm i 15,2cm?

Одговор Наручиоца: Да. У складу са наведеним наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Број 8

Питање:

Partija broj 11, Stavka br. 1 - Da li ce biti prihvatljiva igla duzine 12,5cm?

Partija broj 11, Stavka br.2 - Da li ce biti prihvatljiva igla duzine 10 cm?

Одговор Наручиоца: Да. У складу са наведеним наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Комисија за јавну набавку 17-2017-О-02