



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>

Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs

PIB 100804613

Dana: 12.08.2013.

Broj: 19/2013-O-02/1522/k

Poštovani,

U otvorenom postupku javne nabavke broj 19/2013-O-02, Instituta za onkologiju Vojvodine, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 08.08.2013. godine, zainteresovano lice dostavilo je putem elektronske pošte Zahtev za dodatno pojašnjenje, od 09.08.2013. godine. Zahtev je kod Naručioca zaveden pod brojem 2161 od 12.08.2013. godine.

Zainteresovano lice, postavlja sledeće pitanje:

- nepotrebno izostavljeno-

У документу број 4, на страни 10, у листи обавезних техничких карактеристика се наводи, Партија 22.: “Четкица Ø=6мм, укупне дужине 20цм, конусна за једнократну употребу за прикупљање узорака са вулвалне и ендоцервикалне површине, стерилне четкице, Понуђач је дужан да понуди добро које је апсолутно безбедно и комфортно за све кориснике, у свим медицинским процедурама и које у потпуности одговара својој намени. “

Потребно нам је појашњење захтеване техничке карактеристике за медицинско средство које је предмет набавке.

Да ли је могуће понудити комбиновану четкицу, која је начињена тако да узима узорак за цитолошку анализу, у једном акту, и са ендоцервикса, зоне трансформације и ектоцервикса?

- nepotrebno izostavljeno-

Odgovor Naručioca

Da, moguće je.

S poštovanjem,

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

Komisija za javne nabavke

Gordana Štikavac, dipl. pravnik