



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>

Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs

PIB 100804613

Dana: 05.06.2015.

Broj: 5/732

Poštovani,

U postupku javne nabavke broj 20-2015-O-01 - Servisno održavanje po pozivu i rezervni delovi za laminarne komore, Instituta za onkologiju Vojvodine, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 22.05.2015. godine, zainteresovano lice dostavilo je putem elektronske pošte Zahtev za dodatnim informacijama bez broja od 04.06.2015. godine (u IOV zaveden pod brojem 2935 od 04.06.2015. godine).

Zainteresovano lice, postavlja sledeća pitanja:

- nepotrebno izostavljeno-

"U tački 1.3. rezervni delovi naveli ste za komoru Berner HV2-69 tri Hepa filtra.

Prema našim podacima ovaj tip komore ima samo jedan Hepa filter.

Pitamo: Da li se radi o tri komore Berner ili je greška u specifikaciji rezervnih delova."

- nepotrebno izostavljeno-

Odgovor Naručioca

Naručilac poseduje laminarnu komoru Berner vertikalnu HV2-69, koja ima tri hepa filtera: radni filter, izlazni filter i recirkulacioni filter.

S poštovanjem,

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

Komisija za javnu nabavku 20-2015-O-01