



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Дана: 16.05.2016.

Број: 5/1/918

(одговор заинтересованом лицу бр.2)

Поштовани,

У отвореном поступку јавне набавке добара – потрошни материјал за анестезију и реанимацију, системи и сетови за инфузионе пумпе и инјекторе, катетери, стома програм, материјал за вакум биопсију, број јавне набавке 27-2016-О-02, Института за онкологију Војводине, за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 22.04.2016. године, заинтересовано лице доставило је путем електронске поште Захтев за додатно појашњење број 219/16 од 12.05.2016. године (у ИОВ заведен под бројем 2501 од 12.05.2016.) године.

Заинтересовано лице, поставља следеће питање - захтев:

- *непотребно изостављено*

Partija 17

Stavka 3

Da li je dozvoljeno ponuditi filter sa tidalnim volumenom 120-1500 mL, budući da ovako mala razlika u odnosu na traženih minimalnih 100 mL TV nema značaja u kliničkoj praksi? Takođe, ponuđeno dobro ima efikasnost filtracije 99.999%, što je značajno bolje od traženih 99,9%.

Stavka 4

Da li je dozvoljeno ponuditi filter težine 23 g (umesto tražene 32-34 g) i zapremine 30 mL (umesto tražene 57-75 mL)? Filteri sa manjom težinom imaju jasnu prednost u odnosu na one sa većom, zbog manjeg "povlačenja" sistema za disanje i samim tim manjeg ugrožavanja komfora i bezbednosti pacijenta. Takođe, filteri sa manjom mrtvom zapreminom doprinose smanjenju ukupne mrtve zapremine sistema, što je takođe od značaja za pacijenta. Osim ovoga, ponuđeno dobro ima efikasnost filtracije 99.999%, što je bolje od traženih 99,99%.

Stavka 5

Da li je dozvoljeno ponuditi filter težine 27 g (umesto tražene 39-42 g) i zapremine 55 mL (umesto tražene 65-66 mL)? Filteri sa manjom težinom imaju jasnu prednost u odnosu na one sa većom, zbog manjeg "povlačenja" sistema za disanje i samim tim manjeg ugrožavanja komfora i bezbednosti pacijenta. Takođe, filteri sa manjom mrtvom zapreminom doprinose smanjenju ukupne mrtve zapremine sistema, što je takođe od značaja za pacijenta.



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Ставка 7

Да ли је дозвољено понудити кружни систем за дисање са могућношћу максималног развлачења до 2,4 m, што svakako укључује и могућност развлачења до 2,0 m? Овим се обезбеђује систем са већом прилагодљивошћу условима рада.

Из свега горе наведеног, као потенцијални понуђачи истичемо да сви предлози за приhvаћање поменутих добара ни на који начин не угрожавају безбедност и комфор, како пацијената тако и корисника, већ напротив омогућавају benefite у виду:

- болје филтрације
- мање мртве запремине и
- мање тежине система.
- *непотребно изостављено-*

Одговори Наручиоца

Ставка 3

Степен филтрације је директно везан за проток. Тражени минимални TV од 100ml омогућава да се не појављује вишак воде у филтерима и тубусима.

Наручилац остаје при свом захтеву.

Захтеване техничке карактеристике су у складу са захтевима и процедурама које се спроводе у операционој сали и интензивној терапији, а остављају могућност свим понуђачима да понуде одговарајуће производе, односно обезбеђена је конкуренција.

Ставка 4 и ставка 5

Грамажа филтера је одређена на основу праксе и остављена је могућност понуђачима да понуде филтере “од – до” грамаже. Грамажа није од пресудног значаја, могуће је понудити и филтере мање тежине, тако да се у том делу прихвата захтев за измену техничких карактеристика.

Захтеване техничке карактеристике су у складу са захтевима и процедурама које се спроводе у операционој сали и интензивној терапији, а остављају могућност свим понуђачима да понуде одговарајуће производе, односно обезбеђена је конкуренција.

Ставка 7

Тражен је систем који је “подесив”, односно у основи има могућност развлачења (подешавања) до 2 метра. Он је у основи краћи од система за који сте поставили питање из разлога што се при развлачењу, односно подешавању истог постиже мања ригидност и омогућава већа флексибилност тубуса.

Где је потребно користимо дужа црева, али други модел (флексибилна).

Наручилац остаје при свом захтеву.



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Захтеване техничке карактеристике су у складу са захтевима и процедурама које се спроводе у операционој сали и интензивној терапији, а остављају могућност свим понуђачима да понуде одговарајуће производе, односно обезбеђена је конкуренција.

С обзиром да ће наручилац изменити конкурсну документацију три дана пре истека рока за подношење понуда, рок за подношење понуда биће продужен.

С поштовањем,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Комисија за јавну набавку 27-2016-О-02