



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Дана: 05.06.2017.

Број: 5/17/1060

(одговор заинтересованом лицу бр.2)

Поштовани,

У отвореном поступку јавне набавке добара – потрошни материјал за анестезију и реанимацију, стома програм, потрошни материјал за цт инјектор, број јавне набавке 37-2017-О-02, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 22.05.2017. године, заинтересовано лице доставило је путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без броја од 29.05.2017. године (у ИОВ заведен под бројем 2510 од 29.05.2017.) године.

Заинтересовано лице, поставља следеће питање - захтев:

- *непотребно изостављено-*

Pitanje za partiju 4:

- da li prihvataste da stavku broj 2. Kružni system za anesteziju sa antimikrobnom zaštitom izdvojite u posebnu partiju s obzirom da se radi o specifičnoj tehnologiji izrade creva? Ostale stavke koje ste naveli u partiji 4 predstavljaju standardna dobra.
- Stavka 7 – da li prihvatate crevo sledećih dimenzija 2,4m sa dodatnom granom od 0,9m I balonom od 3lit sa kolenom sa uler lock portom I y konekcijom? S obzirom da su ove dimenzije približno jednake traženim.

- *непотребно изостављено-*

Одговори Наручиоца

Одговор на питање број 1

Наручилац је упутио заинтересованом лицу захтев за појашњење питања. Након што заинтересовано лице достави појашњење, Наручилац ће сачинити и објавити одговор.

Одговор на питање број 2

Не прихвата се захтев заинтересованог лица. Систем мора бити компактан, растегљиво прилагодљив (могућност продужавања и скраћивања) према потреби промене положаја болесника у операционој сали (од лежећег-леђног до седећег положаја и код окретања, леђног до потрбушног положаја, на операционом столу).

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Комисија за јавну набавку 37-2017-О-02