



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>
Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs
PIB 100804613

Dana: 20.08.2015.

Broj: 5/1257

(odgovor zainteresovanom licu br.2)

Poštovani,

U otvorenom postupku javne nabavke dobara - operacioni sto za Kliniku za operativnu onkologiju IOV, broj javne nabavke 55-2015-O-01, Instituta za onkologiju Vojvodine, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 14.07.2015. godine, zainteresovano lice dostavilo je putem elektronske pošte Zahtev za dodatno pojašnjenje od 17.08.2015. (u IOV zaveden pod brojem 4152 od 17.08.2015.) godine.

Zainteresovano lice, postavlja sledeća pitanja:

- nepotrebno izostavljeno-

Stavka 8: Longitudinalno pomeranje ploče stola: min. 270mm

Pitanje:

Molimo Vas za pojašnjenje ove stavke:

- Da li ova karakteristika nedvosmisleno ukazuje na elektro hidraulično pomeranje longitudinalno pomeranje ploče stola pritiskom na komandu na daljinskom upravljaču?

Stavka 15 : Centralna kočnica sa aktiviranjem preko daljinskih komandi i / ili nožnog prekidača

Pitanje:

Molimo Vas za pojašnjenje ove stavke:

- Da li se zaključavanje stola preko daljinskog upravljača nedvosmisleno ukazuje na postojanje komandi na panelu daljinskog upravljača sa jasno naznačenim indikatorima za poziciju zaključanog ili otključanog stola?
- Da li se zaključavanje stola preko daljinskog upravljača nedvosmisleno odnosi na fiksiranje stola za podnu oblogu koja se postiže putem uvlačenja dvostrukih antistatik točkova i oslanjanje kompletnog stola na pod putem ugaonih stopa, čime se postiže maksimalna stabilnost i sigurnost operacionog stola tokom trajanja operativnog zahvata?
- Da li zaključavanja stola preko daljinskog upravljača znači nedvosmisleno, da se operacioni sto dovodi u nepokretan položaj u odnosu na podnu oblogu, postiže putem pritiska komande na daljinskom bez drugih dodatnih radnji?
- nepotrebno izostavljeno-

Odgovori Naručioca

Odgovor na pitanje broj 1:

(stavka 8)

Da, obavezna tehnička karakteristika pod rednim brojem 8, ukazuje na elektrohidraulično longitudinalno pomeranje. Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. ZJN izvršiti izmenu Konkursne dokumentacije i istu objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

Na strani 4 od 44, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl, tačka (1) u tabelarnom delu, stavka broj 8, **tekst:**

"Longitudalno pomeranje ploče stola: min. 270mm"

menja se i glasi:

„Elektro hidraulično longitudinalno pomeranje ploče stola pritiskom na komandu na daljinskom upravljaču: min. 270 mm.“

i

Na strani 30 od 44, u Dokumentu broj 6 ponude, tačka 6. Podtačka 6.2. u tabelarnom delu, stavka broj 8, **tekst:**

"Longitudalno pomeranje ploče stola: min. 270mm"

menja se i glasi:

„Elektro hidraulično longitudinalno pomeranje ploče stola pritiskom na komandu na daljinskom upravljaču: min. 270 mm.“

Odgovor na pitanje broj 2:

(stavka 15)

Da, obavezna tehnička karakteristika pod rednim brojem 15, ukazuje na karakteristike koje je zainteresovano lice navelo u svom pitanju. Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. ZJN izvršiti izmenu Konkursne dokumentacije i istu objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

Na strani 4 od 44, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl, tačka (1) u tabelarnom delu, stavka broj 15, **tekst:**

"Centralna kočnica sa aktiviranjem preko daljinskih komandi i / ili nožnog prekidača"

menja se i glasi:

„Centralno zaključavanje stola preko integrisanih komandi na stubu stola i daljinskom upravljaču, sa indikatorom funkcija na stubu stola i daljinskom upravljaču pri čijem korišćenju se sto fiksira za podnu oblogu bez dodatnih radnji.“

i

Na strani 30 od 44, u Dokumentu broj 6 ponude, tačka 6. Podtačka 6.2. u tabelarnom delu, stavka broj 15, **tekst:**

" Centralna kočnica sa aktiviranjem preko daljinskih komandi i / ili nožnog prekidača "

menja se i glasi:

„Centralno zaključavanje stola preko integrisanih komandi na stubu stola i daljinskom upravljaču, sa indikatorom funkcija na stubu stola i daljinskom upravljaču pri čijem korišćenju se sto fiksira za podnu oblogu bez dodatnih radnji.“

S poštovanjem,

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Komisija za javnu nabavku 55-2015-O-01