



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Дана: 14.11.2016.

Број: 5/1/2175

(одговор заинтересованом лицу бр.2)

Поштовани,

У поступку јавне набавке мале вредности – транспортна колица (стречер) за пацијенте, број јавне набавке 02-11-16-д, Института за онкологију Војводине, за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 03.11.2016. године, заинтересовано лице је 09.11.2016. године у 13,33 доставило путем електронске поште Захтев за додатно појашњење број 403/2016 (у ИОВ заведен под бројем 5543 од 09.11.2016.) године.

Заинтересовано лице, поставља следећа питања - захтеве:

- *непотребно изостављено*

Pitanje br. 1

Na strani 4. Konkursne dokumentacije – Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobra u poziciji 1 stoji: „Hidrauličko podešavanje po visini u rasponu od 500-895mm i šire.“

Kako bi se omogućilo učešće većeg broja potencijalnih ponuđača, molimo Vas da dozvolite da se ponude transportna kolica kod kojih se visina podešava u rasponu od 600-895 mm i više. Molimo Vas da измените конкурсну документацију, тако да позиција 1 гласи: „Hidrauličko podešavanje po visini u rasponu od 600-895mm i šire.“

Pitanje br. 2

Na strani 4. Konkursne dokumentacije – Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobra u poziciji 3 stoji: „Dvo-segmentna ploča transparentna na iks zrake“

Kako u poziciji 4 na istoj strani Konkursne dokumentacije zahtevate da naslon leđa bude podesiv: +90° i više, pretpostavljamo da imate potrebe za transportovanje pacijenata u sedećem položaju. Mišljenja smo da iz tog razloga, a radi veće udobnosti pacijenta i lakšeg pristupa medicinskih radnika, treba zahtevati da strečer bude tro-segmentni. Iz tog razloga, molimo Vas da измените конкурсну документацију, тако да позиција 3 гласи: „Tro-segmentna ploča transparentna na iks zrake.“

Pitanje br. 3

Na strani 4. Konkursne dokumentacije – Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobra u poziciji 4 stoji: „Naslon za leđa podesiv: +90° i više“



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Mišljenja smo da zbog pravilnog položaja kičme pacijenta naslon za leđa treba da bude podesiv do $+70^\circ$. Iz tog razloga, molimo Vas da izmenite konkursnu dokumentaciju, tako da pozicija 4 glasi: „Naslon za leđa podesiv: do $+70^\circ$ “

Pitanje br.4

Na strani 4. Konkursne dokumentacije – Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobra u poziciji 7 stoji: „Kontrola pedala Trendelenburg/obrnutog Trendelenburga.“

Kako bi se omogućilo učešće većeg broja potencijalnih ponuđača, molimo da se prihvati i ručno podešavanje pomoću gasne opruge. Molimo Vas da izmenite konkursnu dokumentaciju, tako da pozicija 7 glasi: „Kontrola Trendelenburg/obrnuti Trendelenburg pomoću kontrolne pedale ili ručno pomoću gasne opruge.“

Pitanje br.5

Na strani 4. Konkursne dokumentacije – Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobra u poziciji 8 stoji: „Osnova strečera sa zaštitnim poklopcem za odlaganje stvari pacijenta. Mogućnost skidanja poklopca radi lakšeg čišćenja.“

Zaštitni poklopac na osnovi strečera je sastavni deo strečera i čisti se podjednako lako kao i strečer. Mišljenja smo da nema potrebe da se zaštitni poklopac skida da bi čišćenje bilo lakše. Stoga molimo da izmenite konkursnu dokumentaciju tako da pozicija 8 glasi: „Osnova strečera sa zaštitnim poklopcem za odlaganje stvari pacijenta.“

Pitanje br.6

Na strani 4. Konkursne dokumentacije – Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobra u poziciji 14 stoji: „Lako sklopive ručke za guranje kod uzglavlja.“

Lako sklopive ručke svakako dodaju na gabaritu kolica. Kako je vrlo bitno da kolica budu što kompaktnija, mišljenja smo da treba zahtevati da ručke za guranje budu uznožje ili uzglavlje kolica, jer se na taj način ne menjaju osnovne dimenzije i ne narušava se kompaktnost kolice. Stoga molimo da izmenite konkursnu dokumentaciju tako da pozicija 14 glasi: „Uzglavlje ili uznožje služe kao ručke za guranje kolica.“

Pitanje br.7

Na strani 4. Konkursne dokumentacije – Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobra u poziciji 17 stoji: „Maksimalna težina strečera 85 kg“



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Kako bi bila što veća stabilnost u transportu pacijenata, koja je vezana sa težinom samih kolica, molimo da se prihvati strečer minimalne težine 80 kg. Molimo Vas da измените конкурсну документацију, тако да позиција 17 гласи: „Minimalna težina strečera 80 kg.“

Pitanje br.8

Na strani 4. Konkursne dokumentacije – Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobra u poziciji 18 stoji: „Madrac dimenzija maksimalno 201x70,5 cm, debljine minimalno 7 cm, punjen vatrorezistentnom penom“

Kako bi se omogućilo učešće većeg broja potencijalnih ponuđača, molimo da se prihvati madrac minimalne debljine 7 cm. Molimo Vas da измените конкурсну документацију, тако да позиција 18 гласи: „Madrac dimenzija maksimalno 201x70,5 cm, debljine minimalno 6 cm, punjen vatrorezistentnom penom.“

- непотребно изостављено-

Одговори Наручиоца

Одговор на питање број 1

Наручилац остаје при свом захтеву за обавезну техничку карактеристику под редним бројем 1, а образложење на ваше питање дато је у одговору заинтересованом лицу број 5/1/2159 од 10.11.2016. године.

Одговор на питање број 2

Наручилац прихвата као основан захтев заинтересованог лица који се односи на измену обавезне техничке карактеристике под редним бројем 3 - *Дво-сегментна лежећа плоча транспарентна на икс зраке*, те ће извршити измену конкурсне документације према следећем: *Двосегментна или тросегментна лежећа плоча транспарентна на икс зраке.*

Одговор на питање број 3

Наручилац је већ прихватио измену обавезне техничке карактеристике под редним бројем 4. кроз одговор заинтересованом лицу број 5/1/2159 од 10.11.2016. године, те ће сходно томе извршити измену конкурсне документације према следећем: *Наслон за леђа подесив: +85 степени и више.*

Одговор на питање број 4

Наручилац остаје при свом захтеву за обавезну техничку карактеристику под редним бројем 7 - *Контролна педала Trendelenburg/обрнутог Trendelenburga*, из разлога што командовање Trendelenburgom путем ножне педале има ту предност да оставља манипуланту слободне руке. Наручилац овим оправданим захтевом није ограничио конкуренцију јер постоји неколико произвођача чија транспортна колица могу да постигну подешавање Trendelenburg/обрнутог



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Trendelenburga путем контролне педале (Stieglmeyer, Schmitz, Malvestio, Nova M, Linet, Hill room).

Одговор на питање број 5

Наручилац остаје при свом захтеву за обавезну техничку карактеристику под редним бројем 8 - ***Основа стречера са заштитним поклопцем за одлагање ствари пацијената. Могућност скидања поклопца ради лакшег чишћења***, из разлога што је хигијена предуслов у медицинској делатности.

Одговор на питање број 6

Наручилац остаје при свом захтеву за обавезну техничку карактеристику под редним бројем 14 - ***Лако склопиве ручке за гурање код узглавља***, из разлога што је управљање транспортним колицима безбедније и комфорије уз помоћ ручки.

Одговор на питање број 7

Тежина транспортних колица од 80кг уклапа се у обавезну техничку карактеристику под редним бројем 17 с обзиром да је прецизно наведено да је максимална тежина стречера 85 кг.

Одговор на питање број 8

Заинтересовано лице нејасно је формулисало свој захтев за измену обавезне техничке карактеристике под редним бројем 18, предлажући прво да се прихвати мадрац минималне дебљине 7цм, а потом 6цм.

Наручилац остаје при свом захтеву с обзиром да дебљина мадраца утиче на његов квалитет, а конкуренција није ограничена јер већи број произвођача/понуђача има мадраце дебљине 7цм и више.

Сходно чл. 63. ст 1. и 3. ЗЈН, Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације као и одговор заинтересованом лицу објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

С поштовањем,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Комисија за јавну набавку 02-11-16-д