



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Дана: 24.03.2016.

Број: 5/1/499

(одговор заинтересованом лицу бр.3)

Поштовани,

У отвореном поступку јавне набавке добара - хируршки потрошни материјал, број јавне набавке 09-2016-O-02, Института за онкологију Војводине, за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 09.03.2016. године, заинтересовано лице доставило је путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без броја од 24.03.2016. (у ИОВ заведен под бројем 1666 од 24.03.2016.) године.

Заинтересовано лице, поставља следећа питања:

- непотребно изостављено-

Molimo Vas da nam pojasnite da li je za JN 09-2016-O-02, Hirurški potrošni materijal za partiju 2: Hirurški konac, resorptivni, došlo do tehničke greške za stavke 8,9,15 i 16, pa traženo dobro za navedene stavke nije antibakterijski konac, kao što je predviđeno za preostali deo partije 2?

- непотребно изостављено-

Одговор Наручиоца

Није начињена грешка. Хируршки конци из партије број 2 – ставке број 8, 9, 15 и 16 нису антибактеријски.

С поштовањем,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Комисија за јавну набавку 09-2016-O-02