



## ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија  
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Дана: 17.03.2017.

Број: 5/17/472

(одговор заинтересованом лицу бр.3)

Поштовани,

У отвореном поступку јавне набавке добара – потрошни медицински материјал, број јавне набавке 17-2017-О-02, Института за онкологију Војводине, за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 03.03.2017. године, заинтересовано лице доставило је путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без броја од 14.03.2017. године (у ИОВ заведен под бројем 1194 од 14.03.2017.) године.

Заинтересовано лице, поставља следеће питање - захтев:

- *непотребно изостављено-*

Ovim putem predlažemo naručiocu da shodno načelu obezbeđivanja konkurencije (odredba člana 10.Zakona o javnim nabavkama) izmeni dimenzije kako bi se omogućilo učešće na tenderu i drugim ponuđačima.

**U partiji br.1** Potrošni materijal za biopsije i punkcije vođene ultrazvukom

1/2 Igla 18G x 13cm

Da li je prihvatljivo za krajnjeg korisnika da se ponudi 18G x 12 cm?

**U partiji br.2** Koaksijal vodič za igle 20G x 10 cm

1. Da li je prihvatljivo za krajnjeg korisnika da se ponudi 20G x 11cm?

**U partiji br.5** Igle za kor biopsiju dojke 14G x 130mm

1. Da li je prihvatljivo za krajnjeg korisnika da se ponudi 14G x 120mm

- *непотребно изостављено-*



## ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија  
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

### Одговори Наручиоца

#### Број 1

**Питање: U partiji br.1** Potrošni materijal za biopsije i punkcije vođene ultrazvukom 1/2 Igle 18G x 13cm. Da li je prihvatljivo za krajnjeg korisnika da se ponudi 18G x 12 cm?

**Одговор Наручиоца:** Да. У складу са наведеним наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

#### Број 2

**Питање: U partiji br.2** Koaksijal vodič za igle 20G x 10 cm  
Da li je prihvatljivo za krajnjeg korisnika da se ponudi 20G x 11cm?

**Одговор Наручиоца:** Да. У складу са наведеним наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

#### Број 3

**Питање: U partiji br.5** Igle za kor biopsiju dojke 14G x 130mm  
1. Da li je prihvatljivo za krajnjeg korisnika da se ponudi 14G x 120mm

**Одговор Наручиоца:** Да. У складу са наведеним наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ  
Комисија за јавну набавку 17-2017-O-02