



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>

Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs

PIB 100804613

Dana: 17.07.2015.

Broj: 5/980

(odgovor zainteresovanom licu br.3)

Poštovani,

U otvorenom postupku javne nabavke dobara - ultrazvučni aparat sa vaginalnom, rektalnom i abdominalnom sondom, broj javne nabavke 32-2015-O-01, Instituta za onkologiju Vojvodine, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 09.06.2015. godine, zainteresovano lice dostavilo je putem elektronske pošte Zahtev za dodatno pojašnjenje (u IOV zaveden pod brojem 3486 od 10.07.2015.) godine.

Zainteresovano lice, postavlja sledeća pitanja:

- nepotrebno izostavljeno-

“Nakon detaljne analize konkursne dokumentacije ULTRAZVUČNI APARAT SA VAGINALNOM, REKTALNOM I ABDOMINALNOM SONDOM JN 32-2015-O-01 postavili bi smo Vam sledeća pitanja:

1.Naručilac je u obaveznim tehničkim karakteristikama ,između ostalog,definisao sledeće:

“1.Stacionaran,kolor dopler ultrazvučni aparat nove generacije , sa dve sonde , na točkovima,glavna jedinica maksimum 65 kg.”

Da li je za naručioca prihvatljivo da iz tehničke specifikacije izostavi predmetnu karakteristiku jer ista nema apsolutno nikakav uticaj na kvalitet aparata ,rezoluciju slike niti bilo koji benefit kada reč o funkcionalstima aparata?

2.Naručilac je u obaveznim tehničkim karakteristikama ,između ostalog,definisao sledeće:

“2.Abodominalna sonda,128 elemenata,opseg 3.0-7.0 Mhz,65 ugao gledanja”

Da li je za naručioca prihvatljivo da navede opseg odnosno odnosno dozvoljeno odstupanje po pitanju stepeni ugla gledanja u iznosu od +/-10% jer isto ne utiče na kvalitet aparata nego omogućava učešće većeg broja ponuđača u predmetnom postupku?

3.Naručilac je u obaveznim tehničkim karakteristikama ,između ostalog,definisao sledeće:

“Dinamički opseg minimum 200 db,preko 100.000,00 digitalnih kanala,maksimalna frekvenca osvežavanje slike minimum 750 frames/sec”

Da li je za naručioca prihvatljivo da predmetnu karakteristiku prebaci u tehničko tehnološke prednosti I time omogućuje učešće većeg broja ponuđača u predmentom postpuku?

4.Naručilac je u obaveznim tehničkim karakteristikama ,između ostalog,definisao sledeće:

“14.Aktivna opcija elastografije cervixa na ponuđenoj vaginalnoj sondi”

Da li je za naručioca prihvatljivo da predmetnu karakteristiku izostavi iz predmetne specifikacije I time omogućiti učešće većeg broja ponuđača u predmetnom postupku? ”

- nepotrebno izostavljeno-

Odgovori Naručioca

Naručilac je dana 10.07.2015. (pre isteka roka za podnošenje ponuda) primio zahtev za zaštitu prava, objavio Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, i shodno članu 150. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012 i 14/2015, u daljem tekstu: ZJN), obustavio dalje aktivnosti, do donošenja odluke o podnetom zahtevu. Naručilac je dana 15.07. 2015. godine, Rešenjem broj 5/959 usvojio zahtev za zaštitu prava, te se dalje aktivnosti u predmetnom postupku javne nabavke nastavljaju.

Odgovor na pitanje broj 1:

Broj sonde – Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije na taj način što će umesto dve zahtevati tri sonde.

Težina opreme - Naručilac ne može prihvatiti odstupanja u težini, s obzirom da zahtevi Naručioca u pogledu mobilnosti, ergonometričnosti i prostorne organizacije, uslovljavaju težinu aparata.

Odgovor na pitanje broj 2:

Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. ZJN izvršiti izmenu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

Na strani 4 od 40, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl, tačka (1) u tabelarnom delu, stavka broj 2, **tekst:**

"Abdominalna sonda, 128 elemenata, opseg 3.0-7.0 MHz, 65° ugao skeniranja"

menja se i glasi:

„Abdominalna sonda, 128 elemenata, opseg 3.0-7.0 MHz, 65° ±10% ugao skeniranja“

Odgovor na pitanje broj 3:

Nije prihvatljivo, s obzirom da je navedena tehnička karakteristika definisana prema potrebama Naručioca. Takođe, Vaš zahtev je u suprotnosti sa kriterijumom za dodelu ugovora u predmetnoj javnoj nabavci - najniža ponuđena cena.

Odgovor na pitanje broj 4:

Nije prihvatljivo. Opcija aktivne elastografije cervixa neophodna je za ciljnu grupu pacijenata IOV (egzaktna procena pre poštrednih operacija pacijentkinja sa ranim karcinomom grlića materice).

S poštovanjem,
INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Komisija za javnu nabavku 32-2015-O-01