

snimanju sa bilo kojim SID-om u rasponu od 115-180cm. Ovo rešenje ima sledeće velike prednosti u odnosu na zahtevano:

- Automatsko prilagođavanje parametara rešetke zadatom SID-u olakšava rad operatera koji više ne mora da vodi računa o menjanju rešetke pri promeni SID-a,
 - Obezbeđuje optimalne parametre snimanja ne samo za SID od 120cm i 180cm već i za sve vrednosti između ove dve.
3. Da li naručilac prihvata da se zahtev na poziciji 2.5 iz specifikacije obaveznih tehničkih karakteristika dobra preformuliše tako da glasi: „ **Maksimalna vrednost struje cevi za radiografiju min. 630 mA.**”

Obrazloženje: Zahtevom da maksimalna vrednost struje cevi za radiografiju bude 630 mA naručilac zabranjuje ponuđačima da mu ponude jače i kvalitetnije generatore i RTG cevi. Drugim rečima ovakvim zahtevom ograničava se nivo ponuđenog kvaliteta sa gornje strane. To je atipičan zahtev naručioca jer je očekivano da kvalitet bude ograničen sa donje strane. Smatramo da je reč o omaški pri kucanju, te pozivamo naručioca da uvaži naš predlog.

4. Da li naručilac prihvata da se zahtev na poziciji 4.4 iz specifikacije obaveznih tehničkih karakteristika dobra preformuliše tako da glasi: „ **Kvalitet detektora izražen preko DQE min. 65% @ 0 lp/mm.**”

Obrazloženje: U tehničkim specifikacijama relevantnih proizvođača detektora (Thales Trixel, Varian, Toshiba,..) kao i među profesionalcima u oblasti DQE detektora se specificira pri **0 lp/mm** a ne pri **0,1 lp/mm** kako je navedeno u specifikaciji naručioca. Kako je verovatno posredi greška u kucanju pozivamo naručioca da prihvati ovu izmenu. U suprotnom neće biti u mogućnosti da valjano uporedi ponude uređaja sa detektorima različitih proizvođača.

- nepotrebno izostavljeno-

Odgovori Naručioca

Odgovor na pitanje broj 1:

Naručilac je tehničku specifikaciju iz tačke 1. podtačka 1.8, definisao prema svojim potrebama. Gotovo svi renomirani proizvođači radiografsko-fluoroskopske opreme imaju u svom proizvodnom programu uređaje koji mogu odgovoriti ovom tehničkom zahtevu, tj. mogu ponuditi uređaje sa minimalnim SID rastojanjem i nižim od 110 cm. Naručilac pored interventnih namerava sprovesti i radiografske procedure za koje mu je neophodan zahtevani minimalni opseg SID-a. Naručilac ostaje pri svome zahtevu.

Odgovor na pitanje broj 2:

Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. ZJN izvršiti izmenu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Odgovor na pitanje broj 3:

Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. ZJN izvršiti izmenu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Odgovor na pitanje broj 4:

Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. ZJN izvršiti izmenu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

S poštovanjem,

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Komisija za javnu nabavku 53-2015-O-01