



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Дана: 02.02.2017.

Број: 5/17/165

(одговор заинтересованом лицу бр.4)

Поштовани,

У отвореном поступку јавне набавке добара – потрошни медицински материјал, број јавне набавке 103-2016-О-02, Института за онкологију Војводине, за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 20.01.2017. године, заинтересовано лице доставило је путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без броја од 31.01.2017. године (у ИОВ заведен под бројем 429 од 31.01.2017.) године.

Заинтересовано лице, поставља следеће питање - захтев:

- *непотребно изостављено-*

PARTIJA 7 Foly kateteri

Za sve tražene brojeve od 12-22 tražite da zapremina balona bude 15ml.

Naime zbog različitih veličina različita je i zapremina balona i to od broja 20-24ml.

Da li je prihvatljivo da za navedene ,veće veličine katetera bude i zapremina balona iznad tražene.

- *непотребно изостављено-*

Одговор Наручиоца

Није прихватљиво. Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.

Наручилац је техничке карактеристике за партију број 7, ставке број 1-6, дефинисао према својим потребама, према следећем: за ставке број 1 и број 2 захтевано је "са балоном не више од 10мл", а за ставке број 3-6 захтевано је "са балоном не више од 15мл".

Захтевану запремину балона урунарног катетера оправдавају следећи медицински разлози:

- већа запремина балона врши и већи притисак на дно бешике што изазива код пацијената осећај бола, лажни позив на уринирање, као и иритацију слузокоже;
- због едема и иритације слузокоже отежана је замена уринарног катетера;
- у покушају смањења бола смањењем запремине балона долази до отицања урина поред уринарног катетера и често долази до испадања катетера, те у том случају праћење диурезе није адекватно;
- онколошки пацијенти често имају ниже вредности тромбоцита (последича саме болести и примене хемотерапије), код тих пацијената је честа појава крви у урину из иритиране слузокоже

А, ту су и практични разлози – мања потрошња шприцева и физиолошког раствора.

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Комисија за јавну набавку 103-2016-О-02