



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>

Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs

PIB 100804613

Dana: 22.05.2014.

Broj: 1441/60

Poštovani,

U otvorenom postupku javne nabavke broj 23/2014-O-02, Instituta za onkologiju Vojvodine, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 30.04.2014. godine, zainteresovano lice dostavilo je putem elektronske pošte Zahtev za dodatno pojašnjenje od 20.05.2014. godine. Zahtev je kod Naručioca zaveden pod brojem 1764 od 20.05.2014. godine.

Zainteresovano lice, postavlja sledeća pitanja:

- nepotrebno izostavljeno-

PARTIJA BR 1: OPERACIONA LAMPA

Stavka 8. Integrisani endo mod osvetljaja sa 10% osvetljaja pritiskom na 1 taster.

PITANJE BR 1: Da li je za korisnika prihvatljivo ponuditi endo svetlo konstatnog osvetljaja os 12.800 lux?

Stavka 9 Promenljiva boja svetla sa regulacijom na komandnoj tastaturi: 3500- 5000 (K)

PITANJE BR 2: Da li je za korisnika prihvatljivo ponuditi promenljivu boju svetla sa regulacijom na komandnoj tasturi: 3800- 5000 (K)

Stavka 10 Ugrađen sistem za održavanje željene jačine svetla sa promenom radnog rastojanja.

PITANJE BR 3: Budući da ovu stavku poseduje samo jedan proizvođač, a to je Trumpf, da li je moguće izbaciti ovu stavku i umesto nje ponuditi sistem automatske iluminacije, koji pri zaklanjanju dela svetla, pojačava intenzitet svetla na drugim delovima tako da intenzitet osvetljenja područja ostaje isti?

Stavka 11 Indeks reprodukcije boja $R_a \geq 96$

PITANJE BR 4: Da li je za korisnika prihvatljivo ponuditi lampu sa indeksom reprodukcije boja $R=95$?

Stavka 17 Radni opseg glavne lampe: 2.150 mm ± 100 mm.

PITANJE BR 5: Da li je za korisnika prihvatljivo ponuditi lampu sa radnim opsegom 1.760 mm?

Stavka 18 Radni opseg satelita: 2.250 mm ± 100 mm.

PITANJE BR 6: Da li je za korisnika prihvatljivo ponuditi lampu sa radnim opsegom 1.910 mm?

Stavka 20 Opseg regulacije visine satelita 1.100 mm ± 50 mm.

PITANJE BR 7: Da li je moguće ponuditi lampu sa opsegom regulacije 1.190mm?

KAMERA I MONITOR

PITANJE BR 8: Da li je za korisnika prihvatljivo umesto TV-PAL kamere odmah ponuditi HD kameru sa znatno boljim karaktersitikama od navedenih u specifikaciji?

- nepotrebno izostavljeno-

Odgovori Naručioca

Odgovor na pitanje broj 1:

Prihvatljivo je.

Tehnička karakteristika koju predlažete, već je definisana konkursnom dokumentacijom.

Naručilac je prvim izmenama i dopunama konkursne dokumentacije od 09.05.2014. godine, definisao obaveznu tehničku karakteristiku operacione lampe, pod rednim brojem 8 prema sledećem:

"Integrisani endo mod osvetljaja sa maksimalnim osvetljenjem do 10%"

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije objavljena je dana 09.05.2014. godine, na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

Odgovor na pitanje broj 2:

Nije prihvatljivo.

Naručilac zahteva "Promenljiva boja svetla sa regulacijom na komandnoj tastaturi: 3500- 5000 (K)".

Ova zahtevana karakteristika je bitna za kvalitet rada. Mogućnost promene boje svetla je veoma važna za optimalni kontrast pri različitim tipovima operativnih zahvata, kao i prilagođavanje boje svetla zahtevima/potrebama operatera. Opcija promene boje svetla predstavlja važno tehničko unapređenje operacione lampe u odnosu na lampe koje ovu mogućnost nemaju.

Odgovor na pitanje broj 3:

Nije prihvatljivo.

Ovom zahtevanom tehničkom karakteristikom definiše se održavanje željene jačine svetla pri različitom radnom odstojanju svetla, a ne korekcija senke koju ste Vi predložili.

Prilikom ispitivanja i istraživanja tržišta za dobro koje je predmet partije broj 1, Naručilac je došao do saznanja da tehničku karakteristiku: "Ugrađen sistem za održavanje željene jačine svetla sa promenom radnog rastojanja" ispunjava većina operacionih lampi koje se nude na tržištu.

Odgovor na pitanje broj 4:

Prihvatljivo je.

Tehnička karakteristika koju predlažete, već je definisana konkursnom dokumentacijom.

Naručilac je drugim izmenama i dopunama konkursne dokumentacije od 16.05.2014. godine, definisao obaveznu tehničku karakteristiku operacione lampe, pod rednim brojem 11 prema sledećem:

"Indeks reprodukcije boja $R_a \geq 95$ "

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije objavljena je dana 16.05.2014. godine, na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

Odgovor na pitanje broj 5:

Nije prihvatljivo.

Radni opseg glavne lampe u traženim dimenzijama, veoma je bitan radi adekvatnog pozicioniranja lampe za sve vrste operativnih zahvata.

Odgovor na pitanje broj 6:

Nije prihvatljivo.

Radni opseg satelita u traženim dimenzijama, veoma je bitan radi adekvatnog pozicioniranja lampe za sve vrste operativnih zahvata.

Odgovor na pitanje broj 7:

Prihvatljivo je.

Tehnička karakteristika koju predlažete, već je definisana konkursnom dokumentacijom.

Naručilac je prvim izmenama i dopunama konkursne dokumentacije od 09.05.2014. godine, definisao obaveznu tehničku karakteristiku operacione lampe, pod rednim brojem 20 prema sledećem:

"Opseg regulacije visine satelita 1.100 mm $\pm$ 100mm"

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije objavljena je dana 09.05.2014. godine, na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

Odgovor na pitanje broj 8:

Nije prihvatljivo.

Naručilac je u zahtevu precizirao minimalne tehničke karakteristike za TV-PAL kameru. Naručilac je karakteristike kamere odredio prema svojim potrebama.

Prilikom ispitivanja i istraživanja tržišta za dobro koje je predmet partije broj 1, Naručilac je došao do saznanja da zahtevanu tehničku karakteristiku ispunjava većina operacionih lampi koje se nude na tržištu.

S poštovanjem,

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Komisija za javnu nabavku 23/2014-O-02