



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Дана: 23.02.2016.

Број: 5/1/291

(одговор заинтересованом лицу бр.6)

Поштовани,

У отвореном поступку јавне набавке добара - санитарски материјал, рукавице, медицински папир, лабораторијска стакла и друго, број јавне набавке 100-2015-O-02, Института за онкологију Војводине, за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 01.02.2016. године, заинтересовано лице доставило је путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без броја од 22.02.2016. (у ИОВ заведен под бројем 1069 од 22.02.2016.) године.

Заинтересовано лице, поставља следеће питање - захтев:

- непотребно изостављено-

Molimo vas za pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 100-2015-O-02, a konkretno partije br. 3 – EKG ELEKTRODA, čiji opis glasi:

самолепљива, са гелом, обична, Ag/AgCl, величина 0,50мм.

Понуђач је дужан да понуди добро које је апсолутно безбедно и комфорно за све кориснике, у свим медицинским процедурама и које у потпуности одговара својој намени.

Molimo Vas da nam pojasnite na sta se tačno odnosi "veličina 0,50mm"? Da li ste mislili na prečnik elektrode, jer u tom slučaju treba da stoji 50mm ili 5,0cm?

- непотребно изостављено-

Одговор Наручиоца

У делу конкурсне документације који се односи на техничке карактеристике партије број 3 начињена је грешка, која ће бити исправљена кроз измену конкурсне документације.

Димензије екг електроде су: 50мм x 45мм.

С поштовањем,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Комисија за јавну набавку 100-2015-O-02