



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>

Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs

PIB 100804613

Dana: 27.01.2014.

Broj: 1/ZJN/2013/53/k

Poštovani,

U otvorenom postupku javne nabavke dobara - linearni akceleratori sa pratećom radiološkom opremom, broj javne nabavke 1/ZJN/2013, koju zajednički sprovode Institut za onkologiju Vojvodine i Institut za plućne bolesti Vojvodine, a za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 31.12.2013. godine, zainteresovano lice dostavilo je putem elektronske pošte Zahtev za pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude broj 13/14 od 22.01.2014. godine. Zahtev je kod Naručioca IOV zaveden pod brojem 209 od 22.01.2014. godine.

Zainteresovano lice, postavlja sledeća pitanja:

- nepotrebno izostavljeno-

Конкурсном документацијом у отвореном поступку јавне набавке бр. 1/3ЈН/2013, чији је предмет ЛИНЕАРНИ АКЦЕЛЕРАТОРИ СА ПРАТЕЋОМ РАДИОЛОШКОМ ОПРЕМОМ, предмет јавне набавке није обликован по партијама.

На овај начин, наручилац унутар једне партије набавља потпуно разноврсна добра, тј. набавља линеарни акцелератор и поред њега мултислајсни КТ скенер – за процес планирања радио терапије. Ова два добра никако не могу бити јединствени систем, нити могу представљати једну функционалну целину у смислу примене Закона о јавним набавкама.

Оваквом набавком обликованом као једна партија а за различите медицинске уређаје ограничава се конкурентност и омогућава се дискриминација међу понуђачима.

Поменимо само најзначајније разлоге за то.

Линеарни акцелератор и КТ скенер су појединачно посебна медицинска средства и као таква се у складу са законским прописима уписују посебно у регистар медицински средстава у Агенцији за лекове и медицинска средства. Сходно томе, ова средства носе и сасвим различите шифре у речнику набавке. Зато се морају набављати посебно.

Поред овога, понуђачи који у својој понуди имају само КТ скенер јасно је да не могу учествовати у овој набавци, јер они у својој понуди немају нити могу имати линеарни акцелератор и осталу опрему која се захтева у набавци. Наиме, произвођачи који у свом производном програму имају КТ скенер немају и линеарни акцелератор и обрнуто произвођачи који у свом производном програму имају линеарни акцелератор немају КТ скенер. Тако, произвођачи КТ скенера су GE Healthcare, Philips, Siemens, Toshiba и други, док су произвођачи линеарних акцелератора Elekta, Varian. Дакле, ради се о сасвим различитим произвођачима, па је јасно да се овде никако не може тумачити да линеарни акцелератор и КТ скенер представљају једну функционалну целину или један јединствени систем, како наручилац наводи. И због овога они се морају набављати посебно.

Имајући све горе поменуто у виду и сходно Закону о јавним набавкама, у смислу обезбеђивања конкурентности и онемогућавања дискриминације међу понуђачима линеарни

акцелератори и КТ скенер се морају набављати посебно, и то или у оквиру посебних партија истог овог поступка или у оквиру посебних набавки.

Молимо да овај предлог уважите и у складу са тим измените конкурсну документацију или обајвите посебне набавке.

Такође, из истог разлога у захтевању раздвајања по партијама, односно посебним набавкама линеарних акцелератора и КТ скенера предлажемо да се и „Ласерски систем за ЦТ симулацију” који се захтева у 6.2.ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ПОНУЂЕНОГ ДОБРА конкурсне документације у делу који се односи на Мултислајсни КТ скенер такође набави посебном набавком или посебном партијом ове исте набавке.

Напомињемо да ласерски систем представља посебно медицинско средство и нема никакве функционалне повезаности са КТ мултислајсним скенером у смислу Закона о јавним набавкама, као и то да произвођачи овог уређаја су различити од произвођача КТ скенера.

- nepotrebno izostavljeno-

Odgovor Naručioca

Predmetna javna nabavka nije oblikovana po partijama. Svi elementi predmeta javne nabavke čine jedinstveni sistem i funkcionalnu celinu koja treba da omogući sprovođenje zračne terapije.

Multislajсни CT skener se nabavlja za proces planiranja radioterapije (bez planiranja se ne može započeti zračna terapija linearnim akceleratorima), a bez laserskog sistema, CT skener neće imati funkciju CT simulatora za radioterapiju.

U predmetnom postupku javne nabavke Naručilac ne postupa u suprotnosti sa članom 10.

Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br.124/2012), s obzirom da nijedan ponuđač nije onemogućen da učestvuje u predmetnom postupku javne nabavke korišćenjem diskriminatorских uslova, tehničke specifikacije i kriterijuma.

S poštovanjem,

Komisija za javnu nabavku broj 1/ZJN/2013