



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>

Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs

PIB 100804613

Dana: 23.06.2014.

Broj: 1441/157

Poštovani,

U otvorenom postupku javne nabavke broj 23/2014-O-02, Instituta za onkologiju Vojvodine, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 30.04.2014. godine, zainteresovano lice dostavilo je putem elektronske pošte Zahtev za dodatno pojašnjenje broj D088/14 od 18.06.2014. godine. Zahtev je kod Naručioca zaveden pod brojem 2224 od 18.06.2014. godine.

Zainteresovano lice, postavlja sledeća pitanja:

- nepotrebno izostavljeno-

" Shodno Konkursnoj dokumentaciji u Predmetu javne nabavke broj 23-2014-O-02: Operaciona lampa, operacioni sto i ginekološka stolica, Dokument br. 3 – Tehničke karakteristike, ovim putem Vam upućujemo sledeća pitanja.

Partija broj 1 – OPERACIONA LAMPA

Pitanje 1:

U poziciji broj 6 traženo je da je maksimalna jačina svetla satelita lampe min.140.000 Lux.

- Da li će komisija prihvatiti maksimalnu jačinu svetla satelita lampe min.130.000 Lux?

Pitanje 2:

U poziciji broj 20 traženo je da je opseg okretanja na svim vertikalnim zglobovima: 360°, neograničeno.

- Da li će komisija prihvatiti opseg okretanja na svim vertikalnim zglobovima glavne lampe i satelita 360°, neograničeno?

KAMERA I MONITOR

Pitanje 3:

U poziciji broj 1 traženo je da je HD kamera ugrađena u sterilnu ručicu glavne lampe.

- Da li će komisija prihvatiti da je HD kamera ugrađena u samu glavu lampe, što smanjuje mogućnost oštećenja kamere i omogućava lakše skidanje i sterilizaciju sterilizabilne ručke?

Pitanje 4:

U poziciji broj 2 traženo je da je kontrolni uređaj TV kamere sa mogućnošću: auto/manuelni fokus, balansa belog, rotacije slike >360°, snimanja slika na USB, video sekvenci.

- Da li će komisija prihvatiti opciju bez snimanja slika na USB, video sekvenci i izvršiti promenu pozicije broj 2 u: Kontrolni uređaj TV kamere sa mogućnošću: auto/manuelni fokus, balansa belog, rotacije slike >360° ?

Partija broj 2 – OPERACIONI STO

Pitanje 1:

U poziciji broj 3 traženo je da je regulacija segmenata stola: Integrisana u stub stola, komanda preko spiralnog kabla i bežična IR ili RC komanda. Komande hermetički zatvorene, IR ili RC komanda sa bez-kontaktним punjenjem ugrađenog akumulatora.

- Da li će komisija prihvatiti sto sa RC komandom čije se baterije pune preko kabla zajedno sa punjenjem baterija samog stola?

Pitanje 2:

U poziciji broj 5 traženo je da je kontrolno-izvršni sistem stola: Mikroprocesorska kontrola sa svetlosno – zvučnim upozorenjima i PC servisnom dijagnozom.

- Da li će komisija prihvatiti opciju: kontrolno-izvršni sistem stola: Mikroprocesorska kontrola sa svetlosnim upozorenjima i servisnom dijagnozom?

Pitanje 3:

U poziciji broj 15 traženo je :Centralna kočnica sa aktiviranjem preko daljinskih komandi i/ili nožnog prekidača.

- Da li biste mogli da primenujete prekidač u "papučicu" i da stavka glasi:

Centralna kočnica sa aktiviranjem preko daljinskih komandi i/ili nožne papučiće? ."

- nepotrebno izostavljeno-

Naručilac je dana 19.06.2014. pod brojem 1441/154 uputio zainteresovanom licu zahtev za pojašnjenje, prema sledećem:

"Molimo Vas da pojasnite Vaše pitanje broj 2 , koje se odnosi na partiju broj 1 – Operaciona lampa, stavka broj 20, (Opseg okretanja na svim vertikalnim zglobovima: 360°, neograničeno). Ukoliko je opseg okretanja na svim vertikalnim zglobovima glavne lampe i satelita 360° neograničeno, koliki je opseg okretanja nosača za monitor."

Zainteresovano lice je dana 19.06.2014. godine, dostavilo sledeći odgovor broj D090/14 (u IOV zaveden pod brojem 2252 od 19.06.2014. godine):

- nepotrebno izostavljeno –

"Ovim putem Vam dostavljamo pojašnjenje našeg pitanja.

Nosači lampi imaju klizne kontakte u vertikalnim zglobovima. To omogućava okretanje lampe u opsegu većem od 360°, neograničeno, lampa zajedno sa nosačem može da se okreće u krug neograničen broj puta. Nosači monitora nemaju ovakve klizne kontakte jer ne postoji potreba za ovakvim okretanjem. Nosači monitora imaju graničnik koji onemogućava neograničeno okretanje oko vertikalne ose. Nosač može da se okreće za neki ugao koji je nešto manji od 360°. Graničnik je stavljen iz razloga da se nebi pokidali kablovi za napajanje i video kabl koji prolaze kroz ovaj zglob."

- nepotrebno izostavljeno –

Odgovori Naručioca

Partija broj 1 - operaciona lampa

Odgovor na pitanje broj 1:

Ne prihvata se maksimalna jačina svetla satelitske lampe min. 130.000 Lux.

Konkursnom dokumentacijom se zahteva : "Maksimalna jačina svetla satelita lampe min. 140.000 Lux", i prilikom ispitivanja i istraživanja tržišta za dobro koje je predmet partije broj 1, Naručilac je došao do saznanja da tehničku karakteristiku ispunjava nekoliko vodećih proizvođača operacionih lampi koje se nude na tržištu.

Iz navedenog proizilazi da je Naručilac vodio računa o tome da u postupku predmetne javne nabavke omoguću što veću konkurenciju.

Pri tome, Naručilac je vodio računa o potrebama operativnih zahvata koji se obavljaju, tj. tehničke karakteristike su određene prema svrsi i nameni dobra koje je predmet javne nabavke.

Odgovor na pitanje broj 2:

Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. Zakona izvršiti izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

Na strani 4 od 50, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl., tačka (1) **PARTIJA BROJ 1 – OPERACIONA LAMPA**, pod rednim brojem 20, **tekst:**

"Opseg okretanja na svim vertikalnim zglobovima: 360°, neograničeno". **menja se i glasi:**

"Opseg okretanja na svim vertikalnim zglobovima glavne lampe i satelita: 360°, neograničeno".

Na strani 32 od 50, u Dokumentu broj 6 Obrazac ponude., tačka 6, podtačka 6.1. **PARTIJA BROJ 1 – OPERACIONA LAMPA**, tabelarni deo – Obavezne tehničke karakteristike, pod rednim brojem 20, **tekst:**

"Opseg okretanja na svim vertikalnim zglobovima: 360°, neograničeno". **menja se i glasi:**

"Opseg okretanja na svim vertikalnim zglobovima glavne lampe i satelita: 360°, neograničeno".

Odgovor na pitanje broj 3:

Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. Zakona izvršiti izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

Na strani 4 od 50, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl., tačka (1) **PARTIJA BROJ 1 – OPERACIONA LAMPA, KAMERA I MONITOR**, pod rednim brojem 1, **tekst:**

"HD kamera ugrađena u sterilnu ručicu glavne lampe" **menja se i glasi:**

" HD kamera ugrađena u sterilnu ručicu glavne lampe ili u samoj glavnoj lampi."

Na strani 32 od 50, u Dokumentu broj 6 Obrazac ponude., tačka 6, podtačka 6.1. **PARTIJA BROJ 1 – OPERACIONA LAMPA, KAMERA I MONITOR**, tabelarni deo – Obavezne tehničke karakteristike, pod rednim brojem 1, **tekst**:

"HD kamera ugrađena u sterilnu ručicu glavne lampe" **menja se i glasi**:

" HD kamera ugrađena u sterilnu ručicu glavne lampe ili u samoj glavnoj lampi."

Odgovor na pitanje broj 4:

Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. Zakona izvršiti izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

Na strani 4 od 50, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl., tačka (1) **PARTIJA BROJ 1 – OPERACIONA LAMPA, KAMERA I MONITOR**, pod rednim brojem 2, **tekst**:

"Kontrolni uređaj TV kamere sa mogućnošću: auto/manuelni fokus, balansa belog, rotacije slike >360°, snimanja slika na USB, video sekvenci"

menja se i glasi:

"Kontrolni uređaj HD kamere sa mogućnošću: auto/manuelni fokus, balansa belog, rotacije slike >360°, snimanja slika i video sekvenci na USB i/ili direktnog povezivanja na laptop PC radi prenosa i snimanja slike na HDD (dobavljač je dužan da obezbedi kabl za povezivanje kontrolnog uređaja i laptopa i softver, ukoliko je specifičan softver neophodan)".

Na strani 32 od 50, u Dokumentu broj 6 Obrazac ponude., tačka 6, podtačka 6.1. **PARTIJA BROJ 1 – OPERACIONA LAMPA, KAMERA I MONITOR**, tabelarni deo – Obavezne tehničke karakteristike, pod rednim brojem 2, **tekst**:

"Kontrolni uređaj TV kamere sa mogućnošću: auto/manuelni fokus, balansa belog, rotacije slike >360°, snimanja slika na USB, video sekvenci"

menja se i glasi:

"Kontrolni uređaj HD kamere sa mogućnošću: auto/manuelni fokus, balansa belog, rotacije slike >360°, snimanja slika i video sekvenci na USB i/ili direktnog povezivanja na laptop PC radi prenosa i snimanja slike na HDD (dobavljač je dužan da obezbedi kabl za povezivanje kontrolnog uređaja i laptopa i softver, ukoliko je specifičan softver neophodan, **o čemu unosi napomenu u kolonu Ponuđene tehničke karakteristike**)".

Partija broj 2 - operacioni sto

Odgovor na pitanje broj 1:

Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. Zakona izvršiti izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

Na strani 5 od 50, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl., tačka (1) **PARTIJA BROJ 2 – OPERACIONI STO**, pod rednim brojem 3, **tekst**:

"Regulacije segmenata stola: Integrisana u stub stola, komanda preko spiralnog kabla i bežična IR ili RC komanda. Komande hermetički zatvorene, IR ili RC komanda sa bez-kontaktним punjenjem ugrađenog akumulatora" **menja se i glasi:**

"Regulacije segmenata stola: Integrisana u stub stola, komanda preko spiralnog kabla i bežična IR ili RC komanda. Komande hermetički zatvorene, IR ili RC komanda sa bez-kontaktним punjenjem ugrađenog akumulatora, ili punjenjem baterija preko kabla zajedno sa punjenjem baterija samog stola".

Na strani 34 od 50, u Dokumentu broj 6 Obrazac ponude., tačka 6, podtačka 6.2. **PARTIJA BROJ 2 – OPERACIONI STO**, tabelarni deo – Obavezne tehničke karakteristike, pod rednim brojem 3, **tekst:**

"Regulacije segmenata stola: Integrisana u stub stola, komanda preko spiralnog kabla i bežična IR ili RC komanda. Komande hermetički zatvorene, IR ili RC komanda sa bez-kontaktним punjenjem ugrađenog akumulatora" **menja se i glasi:**

"Regulacije segmenata stola: Integrisana u stub stola, komanda preko spiralnog kabla i bežična IR ili RC komanda. Komande hermetički zatvorene, IR ili RC komanda sa bez-kontaktним punjenjem ugrađenog akumulatora, ili punjenjem baterija preko kabla zajedno sa punjenjem baterija samog stola".

Odgovor na pitanje broj 2:

Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. Zakona izvršiti izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

Na strani 5 od 50, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl., tačka (1) **PARTIJA BROJ 2 – OPERACIONI STO**, pod rednim brojem 5, **tekst:**

"Kontrolno-izvršni sistem stola: Mikroprocesorska kontrola sa svetlosno – zvučnim upozorenjima i PC servisnom dijagnozom". **menja se i glasi:**

"Kontrolno-izvršni sistem stola: Mikroprocesorska kontrola i servisna dijagnostika".

Na strani 35 od 50, u Dokumentu broj 6 Obrazac ponude., tačka 6, podtačka 6.2. **PARTIJA BROJ 2 – OPERACIONI STO**, tabelarni deo – Obavezne tehničke karakteristike, pod rednim brojem 5, **tekst:**

"Kontrolno-izvršni sistem stola: Mikroprocesorska kontrola sa svetlosno – zvučnim upozorenjima i PC servisnom dijagnozom". **menja se i glasi:**

"Kontrolno-izvršni sistem stola: Mikroprocesorska kontrola i servisna dijagnostika ".

Odgovor na pitanje broj 3:

Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. Zakona izvršiti izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

Na strani 5 od 50, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije

kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl., tačka (1) **PARTIJA BROJ 2 – OPERACIONI STO**, pod rednim brojem 15, **tekst**:

"Centralna kočnica sa aktiviranjem preko daljinskih komandi i/ili nožnog prekidača". **menja se i glasi**:

"Centralna kočnica sa aktiviranjem preko daljinskih komandi i/ili nožnog prekidača (ili papučice)".

Na strani 35 od 50, u Dokumentu broj 6 Obrazac ponude., tačka 6, podtačka 6.2. **PARTIJA BROJ 2 – OPERACIONI STO**, tabelarni deo – Obavezne tehničke karakteristike, pod rednim brojem 15, **tekst**:

"Centralna kočnica sa aktiviranjem preko daljinskih komandi i/ili nožnog prekidača". **menja se i glasi**:

"Centralna kočnica sa aktiviranjem preko daljinskih komandi i/ili nožnog prekidača (ili papučice)".

S poštovanjem,

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Komisija za javnu nabavku 23/2014-O-02