



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>

Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs

PIB 100804613

Dana: 14.03.2014.

Broj: 04-2014-O-01/375/k

Poštovani,

U otvorenom postupku javne nabavke broj 04-2014-O-01, Instituta za onkologiju Vojvodine, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 05.03.2014. godine, zainteresovano lice dostavilo je putem elektronske pošte Zahtev za dodatnim informacijama/pojašnjenjem, od 12.03.2014. godine. Zahtev je kod Naručioca zaveden pod brojem 840 od 12.03.2014. godine.

Zainteresovano lice, postavlja sledeće pitanje:

- nepotrebno izostavljeno-

“U vezi Javne nabavke: REZERVNI DELOVI, POTROŠNI MATERIJAL I SERVISNO ODRŽAVANJE PO POZIVU ZA MEDICINSKU OPREMU PROIZVOĐAČA OLYMPUS, broj 04-2014-O-01, molimo Vas da izmenite dokumentaciju u delu:

6. PREDMET, CENA I OSTALI PODACI KOJI SU RELEVANTNI ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA u tabeli 6.2, na strani 29

Najčešće korišćeni rezervni delovi za kolonoskop CF-Q180AL

Rezervni delovi koje su dati u tabeli ne pripadaju ovom modelu kolonoskopa, pa predlažemo da taj deo tabele zamenite sledećom tabelom koju Vam dostavljamo:

CF-Q180AL	GR473900	A-RUBBER
CF-Q180AL	GL886600	NOZZLE
CF-Q180AL	GE238000	STOPPER PIN
CF-Q180AL	GR517400	STOPPER PIN
CF-Q180AL	GR428700	RUBBER RING
CF-Q180AL	GR458000	COVER
CF-Q180AL	GH207500	MOUTHPIECE PIN

Takodje, u specifikaciji opreme (dokument broj 3), strana 3 i u Modelu ugovora, na strani 33-34 postoji tabela sa spisikom opreme.

Stavka 8 u tabeli je Vanox Olympus mikroskop, koji zbog starosti nije više servisabilan, te predlažemo da se izostavi iz tabele.

Za ovaj mikroskop se više ne proizvode rezervni delovi, on može samo da se očisti i centira. “

-nepotrebno izostavljeno-

Odgovor Naručioca

U skladu sa prvim izmenama i dopunama konkursne dokumentacije broj 04-2014-O-01/376/k od 14.03.2014. donetim od strane Komisije za javnu nabavku usluge/dobara- Rezervni delovi, potrošni

materijal i servisno održavanje po pozivu za medicinsku opremu proizvođača Olympus, u otvorenom postupku, broj javne nabavke 04-2014-O-01:

1. Odgovor na prvo pitanje vezano za rezervne delove aparata - Kolonoskop model CF-Q180AL:

U Dokumentu br 6 – obrazac ponude, u delu 6. PREDMET, CENA I OSTALI PODACI KOJI SU RELEVANTNI ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA, u Tabeli 6.2. – Najčešće korišćeni rezervni delovi, na strani 29, za aparat - Kolonoskop model CF-Q180AL navedeni su pogrešni rezervni delovi (stavke pod rednim brojevima od 1 do 7) kako sledi:

Najčešće korišćeni rezervni delovi				POPUNJAVA PONUĐAČ
Redni broj	Kataloški broj	Naziv	Jed. mere	Jedinična cena dinara bez pdv
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kolonoskop model CF-Q180AL				
1	10131649	Assembly Monitor KT-LM150XD,(WW,JP)	kom	
2	10563886	Kit, Air filter, X300	kom	
3	10132402	Assembly, AC/DC, X300	kom	
4	10427736	DVD-RW, GH-22NP20	kom	
5	10566242	DVD-RW, LG GH-22NS50	kom	
6	10785949	Kit, Main CP PCB, X300_A2	kom	
7	8648110	VF10-5 Linear Array Transducer	kom	

te se konkursna dokumentacija menja i glasi:

Najčešće korišćeni rezervni delovi				POPUNJAVA PONUĐAČ
Redni broj	Kataloški broj	Naziv	Jed. mere	Jedinična cena dinara bez pdv
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kolonoskop model CF-Q180AL				
1	GR473900	A-RUBBER	kom	
2	GL886600	NOZZLE	kom	
3	GE238000	STOPPER PIN	kom	
4	GR517400	STOPPER PIN	kom	
5	GR428700	RUBBER RING	kom	
6	GR458000	COVER	kom	
7	GH207500	MOUTHPIECE PIN	kom	

2. Odgovor na drugo pitanje vezano za mikroskop Vanox Olympus:

Mikroskop Vanox Olympus je, iako stari model i bez obzira na činjenicu da nije servisabilan, ostavljen na spisku opreme upravo iz razloga da bi se mogla izvršiti usluga čišćenja i centriranja u skladu sa cenom servisnog sata.

S poštovanjem,

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Komisija za javnu nabavku 04-2014-O-01
Olivera Baljzović-Zdravković, dipl.ecc
zamenik člana komisije