



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>
Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs
PIB 100804613

Dana: 02.04.2015.

Broj: 5/423

(odgovor zainteresovanom licu br.1)

Poštovani,

U otvorenom postupku javne nabavke dobara - 18F-deoksiglukoza 100mCi, broj 07-2015-O-01, Instituta za onkologiju Vojvodine, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 23.03.2015.godine, zainteresovano lice dostavilo je putem elektronske pošte Zahtev za dodatnim informacijama bez broja od 26.03.2015. godine (u IOV zaveden pod brojem 1590 od 31.03.2015. godine).

Zainteresovano lice postavlja sledeće pitanje:

- nepotrebno izostavljeno -

Pitanje: Molimo pojašnjenje tehničkih karakteristika

- 1) Da li se FDG mora isporučiti u 2 kontejnera/flašice ili u *najviše* 2 kontejnera/flašice?
- 2) Da li se maksimalni volumen rastvora 8,5-11 ml odnosi na volumen po jednoj bočici ili na volumen ukupno isporučenog FDG-a koji može biti u 2 bočice?
- 3) Molim odredite rok upotrebe proizvoda od momenta kalibracije.

- nepotrebno izostavljeno -

Odgovori Naručioca

Odgovor na pitanje 1 i pitanje 2:

Konkursnom dokumentacijom je određeno da se aktivnost 18F-FDG mora se isporučivati u dva kontejnera/flašice, maksimalnog volumena flašice 15ml, a maksimalnog volumena rastvora 18-F-FDG po flašici u rasponu volumena od 8,5 do 11ml.

Naručilac zahteva isporuku u **dva kontejnera/flašice** (ne prihvata isporuku u jednom kontejneru/flašici, niti u više od dva kontejnera/flašice).

Maksimalni volumen rastvora 18-F-FDG **po flašici/kontejneru** je u rasponu volumena od 8,5 do 11ml.

Odgovor na pitanje 3:

Zahteva se da rok upotrebe proizvoda od momenta kalibracije iznosi šest časova.

S poštovanjem,

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Komisija za javnu nabavku 07-2015-O-01