



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Дана: 23.01.2017.

Број: 5/17/101

(одговор заинтересованом лицу бр.1)

Поштовани,

У отвореном поступку јавне набавке добара – потрошни медицински материјал, број јавне набавке 103-2016-О-02, Института за онкологију Војводине, за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 20.01.2017. године, заинтересовано лице доставило је путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без броја од 20.01.2017. године (у ИОВ заведен под бројем 288 од 20.01.2017.) године.

Заинтересовано лице, поставља следеће питање - захтев:

- *непотребно изостављено*-

обраћамо Вам се везано за јавну набавку број 103-2016-О-02; јавну набавку потрошног медицинског материјала.

Наиме, pregledom konkursne dokumentacije, u delu koji se odnosi na tehničke specifikacije za partiju 41. medicinske rukavice, uvideli smo da tražite da dužina rukavice bude minimum 245mm. Obzirom da je kod većine proizvođača rukavice 240mm dužina koja se najčešće koristi u samoj proizvodnji, molimo Vas da u tehničkoj specifikaciji taj zahtev izmenite na 240mm, kako bi omogućili što veći broj ponuda, i samim tim najpovoljnije uslove za Vašu ustanovu.

Takođe, u istoj partiji se nalaze i PE rukavice, za koje se u konkursnoj dokumentaciji traži rešenje iz ALIMS-a, molimo Vas da izmenite tu stavku konkursne dokumentacije, jer rukavice sačinjene od PE nisu prevashodno namenjene za upotrebu u medicini i kao takve nemaju obavezu registracije u ALIMS-u. Shodno tome, molimo Vas da zahtev za rešenjem iz ALIMS-a, obrišete i na taj način omogućite konkurentnost, obzirom da ovu vrstu rukavica samo jedan proizvođač ima registrovanu kod ALIMS-a. Nadamo se da ćete uvažiti naše sugestije.

- *непотребно изостављено*-



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Одговори Наручиоца

Одговор на питање број 1

Наручилац прихвата захтев за измену, те ће у складу са одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН) извршити измену и допуну Конкурсне документације, за ставку број 1, партије број 41, у делу који се односи на дужину рукавица и исте објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Одговор на питање број 2

Захтев за Наручиоца није прихватљив, Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације. Наручилац ће предметно добро – рукавице за једнократну употребу, користити за преглед, у медицинске сврхе и као такве оне спадају у категорију 10 – медицинска средства за једнократну употребу, за која се захтева решење АЛИМС. Наручилац ће извршити измену и допуну Конкурсне документације за ставку број 2, партије број 41, на тај начин што ће ставку број 2 предметне партије издвојити као засебну партију како би се омогућила што већа конкурентност.

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Комисија за јавну набавку 103-2016-О-02