



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>

Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs

PIB 100804613

Dana: 07.05.2015.

Broj: 5/604

Poštovani,

U otvorenom postupku javne nabavke broj 13-2015-O-02, Instituta za onkologiju Vojvodine, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 09.04.2015. godine, zainteresovano lice dostavilo je putem elektronske pošte Zahtev za dodatno pojašnjenje pod brojem 4123-1 od 05.05.2015. godine. Zahtev je kod Naručioca zaveden pod brojem 2274 od 06.05.2015. godine.

Zainteresovano lice, postavlja sledeće pitanje:

- nepotrebno izostavljeno-

Molim Vas da nam pojasnite sledeće:

Da li je prihvatljivo kao uzorak za partiju 19 dostaviti artikl istog svojstva i kvaliteta kao zahtevani konkursnom dokumentacijom, ali dimenzije 750mm x 750mm. Naravno, prilikom isporuke bi se isporučivao artikl zahtevanih dimenzija.

- nepotrebno izostavljeno-

Odgovor Naručioca

Da. Naručilac će za dobro - Papir za sterilizaciju, partija broj 19, stavka broj 1, prihvatiti uzorak dimenzija 750mmx750mm, uz uslov da Ponuđač dostavi izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da će ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponuđač, isporučivati dobro koje u potpunosti ispunjava obavezne tehničke karakteristike, koje su zahtevane konkursnom dokumentacijom.

S poštovanjem,

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

Komisija za javnu nabavku 13-2015-O-02