



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>

Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs

PIB 100804613

Dana: 27.05.2015.

Broj: 5/699

Poštovani,

U postupku javne nabavke broj 20-2015-O-01 - Servisno održavanje po pozivu i rezervni delovi za laminarne komore, Instituta za onkologiju Vojvodine, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 22.05.2015. godine, zainteresovano lice dostavilo je putem elektronske pošte Zahtev za dodatnim informacijama bez broja od 25.05.2015. godine (u IOV zaveden pod brojem 2659 od 25.05.2015. godine).

Zainteresovano lice postavlja sledeće pitanje:

- nepotrebno izostavljeno -

U vezi JN 20-2015-O-01 imamo sledeća pitanja:

1. U tački 1.2 Rekvalifikacija i rezervni delovi pod c. tražite:

ispitivanje integriteta HEPA filtra (primenom metode SRPS EN ISO 14644-3:2010 Anex B,B.6, metoda skeniranja Hepa filtera sa upotrebom opreme visoke osetljivosti (koristeći fotometar)

Naše pitanje:

Navedeni standard (u koji ste upućeni) definiše dve metode ispitivanja:

jedna je korišćenjem fotometra a druga DPC(korišćenjem laserskog brojača čestica)

U tački B.6.1.3. navedenog standarda se kaže i:

DPC metoda je mnogo osetljivija i sistem filtera se manje kontaminira nego korišćenjem aerosol fotometra.

Kako ste ovu metodu ispitivanja isključili, bez obzira što je pouzdanija.

Na osnovu navedenog tražimo da se briše.. (koristeći fotometar) već da stoji korišćenjem metoda i merne opreme u skladu sa standardom,

A kao dokazi da se traže kalibracije svih uređaja koji se koriste za ispitivanje.

2. U cilju dostavljanja korektne cene: definišite veličine i klase svih Hepa filtera kao i predfiltera koje tražite kao obavezne ponuđene delove.

3. Kadrovski kapacitet:

Tražite dva stalno zaposlena „servisera“ visoke stručne spreme: tehnološke ili mašinske struke.

Uz poštovanje vaših zahteva moram da pitam od kada tehnologija ima veze sa

servisiranjem laminarnih komora(komore spadaju u termotehničku opremu- filtro ventilacioni uređaj) i do sada (imam preko tridete pet godina iskustav) za servisiranje ovakve opreme su traženi serviseri elektro i mašinske struke.

Molimo vas da peispitate zahtev što se tiče „servisera“ tehnološke struke.

- nepotrebno izostavljeno -

Odgovor Naručioca

Molimo vas da pojasnite vaše pitanje broj dva.

S poštovanjem,

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

Komisija za javnu nabavku 20-2015-O-01