



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>

Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs

PIB 100804613

Dana: 15.05.2014.

Broj: 1441/41

Poštovani,

U otvorenom postupku javne nabavke broj 22/2014-O-02, Instituta za onkologiju Vojvodine, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 17.04.2014. godine, zainteresovano lice dostavilo je putem elektronske pošte Zahtev za dodatno pojašnjenje od 12.05.2014. godine. Zahtev je kod Naručioca zaveden pod brojem 1601 od 13.05.2014. godine.

Zainteresovano lice, postavlja sledeća pitanja:

- nepotrebno izostavljeno-

u vezi JN br. 22-2014-O-02 pitanje br. 1 za stavku 4 iz partije 4 glasi: Da li biste prihvatili polipropilensku mrežicu veličine 08x15 cm, koja je je istog oblika i kvaliteta kao mrežica u zahtevanoj tenderskoj specifikaciji. Sama mrežica može biti lako krojena od strane hirurga do željene (tražene) veličine ili može da se koristi u ponudjenoj veličini ?

Pitanje br. 2 za stavku 5 iz partije 4 glasi: Da li biste prihvatil polipropilensku mrežicu veličine otvora 5 cm, prečnika 15 cm. Mrežica može takodje biti lako krojena od strane hirurga do željene (tražene) veličine ili može da se koristi u ponudjenoj veličini?

Pitanje br. 3 za stavku 7 iz partije 4 glasi: Da li biste prihvatili biološku mrežicu od bovinog perikardijuma veličine 8x12 cm ?

- nepotrebno izostavljeno-

Odgovori Naručioca

Odgovor na pitanje broj 1:

Za stavku broj 4 partije broj 4 zahteva se "kompozitna mrežica od poliestera sa kolagenskim filmom 15cm x 10cm". Polipropilenska mrežica veličine 8x15cm nije prihvatljiva s obzirom da ima 2cm manju širinu i nema zaštitni kolagenski film. Kolagenski film je veoma važan jer štiti creva od direktnog kontakta sa vlaknima mrežice.

Odgovor na pitanje broj 2:

Za stavku broj 5 partije broj 4 zahteva se "kompozitna mrežica za rešavanje parastomalnih hernija prečnik 15cm, otvor na mrežici 3,5cm". Polipropilenska mrežica ne odgovara jer nije kompozitna tj. nema zaštitni kolagenski film i ima otvor od 5 cm koji je nekada suviše veliki kod rekonstrukcije peristomalnih hernija.

Odgovor na pitanje broj 3:

Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. Zakona izvršiti izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

Na strani 33 od 50, u Dokumentu broj 6 Obrazac ponude., tačka 6, podtačka 6.1. PARTIJA BROJ 4 - MREŽICE, tabelarni deo – ZAHTEVANE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PARTIJA BROJ 4, stavka 7, **tekst:**

"Sterilna, prečišćena, feksibilna, biološka mrežica od aceuarng svinjskog od acelularnog svinjskog dermalnog kolagena debljine 1mm, 10cm x5cm "

menja se i glasi:

"Sterilna, prečišćena, feksibilna, biološka mrežica od acelularnog svinjskog dermalnog kolagena ili bovinog perikardijuma, debljine minimum1mm, maksimum 2mm, dimenzija mrežice 10x5cm ili veća uz mogućnost sečenja iste, za rekonstrukciju poda karlice i perineuma nakon ekstralevatornih amputacija rektuma."

S poštovanjem,

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Komisija za javnu nabavku 22/2014-O-02