



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>

Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs

PIB 100804613

Dana:09.05.2014.

Broj: 1441/26

Poštovani,

U otvorenom postupku javne nabavke broj 23/2014-O-02, Instituta za onkologiju Vojvodine, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 30.04.2014. godine, zainteresovano lice dostavilo je putem elektronske pošte Zahtev za dodatno pojašnjenje broj 256/2014 od 06.05.2014. godine. Zahtev je kod Naručioca zaveden pod brojem 1482 od 06.05.2014. godine.

Zainteresovano lice, postavlja sledeća pitanja (u cilju preglednosti odgovora, Naučilac je pitanja označio brojevima):

- nepotrebno izostavljeno-

U konkursnoj dokumentaciji , Dokumenat broj 3- vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl., **Partija 1, Operaciona lampa:**

Stavka 5. : Maksimalna jačina svetla glavne lampe min. 160000 lux

Broj 1 - Pitanje:

Da li je prihvatljivo ponuditi operacionu lampu sa maksimalnom jačinom svetla glavne lampe minimalno 140 000 luksa, jer takvo umanjeње ne predstavlja značajan uticaj na kvalitet rada?

Stavka 7. : Mogućnost regulacije osvetljaja obe lampe :40-100 %

Broj 2 - Pitanje:

Da li je prihvatljivo ponuditi operacionu lampu sa mogućnošću regulacije osvetljaja obe lampe 30-100 %?

Stavka 8. :Integrisani endo mod osvetljaja sa 10 % osvetljaja pritiskom na 1 taster

Broj 3 - Pitanje:

Predlažemo da ova stavka glasi „Integrisani endo mod osvetljaja" i da se drugi deo rečenice izbaci jer implicira na određenog proizvođača?

Stavka 9. : Promenljiva boja svetla sa regulacijom na komandnoj tastaturi: 3500-5000 (K)

Broj 4 - Pitanje:

Da li je prihvatljivo ponuditi lampu sa fiksnom bojom svetla od 3800 (K) ?

Stavka 11. :Indeks reprodukcije boja $Ra \geq 96$

Broj 5 - Pitanje:

Da li je prihvatljivo ponuditi lampu sa indeksom reprodukcije boja $Ra \geq 95$?

Stavka 18. : Radni opseg satelita: $2.250 \text{ mm} \pm 100 \text{ mm}$

Broj 6 - Pitanje:

Da li je prihvatljivo ponuditi lampu sa radnim opsegom satelita 2441mm?

Stavka 19. : Opseg regulacije visine glavne lampe: 1.200 mm $\pm$ 50 mm

Broj 7 - Pitanje:

Da li je prihvatljivo ponuditi lampu sa opsegom regulacije visine glavne lampe od 1000 mm?

Stavka 20. : Opseg regulacije visine satelita: 1.100 mm $\pm$ 50 mm

Broj 8 - Pitanje:

Da li je prihvatljivo ponuditi lampu sa opsegom regulacije visine satelita od 1000 mm?

KAMERA I MONITOR

Stavka 4. : Minimalna osvetljenost: 1 Lx

Broj 9 - Pitanje:

Da li je prihvatljivo ponuditi kameru sa minimalnom osvetljenošću od 1.4Lx?

Stavka 5. : Zum: optički min. 18x digitalni min. 12x

Broj 10 - Pitanje:

Da li je prihvatljivo ponuditi kameru sa optičkim zumom od 36x?

U konkursnoj dokumentaciji , Dokumentat broj 3- vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge isl., **Partija 2, Operacioni sto:**

Stavka 2.: Ploča stola sastavljena iz 5 segmenata: sedni deo, kraća verzija za leđa sa obe strane stola, leđa, deo za glavu i dvostruki nožni deo, propustljiv na X zrake na celoj ležećoj površini, ukupne dužine min.2200 mm

Broj 11 - Pitanje:

Da li je prihvatljivo ponuditi sto ukupne dužine 2070 mm ?

Stavka 6.: Minimalna visina stola : 600-700 sa hodom po visini min. 400 mm

Broj 12 - Pitanje:

Molimo da konkretno naznačite potrebnu minimalnu, kao i maksimalnu visinu stola ?

Stavka 7.: Bočni nagib stola : $\pm 25^\circ$

Broj 13 - Pitanje:

Da li je prihvatljivo ponuditi sto sa bočnim nagibom od $\pm 20^\circ$?

Stavka 8.: Longitudinalno pomeranje ploče stola: min.270 mm

Broj 14 - Pitanje:

Da li je prihvatljivo ponuditi sto bez ove karakteristike ?

Stavka 9. : Trendelenburg/antitrendelenburg: $-30^\circ/+35^\circ$

Broj 15 - Pitanje:

Da li je prihvatljivo ponuditi sto sa Trendelenburg/antitrendelenburg $-30^\circ/+30^\circ$?

Stavka 10.: Pomeranje nožnih delova stola : $\pm 90^\circ$ sa funkcijom bočnog širenja

Broj 16 - Pitanje:

Da li je prihvatljivo ponuditi sto sa elektrohidrauličnim pomeranjem nožnog dela $+80^\circ./-90^\circ$?

Stavka 11.: Dvodelni leđni deo : donji motorni zglobovi min. $+80^{\circ}/-40^{\circ}$, gornji manuelni zglobovi min. $+90^{\circ}/-55^{\circ}$

Broj 17 - Pitanje:

Da li je prihvatljivo ponuditi sto sa jednodelnim leđnim delom sa elektrohidrauličnim pomeranjem ; $+70^{\circ}/-40^{\circ}$?

Stavka 12.:Deo za glavu sa dvostrukim zglobovom: opseg regulacije prednjeg zgloba: $\pm 55^{\circ}$ regulacija zadnjegzgloba: $+55^{\circ}$

Broj 18 - Pitanje:

Predlažemo da ova stavka glasi „Deo za glavu sa dvostrukim zglobovom" i da se opseg regulacije prednjeg i zadnjeg zgloba izbriše, jer jasno implicira na određenog proizvođača ?

Stavka 14.: Flex/Reflex pozicije automatski pritiskom na jedan taster $220^{\circ}/140^{\circ}$

Broj 19 - Pitanje:

Da li je prihvatljivo ponuditi sto sa pozicijama Flex/Reflex $220^{\circ}/110^{\circ}$?

Stavka15.: Centralna kočnica sa aktiviranjem preko daljinskih komandi

Broj 20 - Pitanje:

Da li je prihvatljivo ponuditi sto sa centralnom kočnicom koja se aktivira pomoću nožne komande ?

Stavka 18.: Maksimalna širina stola preko šina : 580 mm

Broj 21 - Pitanje:

Da li je prihvatljivo ponuditi sto sa maksimalnom širinom stola preko šina od 590mm?

Predlog: Molimo da se tehnički zahtev definiše na sledeći način :

„Maksimalna širina stola preko šina : minimalno 580 mm i više „

Način na koji su konkursnom dokumentacijom definisane tehničke specifikacije, dovodi u neravnotežan položaj potencijalne ponuđače, što je u suprotnosti sa članom 71.- Određivanje tehničkih karakteristika i članom 72. - Korišćenje tehničkih specifikacija Zakona o javnim nabavkama. Naručilac ničim ne sme da uslovljava ponuđače.

Zahtevane izmene tehničkih karakteristika ničim ne umanjuju kvalitet niti funkcionalnost predmetnih dobara u ovoj javnoj nabavci, ne favorizuju određenog proizvođača ili onemogućavaju druge potencijalne ponuđača da dostave ponudu.

U skladu sa članom 10. Zakona o javnim nabavkama , Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što veću konkurentnost.

Očekujemo pozitivan odgovor po ovom zahtevu i sprovođenje javne nabavke usklađeno sa Zakonom o javnim nabavkama.

- nepotrebno izostavljeno-

Odgovori Naručioca

Odgovor na pitanje broj 1: Nije prihvatljivo ponuditi lampu sa maksimalnom jačinom svetla glavne lampe min.140.000 Lux. Naručilac zahteva "Maksimalna jačina svetla glavne lampe min.160.000 Lux".

Ova zahtevana karakteristika je bitna za kvalitet rada. Razlika od 20.000 lux, znači 12% jači, odnosno slabiji osvetljaj.

Odgovor na pitanje broj 2: Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. Zakona izvršiti izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

Na strani 4 od 50, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl., tačka (1) **PARTIJA BROJ 1 - OPERACIONA LAMPA**, pod rednim brojem 7, **tekst:**
"Mogućnost regulacije osvetljaja obe lampe: 40 – 100 %." **menja se i glasi:**

"Mogućnost regulacije osvetljaja obe lampe: 30 – 100 %."

Na strani 32 od 50, u Dokumentu broj 6 Obrazac ponude., tačka 6, podtačka 6.1. **PARTIJA BROJ 1 - OPERACIONA LAMPA**, tabelarni deo – Obavezne tehničke karakteristike, pod rednim brojem 7, **tekst:**

"Mogućnost regulacije osvetljaja obe lampe: 40 – 100 %." **menja se i glasi:**

"Mogućnost regulacije osvetljaja obe lampe: 30 – 100 %."

Odgovor na pitanje broj 3: Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. Zakona izvršiti izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

Na strani 4 od 50, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl., tačka (1) **PARTIJA BROJ 1 - OPERACIONA LAMPA**, pod rednim brojem 8, **tekst:**

"Integrirani endo mod osvetljaja sa 10% osvetljaja pritiskom na 1 taster" **menja se i glasi:**

"Integrirani endo mod osvetljaja sa maksimalnim osvetljenjem do10%."

Na strani 32 od 50, u Dokumentu broj 6 Obrazac ponude., tačka 6, podtačka 6.1. **PARTIJA BROJ 1 - OPERACIONA LAMPA**, tabelarni deo – Obavezne tehničke karakteristike, pod rednim brojem 8, **tekst:**

"Integrirani endo mod osvetljaja sa 10% osvetljaja pritiskom na 1 taster" **menja se i glasi:**

"Integrirani endo mod osvetljaja sa maksimalnim osvetljenjem do10%."

Odgovor na pitanje broj 4: Nije prihvatljivo ponuditi lampu sa fiksnom bojom svetla od 3800 (K). Naručilac zahteva "Promenljiva boja svetla sa regulacijom na komandnoj tastaturi: 3500- 5000 (K)". Ova zahtevana karakteristika je bitna za kvalitet rada. Mogućnost promene boje svetla je veoma važna za optimalni kontrast pri različitim tipovima operativnih zahvata, kao i prilagođavanje boje svetla zahtevima/potrebama operatera. Opcija promene boje svetla predstavlja važno tehničko unapređenje operacione lampe u odnosu na lampe koje ovu mogućnost nemaju.

Odgovor na pitanje broj 5: Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. Zakona izvršiti izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

Na strani 4 od 50, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl., tačka (1) **PARTIJA BROJ 1 - OPERACIONA LAMPA**, pod rednim brojem 11, **tekst:**

"Indeks reprodukcije boja $R_a \geq 96$." **menja se i glasi:**

"Indeks reprodukcije boja $R_a \geq 95$."

Na strani 32 od 50, u Dokumentu broj 6 Obrazac ponude., tačka 6, podtačka 6.1. **PARTIJA BROJ 1 - OPERACIONA LAMPA**, tabelarni deo – Obavezne tehničke karakteristike, pod rednim brojem 11, **tekst:**

"Indeks reprodukcije boja $R_a \geq 96$ " **menja se i glasi:**

"Indeks reprodukcije boja $R_a \geq 95$."

Odgovor na pitanje broj 6: Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. Zakona izvršiti izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

Na strani 4 od 50, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl., tačka (1) **PARTIJA BROJ 1 - OPERACIONA LAMPA**, pod rednim brojem 18, **tekst:**

"Radni opseg satelita: 2.250 mm ± 100 mm" **menja se i glasi:**

"Radni opseg satelita: 2.250 mm ± 200 mm."

Na strani 32 od 50, u Dokumentu broj 6 Obrazac ponude., tačka 6, podtačka 6.1. **PARTIJA BROJ 1 - OPERACIONA LAMPA**, tabelarni deo – Obavezne tehničke karakteristike, pod rednim brojem 18, **tekst:**

"Radni opseg satelita: 2.250 mm ± 100 mm" **menja se i glasi:**

"Radni opseg satelita: 2.250 mm ± 200 mm."

Odgovor na pitanje broj 7: Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. Zakona izvršiti izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

Na strani 4 od 50, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl., tačka (1) **PARTIJA BROJ 1 - OPERACIONA LAMPA**, pod rednim brojem 19, **tekst:**

"Opseg regulacije visine glavne lampe: 1.200 mm ± 50 mm" **menja se i glasi:**

"Opseg regulacije visine glavne lampe: 1.100 mm ± 100 mm."

Na strani 32 od 50, u Dokumentu broj 6 Obrazac ponude., tačka 6, podtačka 6.1. **PARTIJA BROJ 1 - OPERACIONA LAMPA**, tabelarni deo – Obavezne tehničke karakteristike, pod rednim brojem 19, **tekst:**

"Opseg regulacije visine glavne lampe: 1.200 mm $\pm$ 50mm" **menja se i glasi:**

"Opseg regulacije visine glavne lampe: 1.100 mm $\pm$ 100mm."

Odgovor na pitanje broj 8: Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. Zakona izvršiti izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

Na strani 4 od 50, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl., tačka (1) **PARTIJA BROJ 1 - OPERACIONA LAMPA**, pod rednim brojem 20, **tekst:**

"Opseg regulacije visine satelita 1.100 mm $\pm$ 50mm " **menja se i glasi:**

"Opseg regulacije visine satelita 1.100 mm $\pm$ 100mm"

Na strani 32 od 50, u Dokumentu broj 6 Obrazac ponude., tačka 6, podtačka 6.1. **PARTIJA BROJ 1 - OPERACIONA LAMPA**, tabelarni deo – Obavezne tehničke karakteristike, pod rednim brojem 20, **tekst:**

"Opseg regulacije visine satelita 1.100 mm $\pm$ 50mm" **menja se i glasi:**

"Opseg regulacije visine satelita 1.100 mm $\pm$ 100mm"

Odgovor na pitanje broj 9: Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. Zakona izvršiti izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

Na strani 5 od 50, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl., tačka (1) **PARTIJA BROJ 1 - OPERACIONA LAMPA-KAMERA I MONITOR**, pod rednim brojem 4, **tekst:**

"Minimalna osvetljenost: 1 Lx " **menja se i glasi:**

" Minimalna osvetljenost: $\leq$ 2 Lx "

Na strani 33 od 50, u Dokumentu broj 6 Obrazac ponude., tačka 6, podtačka 6.1. **PARTIJA BROJ 1 - OPERACIONA LAMPA-KAMERA I MONITOR**, tabelarni deo – Obavezne tehničke karakteristike, pod rednim brojem 4, **tekst:**

"Minimalna osvetljenost: 1 Lx" **menja se i glasi:**

"Minimalna osvetljenost: $\leq$ 2 Lx"

Odgovor na pitanje broj 10: Obavezna tehnička karakteristika je "Zum: optički min.18x; digitalni min.12x ", tako da tome odgovara i prihvatljiv je optički zum od 36x.

Odgovor na pitanje broj 11: Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. Zakona izvršiti izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

Na strani 5 od 50, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl., tačka (1) **PARTIJA BROJ 2 - OPERACION STO**, pod rednim brojem 2, **tekst:**

"Ploča stola sastavljena iz 5 segmenata: sedni deo, kraća verzija za leđa za obe strane stola, leđa, deo za glavu i dvostruki nožni deo; propustljivi za X zrake na celoj ležećoj površini, ukupne dužine min. 2.200 mm" **menja se i glasi:**

"Ploča stola sastavljena iz 5 segmenata: sedni deo, kraća verzija za leđa za obe strane stola, leđa, deo za glavu i dvostruki nožni deo; propustljivi za X zrake na celoj ležećoj površini, ukupne dužine min. 2.050 mm"

Na strani 34 od 50, u Dokumentu broj 6 Obrazac ponude., tačka 6, podtačka 6.2. **PARTIJA BROJ 2 - OPERACIONI STO**, tabelarni deo – Obavezne tehničke karakteristike, pod rednim brojem 2, **tekst:**

"Ploča stola sastavljena iz 5 segmenata: sedni deo, kraća verzija za leđa za obe strane stola, leđa, deo za glavu i dvostruki nožni deo; propustljivi za X zrake na celoj ležećoj površini, ukupne dužine min. 2.200 mm" **menja se i glasi:**

"Ploča stola sastavljena iz 5 segmenata: sedni deo, kraća verzija za leđa za obe strane stola, leđa, deo za glavu i dvostruki nožni deo; propustljivi za X zrake na celoj ležećoj površini, ukupne dužine min. 2.050 mm".

Odgovor na pitanje broj 12: Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. Zakona izvršiti izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

Na strani 5 od 50, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl., tačka (1) **PARTIJA BROJ 2 - OPERACION STO**, pod rednim brojem 6, **tekst:**

"Minimalna visina stola: 600-700 mm sa hodom po visini min. 400 mm" **menja se i glasi:**

"Minimalna osnovna visina stola 600mm, maksimalna 700mm, sa hodom po visini min. 400 mm"

Na strani 35 od 50, u Dokumentu broj 6 Obrazac ponude., tačka 6, podtačka 6.2. **PARTIJA BROJ 2 - OPERACIONI STO**, tabelarni deo – Obavezne tehničke karakteristike, pod rednim brojem 6, **tekst:**

"Minimalna visina stola: 600-700 mm sa hodom po visini min. 400 mm" **menja se i glasi:**

" Minimalna osnovna visina stola 600mm, maksimalna 700mm, sa hodom po visini min. 400 mm ".

Odgovor na pitanje broj 13: Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. Zakona izvršiti izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

Na strani 5 od 50, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl., tačka (1) **PARTIJA BROJ 2 - OPERACION STO**, pod rednim brojem 7, **tekst:**

"Bočni nagib stola: $\pm 25^\circ$ " **menja se i glasi:**

"Bočni nagib stola: minimum $\pm 20^\circ$ "

Na strani 35 od 50, u Dokumentu broj 6 Obrazac ponude., tačka 6, podtačka 6.2. **PARTIJA BROJ 2 - OPERACIONI STO**, tabelarni deo – Obavezne tehničke karakteristike, pod rednim brojem 7, **tekst:**

"Bočni nagib stola: $\pm 25^\circ$ " **menja se i glasi:**

"Bočni nagib stola: minimum $\pm 20^\circ$ ".

Odgovor na pitanje broj 14: Nije prihvatljivo ponuditi operacioni sto koji ne ispunjava tehničku karakteristiku "Longitudalno pomeranje ploče stola: min. 270 mm". Ova tehnička karakteristika obezbeđuje kompatibilnost operacionog stola sa C arm RTG aparatima, zbog snimanja celog tela. Ova opcija predstavlja važno unapređenje funkcionalnosti operacionog stola u odnosu na stolove koji ovu mogućnost nemaju.

Odgovor na pitanje broj 15: Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. Zakona izvršiti izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

Na strani 5 od 50, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl., tačka (1) **PARTIJA BROJ 2 - OPERACION STO**, pod rednim brojem 9, **tekst:**

"Trendelenburg / antitrendelenburg: $-30^\circ/+35^\circ$ " **menja se i glasi:**

"Trendelenburg / antitrendelenburg: minimum $-30^\circ/+30^\circ$ "

Na strani 35 od 50, u Dokumentu broj 6 Obrazac ponude., tačka 6, podtačka 6.2. **PARTIJA BROJ 2 - OPERACIONI STO**, tabelarni deo – Obavezne tehničke karakteristike, pod rednim brojem 9, **tekst:**

"Trendelenburg / antitrendelenburg: $-30^\circ/+35^\circ$ " **menja se i glasi:**

"Trendelenburg / antitrendelenburg minimum $-30^\circ/+30^\circ$ ".

Odgovor na pitanje broj 16: Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. Zakona izvršiti izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

Na strani 5 od 50, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl., tačka (1) **PARTIJA BROJ 2 - OPERACION STO**, pod rednim brojem 10, **tekst:**

"Pomeranje nožnih delova stola: $\pm 90^\circ$ sa funkcijom bočnog širenja" **menja se i glasi:**

"Pomeranje nožnih delova stola: minimum $+80/-90^\circ$ sa funkcijom bočnog širenja"

Na strani 35 od 50, u Dokumentu broj 6 Obrazac ponude., tačka 6, podtačka 6.2. **PARTIJA BROJ 2 - OPERACIONI STO**, tabelarni deo – Obavezne tehničke karakteristike, pod rednim brojem 10, **tekst:**

"Pomeranje nožnih delova stola: $\pm 90^\circ$ sa funkcijom bočnog širenja" **menja se i glasi:**

" Pomeranje nožnih delova stola: minimum $+80/-90^\circ$ sa funkcijom bočnog širenja "

Odgovor na pitanje broj 17: Nije prihvatljivo ponuditi operacioni sto koji ne ispunjava tehničku karakteristiku " Dvodelni leđni deo: donji motorni zglobovi min. $+ 80^\circ/-40^\circ$, gornji manuelni zglobovi min. $+ 90^\circ / - 55^\circ$ ". Ova tehnička karakteristika omogućuje jednostavnije i optimalnije postavljanje pacijenta u određeni položaj. Ova opcija predstavlja unapređenje funkcionalnosti operacionog stola u odnosu na stolove koji ovu mogućnost nemaju.

Odgovor na pitanje broj 18: Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. Zakona izvršiti izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

Na strani 5 od 50, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl., tačka (1) **PARTIJA BROJ 2 - OPERACION STO**, pod rednim brojem 12, **tekst:**

"Deo za glavu sa dvostrukim zglobovima: opseg regulacije prednjeg zgloba: $\pm 55^\circ$ regulacija zadnjeg zgloba: $+ 55^\circ$ " **menja se i glasi:**

"Deo za glavu sa dvostrukim zglobovima"

Na strani 35 od 50, u Dokumentu broj 6 Obrazac ponude., tačka 6, podtačka 6.2. **PARTIJA BROJ 2 - OPERACIONI STO**, tabelarni deo – Obavezne tehničke karakteristike, pod rednim brojem 12, **tekst:**

"Deo za glavu sa dvostrukim zglobovima: opseg regulacije prednjeg zgloba: $\pm 55^\circ$ regulacija zadnjeg zgloba: $+ 55^\circ$ " **menja se i glasi:**

"Deo za glavu sa dvostrukim zglobovima".

Odgovor na pitanje broj 19: Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. Zakona izvršiti izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

Na strani 5 od 50, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl., tačka (1) **PARTIJA BROJ 2 - OPERACION STO**, pod rednim brojem 14, **tekst:**

"Flex / Reflex pozicije automatski pritiskom na jedan taster 220°/140°" **menja se i glasi:**

"Flex / Reflex pozicije minimum 220°/110°"

Na strani 35 od 50, u Dokumentu broj 6 Obrazac ponude., tačka 6, podtačka 6.2. **PARTIJA BROJ 2 - OPERACIONI STO**, tabelarni deo – Obavezne tehničke karakteristike, pod rednim brojem 14, **tekst:**

"Flex / Reflex pozicije automatski pritiskom na jedan taster 220°/140°" **menja se i glasi:**

" Flex / Reflex pozicije minimum 220°/110° ".

Odgovor na pitanje broj 20: Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. Zakona izvršiti izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

Na strani 5 od 50, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl., tačka (1) **PARTIJA BROJ 2 - OPERACION STO**, pod rednim brojem 15, **tekst:**

"Centralna kočnica sa aktiviranjem preko daljinskih komandi" **menja se i glasi:**

"Centralna kočnica sa aktiviranjem preko daljinskih komandi i/ili nožnog prekidača"

Na strani 35 od 50, u Dokumentu broj 6 Obrazac ponude., tačka 6, podtačka 6.2. **PARTIJA BROJ 2 - OPERACIONI STO**, tabelarni deo – Obavezne tehničke karakteristike, pod rednim brojem 15, **tekst:**

"Centralna kočnica sa aktiviranjem preko daljinskih komandi" **menja se i glasi:**

"Centralna kočnica sa aktiviranjem preko daljinskih komandi i/ili nožnog prekidača".

Odgovor na pitanje broj 21: Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. Zakona izvršiti izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

Na strani 5 od 50, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl., tačka (1) **PARTIJA BROJ 2 - OPERACION STO**, pod rednim brojem 18, **tekst:**

"Maksimalna širina stola preko šina: 580 mm" **menja se i glasi:**

"Maksimalna širina stola preko šina: 590 mm"

Na strani 35 od 50, u Dokumentu broj 6 Obrazac ponude., tačka 6, podtačka 6.2. **PARTIJA BROJ 2 - OPERACIONI STO**, tabelarni deo – Obavezne tehničke karakteristike, pod rednim brojem 18, **tekst**:

"Maksimalna širina stola preko šina: 580 mm" **menja se i glasi**:

"Maksimalna širina stola preko šina: 590 mm".

S poštovanjem,

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Komisija za javnu nabavku 23/2014-O-02
dipl. pravnik Ljubica Jovančić, član komisije