



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>
Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs
PIB 100804613

Dana: 25.10.2013.

Broj: 27/2013-O-02/2118/k

Poštovani,

U otvorenom postupku javne nabavke broj 27/2013-O-02, Instituta za onkologiju Vojvodine, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 10.10.2013. godine, zainteresovano lice dostavilo je putem elektronske pošte Zahtev za pojašnjenje, od 25.10.2013. godine. Zahtev je kod Naručioca zaveden pod brojem 2923 od 25.10.2013. godine.

Zainteresovano lice, postavlja sledeće pitanje:

- nepotrebno izostavljeno-

“Ljubazno Vas molimo za pojašnjenje partije br.11.

Naime, u dokumentu br. 3, je navedeno sledeće:

Partija broj 11		ENDOTRAHEALNA TUBA BR.8, ZA PRODUŽENU INTUBACIJU	Obavezne tehničke karakteristike
Br. stavke	1	Endotrahealna tuba br.8 za produženu intubaciju	Sterilna transparentna PVC trahealna tuba, ID8,5mm , kaf promera 30mm. Sa pilot balončićem i valvulom za luer-lock špric, uzdužnim RTG markerom, indikatorom korektne pozicije sa Murphy-evim vrhom, bez lateksa. Ponuđač je dužan da ponudi dobro koje je apsolutno bezbedno i komforno za sve korisnike, u svim medicinskim procedurama i koje u potpunosti odgovara svojoj nameni.

Dakle, molimo za pojašnjenje da li je potrebno ponuditi Endotrahealnu tubu **br.8 ili br. 8.5?**“

-nepotrebno izostavljeno-

Odgovor Naručioca

U skladu sa prvim izmenama i dopunama konkursne dokumentacije broj 27/2013-O-01/2117/k od 25.10.2013. donetim od strane Komisije za javnu nabavku dobara – potrošni medicinski materijal, u

otvorenom postupku, broj javne nabavke 27/2013-O-02, neophodno je da za partiju broj 11, ponudite Endotrahealnu tubu br. 8.5, za produženu intubaciju.

S poštovanjem,

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

Komisija za javnu nabavku 27/2013-O-02

Nataša Gajić, službenik za javne nabavke

zamenik člana komisije