



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>
Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs
PIB 100804613

Dana: 18.08.2014.

Broj: 1441/322

Poštovani,

U otvorenom postupku javne nabavke broj 27/2014-O-02, Instituta za onkologiju Vojvodine, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 12.08.2014. godine, zainteresovano lice dostavilo je putem elektronske pošte Zahtev za dodatnim informacijama/pojašnjenjem, bez broja od 14.08.2014. godine (u IOV zaveden pod brojem 3001 od 14.08.2014. godine).

Zainteresovano lice postavlja sledeće pitanje:

- nepotrebno izostavljeno -

"Poštovani,

U JN 27-2014-O-02, partija 78, zahtevane tehničke karakteristike za svaku pojedinačnu stavku su :
"Neophodno da sadrži vrednosti u sva tri nivoa.", što je neizvodljivo jer je svaka stavka jedan poseban nivo.

Da li navedenu karakteristiku možete da izbrišete iz dokumentacije?"

- nepotrebno izostavljeno -

Odgovor Naručioca

Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. ZJN izvršiti izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

Na strani 77 od 95, u Dokumentu broj 6 Obrazac ponude, tačka 6. Podtačka 6.1. partija broj 78 – Zahtevane tehničke karakteristike, **tekst:**

R. br. Stavke	zahtevane tehničke karakteristike	POPUNJAVA PONUDAČ			
		tehničke karakteristike ponuđenog dobra	Komercijalni naziv, kataloški broj ili oznaka proizvođača	Proizvođač	Minimalna količina za isporuku iskazana u bočicama
1	normalna (N). Neophodno je da sadrži vrednosti u sva tri nivoa za aparat sysmex KX21M. Pakovano u bočici od 1,5ml .				bočica
2	visoka (H). Neophodno je da sadrži vrednosti u sva tri nivoa za aparat sysmex KX21M. Pakovano u bočici od 1,5ml .				bočica
3	niska (L). Neophodno je da sadrži vrednosti u sva tri nivoa za aparat sysmex KX21M. Pakovano u bočici od 1,5ml .				bočica

Zahtevane tehničke karakteristike za partiju broj 78: Naručilac poseduje i koristi u radu na aparatu hematološki brojač KX-21N proizvođača Sysmex, reagense i potrošni materijal proizvođača Sysmex. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu za dobra koja su kompatibilna sa reagensima i potrošnim materijalom koji Naručilac već poseduje i koristi. **Ponuđač se obavezuje da od proizvođača opreme dostavi sertifikat da je ponuđeno dobro kompatibilno sa opremom.**

menja se i glasi:

R. br. Stavke	zahtevane tehničke karakteristike	POPUNJAVA PONUĐAČ			
		tehničke karakteristike ponuđenog dobra	Komercijalni naziv, kataloški broj ili oznaka proizvođača	Proizvođač	Minimalna količina za isporuku iskazana u bočicama
1	normalna (N). Pakovano u bočici od 1,5ml.				bočica
2	visoka (H). Pakovano u bočici od 1,5ml.				bočica
3	niska (L). Pakovano u bočici od 1,5ml.				bočica

Zahtevane tehničke karakteristike za partiju broj 78: Naručilac poseduje i koristi u radu na aparatu hematološki brojač KX-21N proizvođača Sysmex, reagense i potrošni materijal proizvođača Sysmex. Neophodno je da u sva tri nivoa postoje vrednosti za aparat hematološki brojač KX-21N proizvođača Sysmex. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu za dobra koja su kompatibilna sa reagensima i potrošnim materijalom koji Naručilac već poseduje i koristi. **Ponuđač se obavezuje da od proizvođača opreme dostavi sertifikat da je ponuđeno dobro kompatibilno sa opremom.**

S poštovanjem,

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Komisija za javnu nabavku 27/2014-O-02
dipl. pravnik Dragana Nikić, zamenik člana komisije