



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>

Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs

PIB 100804613

Dana: 29.06.2015.

Broj: 5/865

(odgovor zainteresovanom licu br.1)

Poštovani,

U otvorenom postupku javne nabavke dobara - ultrazvučni aparat sa vaginalnom, rektalnom i abdominalnom sondom, broj javne nabavke 32-2015-O-01, Instituta za onkologiju Vojvodine, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 25.06.2015. godine, zainteresovano lice dostavilo je putem elektronske pošte Zahtev za dodatno pojašnjenje (u IOV zaveden pod brojem 2319 od 26.06.2015.) godine.

Zainteresovano lice, postavlja sledeća pitanja:

- nepotrebno izostavljeno-

“u vezi sa tehničkom specifikacijom objavljenom u dokumentu broj 3 konkursne dokumentacije želimo da postavimo sledeća pitanja:

1.Kao predmet ove JN je navedeno: Ultrazvučni aparat sa vaginalnom ,rektalnom i abdominalnom sondom,a u daljem opisu aparata su navedene samo dve sonde stavka 2. abdominalna i stavka 3.vaginalna.

Molimo Naručioca da navede i precizira tehničke karakteristike treće sonde koja je predmet ove JN- a to je rektalna sonda,da li je na pr. u pitanju biplanska transrektalna sonda namenjena za biopsiju prostate?

2.Karakteristika broj 13 koja pored integrisanih paketa merenja definiše i sledeće : Aktivna opcija automatskog određivanja tačnog položaja i orijentacije vaginalne sonde tokom pregleda analiza je u citiranom delu tehnička karakteristika koja isključuje sve ostale ponudjače, jer ne postoji aparat koji je registrovan na našem tržištu sa ovom opcijom ,sem Samsungovog modela R7.

S obzirom da je to u suprotnosti sa članom 10.ZJN Načelo obezbeđivanja konkurencije,molimo Naručioca da postupi u skladu sa ZJN i eliminiše diskriminatorsku tehničku karakteristiku iz konkursne dokumentacije.

3.Smatramo da se ograničavanjima koja su nebitna za kvalitet dijagnostike,kao što je težina aparata na max 65 kg u tački 1. tehničke specifikacije ,iako se ne nabavlja portabilni aparat ,smanjuje mogućnost da Naručilac dobije više kvalitetnih ponuda i time sebi omogući najtransparentniji način da izvrši izbor najkvalitetnijeg aparata i zato predlažemo da se ova karakteristika izbriše ili da se težina poveća na max 100 kg.

Napominjemo da su svi ultrazvučni aparati srednje i visoke klase kod svih svetskih proizvođača ,pa i proizvođača Samsung teži od definisanih max 65 kg,a da su lakši aparati niže klase,tako da ovo kilogramsko ograničenje ne dozvoljava da ponudjači ponude aparat više klase.”

- nepotrebno izostavljeno-

Odgovori Naručioca

Odgovor na pitanje broj 1:

Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012 i 14/2015, u daljem tekstu: ZJN) izvršiti izmenu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

Na strani 4 od 40, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl, tačka (1) u tabelarnom delu, stavka broj 3, **tekst:**

" Vaginalna sonda, 128 elemenata, opseg 4.0-9.0 MHz, 145 ° ugao skeniranja "

menja se i glasi:

„Vaginalna sonda sa mogućnošću endorektalnog pregleda – namenjena pregledu parametrijalnog tkiva , 128 elemenata, opseg 4.0-9.0 MHz, 145 ° ugao skeniranja;“

Odgovor na pitanje broj 2:

Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. ZJN, izvršiti izmenu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

Na strani 4 od 40, u Dokumentu broj 3 Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl, tačka (1) u tabelarnom delu, stavka broj 13, **tekst:**

" Integrisani paketi radioloških, ginekoloških, akušerskih, uroloških itd merenja i Aktivna opcija automatskog određivanja tačnog položaja i orijentacije vaginalne sonde tokom pregleda analiza "

menja se i glasi:

„Integrisani paketi radioloških, ginekoloških, akušerskih, uroloških itd merenja“

Odgovor na pitanje broj 3:

Naručilac ne može prihvatiti odstupanja u težini, s obzirom da zahtevi Naručioca u pogledu mobilnosti, ergonomičnosti i prostorne organizacije, uslovljavaju težinu aparata. U fazi ispitivanja tržišta, Naručilac je došao do saznanja da najmanje četiri ponuđača odnosno proizvođača, mogu da ispune zahtev u pogledu težine aparata.

S poštovanjem,

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Komisija za javnu nabavku 32-2015-O-01