



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Дана: 02.06.2016.

Број: 5/1/1086

(одговор заинтересованом лицу бр.1)

Поштовани,

У отвореном поступку јавне набавке добара – резервни делови и сервисно одржавање по позиву за медицинску опрему произвођача Varian, број јавне набавке 36-2016-О-01, Института за онкологију Војводине, за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 23.05.2016. године, заинтересовано лице доставило је путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без броја од 30.05.2016. године (у ИОВ заведен под бројем 2818 од 30.05.2016.) године.

Заинтересовано лице, поставља следеће питање - захтев:

- *непотребно изостављено*

Pitanje 1: Da li Naručilac prihvata da se u okviru dokazivanja kadrovskog kapaciteta (na stranama 12/48 i 26/48), uslov 1. pod b) dopuni tako da glasi: „b. važeće uverenje o osposobljenosti za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja pri radu sa izvorima jonizujućih zračenja, izdato od ovlašćenog pravnog lica koje se nalazi na spisku ovlašćenih pravnih lica koji vodi Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, ili **odgovarajuće iz zemlje članice EU ili zemalje kandidata za EU.**“

Образложење: Прихватајући овакву формулацију Наручилац би омогућио да домаће правно лице, које испуњава обавезне услове за уčešће, на извршењу уговора ангажује квалификоване инжењере из иностранства чиме се повећава ниво конкуренције а не умањује компетентности учесника у предметном поступку.

Pitanje 2: Predlažemo Naručiocu da u zahteve za dokazivanje tehničkog kapaciteta ponuđača uvrsti izjavu proizvođača predmetnih linearnih akceleratora ili nekog njegovog distributera, da će ponuđač za vreme trajanja ugovora o održavanju, imati pristup sigurnosnim i redovnim softverskim nadogradnjama i ispravkama i hardverskim modifikacijama proizvođača kao i pristup originalnim rezervnim delovima proizvođača Varian Medical Systems.

Образложење: U modelu ugovora, u članu 14 – Cena (str. 32/48), kaže se: „...dobavljač je dužan da ugrađuje i isporučuje isključivo originalne rezervne delove **za osnovnu konfiguraciju opreme.**“ Da bi ponuđač bio u mogućnosti da isporuči proizvođačke modifikacije, ispravke i nadogradnje softvera i hardvera te da bi mogao da isporučuje originalne rezervne delove proizvođača Varian Medical Systems, što je i ugovorna obaveza, neophodno je da ima uspostavljen poslovni odnos sa proizvođačem ili nekim njegovim distributerom te je važno utvrditi da takav odnos postoji. U suprotnom rizik za ponuđača je da sklopi ugovor sa ponuđačem koji neće imati pristup, pa ni mogućnost isporuke softverskih i hardverskih modifikacija, koje su često povezane sa povećanom bezbednošću pacijenata i rukovalaca. Pri tome



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

ponuđač može računati na to da naručilac veoma teško, bez direktne veze sa proizvođačem, može biti upoznat sa postojanjem softverskih i hardverskih nadogradnji i modifikacija.

Pitanje 3: Da li Naručilac prihvata da se uz ponudu dostavlja original pismo banke o namerama za izdavanje garancije za dobro izvršenje posla, u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije Naručioca?

Образложење: Obzirom da Naručilac već zahteva blanko menicu, naplativu po viđenju, kao garanciju za ozbiljnost ponude, koju će unovčiti ukoliko izabrani ponuđač ne podnese traženu garanciju za dobro izvršenje posla, smatramo da u ovoj fazi postupka nije neophodno zahtevati i obavezujuće pismo banke i na taj način povećavati troškove pripreme ponude.

- *непотребно изостављено-*

Одговори Наручиоца

Одговор на питање број 1

Наручилац прихвата предлог за измену конкурсне документације, те ће у складу са одредбама члана 63. ЗЈН извршити измену и допуну у делу који се односи на додатни услов, доказивање кадровског капацитета под б) на тај начин што ће предвидети могућност да се као доказ достави важеће уверење о оспособљености за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења при раду са изворима јонизујућих зрачења, издато од овлашћеног правног лица које се налази на списку овлашћених правних лица који води Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије или од одговарајућег иностраног надлежног органа.

Одговор на питање број 2

Наручилац је у конкурсној документацији грешком навео да је предметом јавне набавке обухваћена Varis mreža (PC računar (no name) Intel celeron и Dell Optiplex GX620). Изменом конкурсне документације, брисаће се наведене одредбе, те нема основа за одређивање додатног услова према вашем предлогу.

Одговор на питање број 3

Наручилац остаје при свом захтеву да је понуђач у обавези да уз понуду достави оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за добро извршење посла, у циљу обезбеђења што веће сигурности.



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Сходно чл. 63. ст 1. и 3. ЗЈН, Наручилац ће измене и допоуне конкурсне документације као и одговор заинтересованом лицу објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

С поштовањем,

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Комисија за јавну набавку 36-2016-О-01