



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Дана: 01.06.2017.

Број: 5/17/1030

(одговор заинтересованом лицу бр.1)

Поштовани,

У отвореном поступку јавне набавке добара – потрошни материјал за анестезију и реанимацију, стома програм, потрошни материјал за цт инјектор, број јавне набавке 37-2017-О-02, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 22.05.2017. године, заинтересовано лице доставило је путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без броја од 29.05.2017. године (у ИОВ заведен под бројем 2510 од 29.05.2017.) године.

Заинтересовано лице, поставља следеће питање - захтев:

- *непотребно изостављено-*

Poštovani, pregledom konkursne dokumentacije primetili smo da ste u partiji 37- rukavice za pregled predvideli da debljina zida ruakvice na prstima bude minimlano 0,11mm, da li ćete prihvatiti ponudu ukoliko rukavica poseduje sve tražene karakteristike ali je debljina zida na prstima 0,09mm?

- *непотребно изостављено-*

Одговор Наручиоца

Прихвата се као основан захтев заинтересованог лица, те ће се извршити измена конкурсне документације на тај начин што ће се захтевати „дебљина зида на прстима минимум 0.09 до 0.11мм“

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Комисија за јавну набавку 37-2017-О-02