



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>

Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs

PIB 100804613

Dana: 31.07.2015.

Broj: 5/1089

(odgovor zainteresovanom licu br.1)

Poštovani,

U otvorenom postupku javne nabavke dobara - dezinfekciona sredstva, broj javne nabavke 48-2015-O-02, Instituta za onkologiju Vojvodine, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 18.06.2015. godine, zainteresovano lice dostavilo je putem elektronske pošte Zahtev za dodatno pojašnjenje od 29.07.2015.godine (u IOV zaveden pod brojem 3841 od 29.07.2015.godine).

Zainteresovano lice, postavlja sledeća pitanja:

- nepotrebno izostavljeno-

Da li je za naručioca za partiju 1 prihvatljivo tačno sredstvo na bazi entanola koje je u skladu sa svim EN standardima i koje u smislu tražene namene naročito ispunjava zahteve normi EN1500 i EN12791.

Imajući u vidu da je naručilac u partiji 2 objedinio sredstva za visok nivo dezinfekcije i enzimski deterdžent tj. sredstva koja imaju u potpunosti različite namene i svojstva, imaju različite šifre u Opštem rečniku javnih nabavki i potpadaju pod različiti pravni režim u delu koji se odnosi na potrebnu dokumentaciju za pribavljanje saglasnosti za promet istih na teritoriji Republike Srbije, zahtevamo da se partija 2 razdvoji tako da svaka stavka predstavlja partiju za sebe..

- nepotrebno izostavljeno-

Odgovori Naručioca

Odgovor na pitanje broj 1:

Nije prihvatljivo. Naručilac je odredio obaveznu tehničku karakteristiku prema svojim stvarnim potrebama, tj. prema kvalitetu i nivou dezinfekcije koji zahteva. Naručilac ostaje pri svom zahtevu.

Odgovor na pitanje broj 2:

Dobra iz partije broj 2 - stavka 1 i 2:

- imaju istu namenu – dezinfekcija medicinskih instrumenata
- pripadaju istoj grupi u ORN 24000000 hemijski proizvodi (stavka broj 1 – podgrupa 24300000, stavka broj 2 – podgrupa 24900000).

Namena dobra iz stavke broj 1. je dezinfekcija visokog nivoa medicinskih instrumenata koji nose visok i srednji rizik za infekciju, a namena dobra iz stavke broj 2. je dekontaminacija medicinskih instrumenata, koja prethodi dezinfekciji visokog nivoa.

Znači, prvo se vrši dekontaminacija sredstvom iz stavke broj 2, a potom dezinfekcija visokog nivoa sredstvom iz stavke broj 1.

Naručilac ostaje pri svom zahtevu.

S poštovanjem,

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

Komisija za javnu nabavku 48-2015-O-02