



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>

Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs

PIB 100804613

Dana: 31.07.2015.

Broj: 5/1086

(odgovor zainteresovanom licu br.1)

Poštovani,

U otvorenom postupku javne nabavke dobara - monitoring uređaj za anesteziju kompatibilan sa magnetno rezonantnim sistemima jačine magnetnog polja od 1,5 i 3T, broj javne nabavke 51-2015-O-01, Instituta za onkologiju Vojvodine, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 10.07.2015. godine, zainteresovano lice dostavilo je putem elektronske pošte Zahtev za dodatno pojašnjenje od 28.07.2015. (u IOV zaveden pod brojem 3811 od 28.07.2015.) godine.

Zainteresovano lice, postavlja sledeća pitanja:

- nepotrebno izostavljeno-

1. Страна 11 – тачка 2- USLOV: U momentu objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki dana 10.07.2015. godine, i u momentu podnošenja ponude, na teritoriji Republike Srbije mora biti obezbeđena servisna podrška za opremu koja je predmet JN, i to:

ponuđač mora imati u radnom odnosu na neodređeno najmanje dva servisera sa sertifikatom proizvođača opreme ili ponuđač mora dostaviti dokaz da na teritoriji Republike Srbije postoji servisna organizacija sa ovlašćenjem proizvođača odnosno regionalnog inozastupnika za servisiranje opreme koja je predmet ove javne nabavke, za teritoriju Republike Srbije.

Ukoliko ponuđač ima zaposlene servisere dužan je da dostavi fotokopiju radne knjižice, fotokopiju odgovarajućeg obrasca M kojim se može dokazati prijava na osiguranje zaposlenog, a koji je važio u momentu zasnivanja radnog odnosa, fotokopiju sertifikata.

S obzirom da je predmet javne nabavke uređaj koji se u izuzetno malom broju ustnova koristi i da uređaj koji želimo da ponudimo postoji samo u jednoj ustanovi na teritoriji Republike Srbije servisna podrška za predmetni uređaj je organizovana regionalno. Da li je za naručioca prihvatljivo da ponuđač ima ugovor o servisnoj podršci sa preduzećem iz jedne od okolnih zemalja, a da odgovara zahtevima naručioca iz tačke B. Postprodajno održavanje u garantnom roku? Smatramo da se naručilac ne izlaže riziku neadekvatne servisne podrške s obzirom da je jasno definisao kriterijume održavanja u garantnom roku i za isto zahteva bankarsku garanciju od ponuđača.

2. Strana 19, tačka C - Postprodajno održavanje po isteku garantnog roka

Dobavljač garantuje da će najmanje pet godina po isteku garantnog roka, u slučaju kvara opreme koji nije moguće otkloniti u roku od trideset dana, obezbediti Naručiocu zamensku opremu minimum istih tehničkih karakteristika, do okončanja popravke a najduže šezdeset dana. Gore naveden zahtev je predmet ugovora o održavanju van garantnog roka čiji uslovi nisu poznati ponuđačima jer nije predmet nabavke, stoga molimo naručioca da izuzme ovaj zahtev.

3. Strana 18, tačka 9.4 - Obuka zaposlenih

Dobavljač će u prostorijama sedišta Naručioca, nakon instalacije a pre puštanja opreme u rad, obezbediti obuku zaposlenih za pravilan i bezbedan rad i rukovanje opremom koja je predmet ove javne nabavke, i izdati sertifikat medicinskom osoblju nakon sprovedene obuke.

Za predmetnu opremu nije praksa da se izdaje sertifikat o obuci za osoblje bolnice već zapisnik i potvrda koju izdaje lokalni distributer predmetne opreme. Da li je za naručioca prihvatljiv ovakav način dokumentovanja obuke osoblja?

4. Kod obaveznih tehničkih karakteristika na strani 30, tačka 21 naveli ste da veličina glavnog monitora ne može biti veća od 55cmx50cmx150cm.

Da li je za Naručioca prihvatljivo da dimenzija glavnog monitora bude 61cmx50.8cmWx152.4cmH?

- nepotrebno izostavljeno-

Odgovori Naručioca

Odgovor na pitanje broj 1:

Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. ZJN izvršiti izmenu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

Na strani 11 od 45, u Dokumentu broj 4 Obrazac Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. ZJN i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova, dodatni uslov pod rednim brojem 2, **tekst:**

- | | |
|----------|---|
| 2 | <p><u>USLOV:</u> U momentu objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki dana 10.07.2015. godine, i u momentu podnošenja ponude, na teritoriji Republike Srbije mora biti obezbeđena servisna podrška za opremu koja je predmet jn, i to:
ponuđač mora imati u radnom odnosu na neodređeno najmanje dva servisera sa sertifikatom proizvođača opreme
<u>ili</u>
ponuđač mora dostaviti dokaz da na teritoriji Republike Srbije postoji servisna organizacija sa ovlašćenjem proizvođača odnosno regionalnog inozastupnika za servisiranje opreme koja je predmet ove javne nabavke, za teritoriju Republike Srbije.</p> <p><u>DOKAZ I NAČIN DOKAZIVANJA:</u> Ponuđač, podatke za ovaj uslov, unosi u dokument broj 12 – Garancija servisne usluge od strane ovlašćenog servisa. Izjava mora biti pečatom overena i potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.</p> <p><u>Ukoliko ponuđač ima zaposlene servisere</u> dužan je da dostavi fotokopiju radne knjižice, fotokopiju odgovarajućeg obrasca M kojim se može dokazati prijava na osiguranje zaposlenog, a koji je važio u momentu zasnivanja radnog odnosa, fotokopiju sertifikata.</p> <p><u>Ukoliko ponuđač nema zaposlene servisere</u>, dužan je da za servisnu organizaciju dostavi: kopiju dokumenta kojim se nedvosmisleno može utvrditi da je servisna organizacija ovlašćena od strane proizvođača odnosno regionalnog inozastupnika, za servisiranje opreme koja je predmet ove javne nabavke: izjava, ovlašćenje, autorizacija, potvrda, ugovor, sertifikat. Pored kopije, obavezno dostaviti i prevod na srpski jezik.</p> <p>Ovaj uslov ponuđač i podizvođač, zajednički ispunjavaju. Ovaj uslov mora da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.</p> |
|----------|---|

menja se i glasi:

2	<u>USLOV:</u> U momentu objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki dana 10.07.2015. godine, i u momentu podnošenja ponude, mora biti obezbeđena servisna podrška za opremu koja je predmet jn: ponuđač mora dostaviti dokaz da ima važeći ugovor sa servisnom organizacijom (registrovanom na teritoriji Republike Srbije ili u inostranstvu), koja ima ovlašćenje proizvođača odnosno regionalnog inozastupnika za servisiranje opreme koja je predmet ove javne nabavke. <u>DOKAZ I NAČIN DOKAZIVANJA:</u> Ponuđač, podatke za ovaj uslov, unosi u dokument broj 12 – Garancija servisne usluge od strane ovlašćenog servisa. Izjava mora biti pečatom overena i potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača. Ponuđač je dužan da dostavi kopiju važećeg ugovora sa servisnom organizacijom i kopiju dokumenta kojim se nedvosmisleno može utvrditi da je servisna organizacija ovlašćena od strane proizvođača odnosno regionalnog inozastupnika, za servisiranje opreme koja je predmet ove javne nabavke: izjava, ovlašćenje, autorizacija, potvrda, ugovor, sertifikat. Pored kopija, obavezno dostaviti i prevod na srpski jezik. Ovaj uslov ponuđač i podizvođač, zajednički ispunjavaju. Ovaj uslov mora da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.
---	--

Shodno navedenom, Naručilac će izmeniti i dokument broj 12 - Garancija servisne usluge od strane ovlašćenog servisa.

Odgovor na pitanje broj 2:

Naručilac ostaje pri svom zahtevu.

Zahtev Naručioca koji se odnosi na zamensku opremu u slučaju kvara, ne odnosi se na servisno održavanje, već na obavezu dobavljača da Naručiocu omogući nesmetan, kontinuiran rad sa opremom koju je kupio. Naručilac u skladu sa planom rada, zakazuje dijagnostičke i ostale preglede, a duži kvar opreme doveo bi do odlaganja pregleda, odnosno pružanja zdravstvenih usluga.

Odgovor na pitanje broj 3:

Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. ZJN izvršiti izmenu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

Na strani 18 od 45, u Dokumentu broj 5 - Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu, tačka 9.

Podtačka 9.4. stav 1, **tekst:**

„Dobavljač će u prostorijama sedišta Naručioca, nakon instalacije a pre puštanja opreme u rad, obezbediti obuku zaposlenih za pravilan i bezbedan rad i rukovanje opremom koja je predmet ove javne nabavke, i izdati sertifikat medicinskom osoblju nakon sprovedene obuke.“

menja se i glasi:

„Dobavljač će u prostorijama sedišta Naručioca, nakon instalacije a pre puštanja opreme u rad, obezbediti obuku zaposlenih za pravilan i bezbedan rad i rukovanje opremom koja je predmet ove javne nabavke, i izdati sertifikat ili potvrdu medicinskom osoblju nakon sprovedene obuke.“

Shodno navedenom, Naručilac će izvršiti izmene i u dokument broj 7 – Model ugovora, član 12, stav 1.

Odgovor na pitanje broj 4:

Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. ZJN izvršiti izmenu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

Na strani 4 od 45, u Dokumentu broj 3 - Obrazac Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl., tačka (1) u tabeli, zahtev pod rednim brojem 21, **tekst:**

„Veličina glavnog monitora, ne veća od 55cm x 50cmx 150cm.“

menja se i glasi:

„Veličina glavnog monitora, ne veća od 61cm x 51cmx 153cm.“

Shodno navedenom, Naručilac će izvršiti izmene i u dokument broj 6 – Obrazac ponude, tačka 6. Podtačka 6.2 , zahtev pod rednim brojem 21.

S poštovanjem,

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Komisija za javnu nabavku 51-2015-O-01