



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>

Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs

PIB 100804613

Dana: 07.08.2015.

Broj: 5/1123

(odgovor zainteresovanom licu br.1)

Poštovani,

U otvorenom postupku javne nabavke dobara - ultrazvučni aparat sa odgovarajućim sondama za dijagnostičke i interventne procedure, broj javne nabavke 52-2015-O-01, Instituta za onkologiju Vojvodine, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 10.07.2015. godine, zainteresovano lice dostavilo je putem elektronske pošte Zahtev za dodatno pojašnjenje bez broja od 06.08.2015. (u IOV zaveden pod brojem 3985 od 06.08.2015.) godine.

Zainteresovano lice, postavlja sledeće pitanje:

- nepotrebno izostavljeno-

Pitanje 1: Na strani 30 od 45 konkursne dokumentacije u tabeli obavezne tehničke karakteristike stavka 11 glasi: "Cine" memorija od minimum 260 MB. da li je za naručioca prihvatljivo da ovu stavku izmeni u **"Cine" memorija od minimum 256MB?**

Obrazloženje: Memorijski moduli se po standardu proizvode u modulima od 32MB, 64MB, 128MB, 256MB itd, na osnovu ovoga se zaključuje da je tražena memorija neadekvatna u odnosu na standardizovane memorijske module.

- nepotrebno izostavljeno-

Odgovor Naručioca

Odgovor na pitanje broj 1:

Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. ZJN izvršiti izmenu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

S poštovanjem,

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

Komisija za javnu nabavku 52-2015-O-01