



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>
Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs
PIB 100804613

Dana: 31.08.2015.

Broj: 5/1323

(odgovor zainteresovanom licu br.1)

Poštovani,

U otvorenom postupku javne nabavke dobara - operaciona lampa za Kliniku za operativnu onkologiju IOV, broj javne nabavke 54-2015-O-01, Instituta za onkologiju Vojvodine, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 11.08.2015. godine, zainteresovano lice dostavilo je putem elektronske pošte Zahtev za dodatno pojašnjenje od 28.08.2015. (u IOV zaveden pod brojem 4367 od 28.08.2015.) godine.

Zainteresovano lice, postavlja sledeća pitanja:

- nepotrebno izostavljeno-

U konkursnoj dokumentaciji broj 54-2015-O-01, obrazac 6.2 Obavezne tehničke karakteristike:

Stavka 21: Full HD kamera ugrađena centralno u sterilnu ručicu glavne lampe

Optički zoom: min 10x i više

Pitanje:

Da li je moguće ponuditi SD kameru ugrađenu centralno u sterilnu ručicu glavne lampe sa optičkim zoom-om min. 36 x i više?

Stavka 22 : Kontrolni uređaj HD kamere sa mogućnošću: auto/manuelni fokus, balansa belog, rotacija slike >360°, snimanja slika i video sekvenci na interni i/ili eksterni HDD/USB disk. Priključenje na LAN i pristup kameri sa svakog računara iz mreže (network streaming) uz prenos slike u full HD rezoluciji.

Pitanje:

Da li je moguće ponuditi SD kameru sa mogućnošću: auto/manuelni fokus, balansa belog, rotacija slike >360° snimanja slika i video sekvenci na interni i/ili eksterni HDD/USB disk Priključenje na LAN i pristup kameri sa svakog računara iz mreže (network streaming) uz prenos slike.

- nepotrebno izostavljeno-

Odgovor Naručioca

Nije prihvatljivo. Naručilac je pri sačinjavanju konkursne dokumentacije uspostavio minimalne tehničke karakteristike za medicinsku opremu koja je predmet javne nabavke, pa je tako za tip kamere u lampi za operacione sale definisano da bude Full HD kamera.

S poštovanjem,

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Komisija za javnu nabavku 54-2015-O-01