



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Дана: 21.08.2017.

Број: 5/17/1612

(одговор заинтересованом лицу бр.1)

Поштовани,

У отвореном поступку јавне набавке добара – потрошни медицински материјал, број јавне набавке 57-2017-О-02, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 17.08.2017. године, заинтересовано лице доставило је путем електронске поште Захтев за додатно појашњење без броја од 18.08.2017. године (у ИОВ заведен под бројем 3949 од 18.08.2017.) године.

Заинтересовано лице, поставља следеће питање - захтев:

- *непотребно изостављено-*

Molim pojašnjenje konkursne dokumentacije JN: 57-2017-O-02

gde ste za partiju 5 stavka od 6 do 10 Tražili u delu Zahtevane tehničke karakteristike da:

Интравенска канила са портом и затварачем који се лако отвара и затвара једноручно , од биокомпатибилног полиуретана видљивог под рендгеном (виалон), који је чврст током постављања каниле, али се смекша у вени и доказано смањује ризик за настанак флебитиса, Luer-Lock компатибилна,
Nije u gornjem tekstu jasno koji deo kanile treba da je od poliuretana, šta je vialon, i koji deo kanile se smekša u veni ?

- *непотребно изостављено-*

Одговор Наручиоца

Виалон је биоматеријал (биокомпатибилни полиуретан). Захтев је да део интравенске каниле који улази у вену пацијента буде израђен од виалона, и тај део ив каниле се смекша у вени.

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Комисија за јавну набавку 57-2017-О-02