



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4, Republika Srbija, <http://www.onk.ns.ac.rs>

Tel: +381 21 480 5507 Fax: +381 21 6613 741 E-mail: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs

PIB 100804613

Dana: 30.01.2015.

Broj: 5/175

Poštovani,

U otvorenom postupku javne nabavke dobara- dušeci, broj javne nabavke 60-2014-O-02, Instituta za onkologiju Vojvodine, za koju je Poziv za podnošenje ponuda objavljen na Portalu javnih nabavki dana 16.01.2015. godine, zainteresovano lice dostavilo je putem elektronske pošte Zahtev za dodatnim informacijama broj 81 od 26.01.2015. godine (u IOV zaveden pod brojem 629 od 27.01.2015. godine).

Zainteresovano lice postavlja sledeća pitanja:

- nepotrebno izostavljeno -

Za partiju 1 – Dušek za bolesnički krevet standardni

S obzirom da tražite dušek od pene, molimo Vas da precizirate gustinu pene koju zahtevate kao i koji tip pene. Tražili ste da dušek bude profilisan u tri radne zone, tako da možemo samo da pretpostavimo da želite da se gustina dušeka razlikuje na delovima za glavu i noge od dela za karlični deo gde je potrebna veća gustina, s obzirom da je tu najveće opterećenje na dušek.

Tražili ste da navlaka bude paropropusna, molimo da definišete i sastav tkanine s obzirom da jedino poliuretanska tkanina omogućava paropropusnost odnosno omogućava cirkulaciju vazduha. Takođe zahtevate da navlaka bude periva ali nije definisano na koliko stepeni, minimum perivosti kako bi se obezbedio visok nivo dezinfekcije treba da bude pranje na 95° i da tkanina trpi temperature od 134° tj. sterilizaciju.

Za partiju 2 – Dušek antidekubitalni pasivni

S obzirom da tražite dušek od pene, molimo Vas da precizirate gustinu pene koju zahtevate kao i koji tip pene. Tražili ste da dušek bude profilisan u tri radne zone, tako da možemo samo da pretpostavimo da želite da se gustina dušeka razlikuje na delovima za glavu i noge od dela za karlični deo gde je potrebna veća gustina, s obzirom da je tu najveće opterećenje na dušek, takođe s obzirom da se radi o antidekubitalnom pasivnom dušku tj. Gde je stepen od pojave dekubita veći ili dekubit već postoji pretpostavljamo da 3 radne zone treba da budu od memory pene gustine min. 50kg/m³ s obzirom da se memory pena u praksi pokazala kao najdelotvornija u prevenciji dekubita.

Tražili ste da navlaka bude paropropusna, molimo da definišete i sastav tkanine s obzirom da jedino poliuretanska tkanina omogućava paropropusnost odnosno omogućava cirkulaciju vazduha. Takođe zahtevate da navlaka bude periva ali nije definisano na koliko stepeni, minimum perivosti kako bi se obezbedio visok nivo dezinfekcije treba da bude pranje na 95° i da tkanina trpi temperature od 134° tj. sterilizaciju.

Predlažemo da se za gore navedene tehničke karakteristike traži sertifikat nezavisne akreditovane laboratorije kako bi se osigurala verodostojnost ponuđenih dobara prilikom isporuke.

nepotrebno izostavljeno –

Odgovori Naručioca

Odgovor na pitanje broj 1:

Konkursnom dokumentacijom nije precizno određena gustina pene, samo je navedeno da pena treba da bude visoke gustine. Naručilac će precizirati gustinu pene kroz i izmene i dopune konkursne dokumentacije.

Što se tiče tipa pene, u konkursnoj dokumentaciji stoji: poliuretanska pena.

Konkursnom dokumentacijom nisu precizirane radne zone antidekubitalnog profila. Naručilac će precizirati radne zone kroz i izmene i dopune konkursne dokumentacije

Konkursnom dokumentacijom nije preciziran sastav tkanine navlake za dušek, niti je opredeljena temperatura pogodna za održavanje navlake. Naručilac će navedeno precizirati kroz i izmene i dopune konkursne dokumentacije

Shodno navedenom, Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, u daljem tekstu: ZJN) izvršiti izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

ZAHTEVANE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PARTIJA BROJ 1 - DUŠEK ZA BOLNIČKI KREKET STANDARDNI

R. br.	Osnovna verzija	Izmene i dopune
	ZAHTEVANE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: DUŠEK ZA BOLNIČKI KREKET STANDARDNI	ZAHTEVANE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: DUŠEK ZA BOLNIČKI KREKET STANDARDNI
1	Pogodan za pacijente sa niskim rizikom od razvoja dekubitusa	Nema izmena i dopuna
2	Jednodelni dušek	Nema izmena i dopuna
3	Napravljen od poliuretanske pene visoke gustine	Napravljen od poliuretanske pene, visoke gustine od minimum 40kg/m ³ .
4	Jezgro dušeka: antidekubitalni profil u tri zone	Jezgro dušeka: antidekubitalni profil u tri zone: glava-karlični deo-noge.
5	Debljina dušeka: minimum 14cm	Nema izmena i dopuna
6	Dužina dušeka: 200cm	Nema izmena i dopuna
7	Širina dušeka: 86cm	Nema izmena i dopuna
8	Nosivost dušeka: minimum 100kg	Nema izmena i dopuna
9	Navlaka laka za skidanje, periva, otporna na vodu i dezinfekciona sredstva, propusna za paru, elastična u dva smera	Navlaka: sastav minimum 50% PES (poliesterska vlakna); u sastav tkanine moraju biti uključeni aditivi koji sprečavaju rast mikroorganizama, uključujući i MRSA; laka za skidanje; periva na minimum 70°C; otporna na vodu i dezinfekciona sredstva; propusna za paru; elastična u dva smera. Napomena: održavanje navlake prvenstveno će se obavljati brisanjem vodom i dezinfekcionim sredstvima.

Odgovor na pitanje 2:

Konkursnom dokumentacijom nije precizno određena gustina pene, samo je navedeno da pena treba da bude visoke gustine. Naručilac će precizirati gustinu pene kroz i izmene i dopune konkursne dokumentacije.

Što se tiče tipa pene, u konkursnoj dokumentaciji stoji: hladna poliuretanska pena (narezana na blok strukturu).

Konkursnom dokumentacijom nisu precizirane radne zone antidekubitalnog profila. Naručilac će precizirati radne zone kroz i izmene i dopune konkursne dokumentacije.

Konkursnom dokumentacijom nije preciziran sastav tkanine navlake za dušek, niti je opredeljena temperatura pogodna za održavanje navlake. Naručilac će navedeno precizirati kroz i izmene i dopune konkursne dokumentacije.

Shodno navedenom, Naručilac će u skladu sa odredbama člana 63. ZJN izvršiti izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije i iste objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, prema sledećem:

ZAHTEVANE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PARTIJA BROJ 2 - DUŠEK ANTIDEKUBITALNI PASIVNI

R. br.	Osnovna verzija	Izmene i dopune
	ZAHTEVANE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: DUŠEK ANTIDEKUBITALNI PASIVNI	ZAHTEVANE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: DUŠEK ANTIDEKUBITALNI PASIVNI
1	Preventivni antidekubitalni dušek	Nema izmena i dopuna
2	Prilagodljiv ležećoj ploči kreveta i svim zahtevanim položajima kreveta	Nema izmena i dopuna
3	Jednodelni dušek	Nema izmena i dopuna
4	Napravljen od hladne poliuretanske pene narezane na blok strukturu, različite čvrstine u zavisnosti od dela tela	Napravljen od hladne poliuretanske pene narezane na blok strukturu, različite čvrstine u zavisnosti od dela tela. Visoka gustina pene od minimum 45kg/m ³ .
5	Ivice dušeka ojačane tvrdom poliuretanskom penom, radi stabilnosti pacijenta pri sedenju na ivici kreveta	Nema izmena i dopuna
6	Jezgro dušeka: antidekubitalni profil u tri zone	Jezgro dušeka: antidekubitalni profil u tri zone:glava-karlični deo-noge.
7	Propustan na x zrake	Nema izmena i dopuna
8	Debljina dušeka: minimum 14cm	Nema izmena i dopuna
9	Dužina dušeka: 200cm	Nema izmena i dopuna
10	Širina dušeka:86cm	Nema izmena i dopuna
11	Nosivost dušeka: minimum 120kg	Nema izmena i dopuna
12	Navlaka laka za skidanje, periva, otporna na vodu I dezinfekciona sredstva, propusna za paru, elastična u dva smera	Navlaka: sastav minimum 80% PES (poliesterska vlakna); u sastav tkanine moraju biti uključeni aditivi koji sprečavaju rast mikroorganizama, uključujući i MRSA; laka za skidanje; periva na minimum 70°C; otporna na vodu i dezinfekciona sredstva; propusna za paru; elastična u dva smera. Napomena: održavanje navlake prvenstveno će se obavljati brisanjem vodom i dezinfekcionim sredstvima.

Odgovor na pitanje broj 3:

Konkursnom dokumentacijom se zahteva da ponuđena dobra (partija 1 i 2) moraju biti upisana u Registar medicinskih sredstava Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, kao i da ponuđač dostavi katalog za predmet javne nabavke sa podacima kojima se dokazuje ispunjenost obaveznih tehničkih karakteristika. S obzirom na navedeno, neće se zahtevati sertifikat nezavisne akreditovane laboratorije, a podsećamo da je shodno članu 82. i članu 83. ZJN, naručilac dužan da Upravi za javne nabavke odmah i bez odlaganja dostavi dokaz negativne reference u šta se ubraja i davanje neistinih podataka u ponudi.

S poštovanjem,

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE
Komisija za javnu nabavku 60-2014-O-02